

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1044 del 09 GIU. 2021

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO
 NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B - Aggiudicazione e provvedimenti conseguenti.

Data 2-6-2021 Firma Dante Castagnoli

Il Responsabile dell'istruttoria
 Dott. Dante Castagnoli

Data 8/6/2021 Firma Domenico Lori

Il Responsabile del procedimento
 Dott. Domenico Lori

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 9.6.2021 Firma Vittorio D'Ambrosio

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amm.vo
 (Dott.ssa Rossella Di Marzio)

Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole
 (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 05/06/2021

Firma Franco Santarelli
 Il Direttore Amministrativo: Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole
 (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 09/06/2021

Firma Maurizio Brucchi
 Il Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO CHE:

- 1) con deliberazione n. 59 del 13.1.2020, questa Azienda indiceva gara d'appalto, suddivisa in n. 2 lotti, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del suddetto Decreto Legislativo, per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. Di Teramo, per un valore dell'appalto di € 4.000.000,00 iva esclusa (Lotto n. 1 € 3.300.000,00 – Lotto n. 2 € 700.000,00), oltre ai costi per rischi da interferenza pari ad € 100,00;
- 2) con la medesima deliberazione si approvava il quadro economico relativo alla procedura di gara in argomento;
- 3) con il richiamato atto deliberativo venivano, altresì, approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: schemi bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., capitolato speciale d'appalto, schemi di disciplinare di gara, contratto ed estratto bando di gara;
- 4) sono stati quindi assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto, con pubblicazione ed invio dell'avviso di gara e del bando nelle forme previste dalla vigente normativa e nello specifico, il bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 013-026952 in data 20.01.2021 e sulla GURI V serie speciale contratti pubblici n. 8 del 22.01.2021 e la documentazione di gara è stata oggetto di pubblicazione sul profilo di committente, sui siti informatici e, per estratto, su quotidiani a carattere nazionale e locale secondo la normativa vigente;
- 5) con deliberazione n. 461 del 5.3.2021 si è proceduto all'annullamento, in sede di autotutela e per le motivazioni ivi esposte, della deliberazione n. 59 del 13.1.2021 limitatamente alla parte in cui si provvedeva all'approvazione e relativa indizione del lotto n. 2 e fermo restando la prosecuzione dell'iter di gara per quanto riguardava il lotto n. 1;
- 6) con la medesima deliberazione ci si riservava di provvedere alla rimodulazione del succitato lotto n. 2, nel rispetto dei principi sanciti dall'art.51 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., che contempla quale ordinarietà la suddivisione in un numero opportuno di lotti separati (aggiudicabili separatamente) laddove ci siano i presupposti di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese;
- 7) con deliberazione n. 490 del 12.3.2021 si approvava il differimento, per le motivazioni ivi esposte, del termine della presentazione delle offerte, fissato dall'art. 12.2. del Disciplinare di Gara relativamente alla procedura in argomento, dal 16.3.2021 ore 13.00 al 26.3.2021 ore 13.00, con conseguente modifica della data di apertura dei plichi e verifica documentazione Amministrativa, dal 18.3.2021 ore 10.00 al 29.3.2021 ore 10.00;
- 8) venivano quindi assolti, i relativi adempimenti inerenti alla pubblicazione ed invio delle suddette variazioni del bando, nelle forme previste dalla vigente normativa;
- 9) nei termini previsti dall'art. 2.2 del disciplinare di gara sono stati forniti chiarimenti mediante pubblicazione sul profilo del committente di n. 1 (una) nota del 23.2.2021;
- 10) in data 12.3.2021 si è proceduto a pubblicare, sulla piattaforma telematica di gara, opportuno avviso di rettifica relativo alla suddivisione dei punteggi di alcuni sub criteri indicati nella griglia di valutazione all'art. 17.1 del Disciplinare di gara;

11) come da risultanze di cui al verbale in data 29.03.2021 (*all. n. 1*) relativo alle operazioni di gara contemplate all'art. 18 del disciplinare di gara, sono pervenute offerte - entro il termine del 26.3.2021, ore 13.00 - da parte dei seguenti n. 3 (tre) operatori economici:

N. plico	Operatore economico	Data e ora
1	RTI PHILIPS S.P.A. - GOWEN S.R.L.	22/03/2021 12:08:28
2	RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. - CECCONI S.R.L	25/03/2021 15:13:37
3	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L - EDILPINI S.R.L	25/03/2021 16:45:26

12) all'esito delle operazioni di gara di cui sopra e, segnatamente, della verifica della regolarità della documentazione contenuta nella "busta n. 1 - contiene documentazione amministrativa", venivano ammessi alle ulteriori fasi di gara, come da provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni ex art. 76, co. 2 bis, D. Lgs. 50/2016 pubblicato sulla piattaforma telematica e sul profilo di committente, tutti gli operatori economici sopra elencati ad eccezione, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale del 29.3.2021, del RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.;

13) la stazione appaltante, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, ammetteva il RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l. all'ulteriore corso di gara, come da verbale del 6.4.2021 (*all. n. 2*) e successivo provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni ex art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 pubblicato sul profilo di committente;

14) con provvedimento prot. n. 54241 del 01.04.2021 il Direttore Generale nominava la Commissione aggiudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016, nelle persone di:



Presidente: Dott. Domenico Braca - Direttore UOSD di Medicina Nucleare

Componente: Dott.ssa Federica Rosica - Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria

Componente: Ing. Valentino Di Felice Ardente - Collaboratore ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni

Segretario non componente: Dante Castagnoli - Collaborat. Amm.vo U.O.C. Acquisiz. Beni e Servizi

VISTI i verbali:

- n. 1 del 8.4.2021 (*agli atti*), relativo all'assolvimento degli adempimenti preliminari all'accettazione dell'incarico da parte dei componenti della commissione aggiudicatrice e all'esame dell'elenco dei suaccennati operatori economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche;
- n. 2 del 12.04.2021 (*all.3*), relativo allo svolgimento in seduta pubblica, da parte della commissione aggiudicatrice, delle operazioni previste all'art. 20 del disciplinare di gara e più precisamente l'apertura telematica della busta digitale B contenente l'offerta tecnica verifica della presenza dei documenti richiesti;
- del 15.04.2021, 27.04.2021, 29.04.2021, 7.05.2021, 12.05.2021, 13.05.2021, 17.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 20.05.2021, e 21.05.2021 (*all. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14*) relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti e conseguente attribuzione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa, effettuate in seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice;
- del 27.5.2021 (*all. n. 15*), relativo allo svolgimento delle operazioni effettuate in seduta pubblica dal Seggio di gara ai sensi dell'art. 20 del disciplinare di gara ed inerenti all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

PRESO ATTO delle risultanze di gara a conclusione della fase valutativa delle offerte, dettagliatamente descritte nel verbale di seduta pubblica del 27.5.2021, da cui è scaturita la seguente graduatoria finale:

Operatori economici	Punteggio complessivo elementi di natura qualitativa	Punteggio elemento di natura quantitativa prezzo	Sommatoria punteggi elementi di natura qualitativa e quantitativa prezzo	Verifica anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. - CECCONI S.R.L.	70,000	30,000	100,000	OFFERTA ANOMALA
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI S.R.L.	64,473	28,714	93,187	OFFERTA ANOMALA
RTI PHILIPS S.P.A. - GOWEN S.R.L.	41,638	27,730	69,368	OFFERTA NON ANOMALA

RILEVATO CHE:

- come da risultanze della sopra richiamata seduta pubblica del 27.05.2021, la Commissione aggiudicatrice riscontrava che l'offerta dell'operatore economico primo classificato rientrava nei parametri di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto si procedeva ad attivare, a norma del comma 5 del richiamato art. 97, il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, dando tempestiva comunicazione alla ditta prima classificata con nota prot. n. 81185/21 del 27.5.2021 (agli atti);
- in data 4.6.2021, a mezzo piattaforma telematica, perveniva da parte dell'operatore economico primo classificato, RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. – CECCONI S.R.L, la documentazione contenente la giustificazione della propria offerta;
- il RUP, all'esito della valutazione della suddetta documentazione, riteneva le giustificazioni addotte dall'operatore economico RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. – CECCONI S.R.L adeguate in relazione all'offerta presentata e, conseguentemente, proponeva l'aggiudicazione in favore dello stesso, come da verbale 07.6.2021 (*all. n. 16*);

VISTI gli artt.:

- 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, che prevede che la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del richiamato D. Lgs.;
- 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente...(omissis)";

DATO ATTO, pertanto, della proposta di aggiudicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, disposta nei confronti della ditta RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. – CECCONI S.R.L, come da summenzionato verbale della seduta pubblica del seggio di gara del 27.5.2021;

VERIFICATO, altresì, che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quella di cui alla presente procedura;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere:

- all'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. – CECCONI S.R.L ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- alla conseguente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in capo al richiamato operatore economico RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. – CECCONI S.R.L, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara pari ad un ribasso del 9,959% ed un'offerta pari ad € 2.971.365,51 al netto di iva;

- alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nella persona del Dott. Giovanni Orlandi, Direttore dell'UOC Fisica Medica;

RITENUTO, per quanto dettagliatamente motivato, di rettificare il quadro economico già approvato con delibera di indizione nr. 59 del 13.1.2021 e di approvare il nuovo come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE SECCHHE - AGGIUDICAZIONE			
QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso		3.300.000,00 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		100,00 €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento		2.971.365,51 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2		3.300.100,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		11.616,00 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		13.200,00 €
B3	Spese pubblicità		
B4	Contributo Anac		
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	653.700,41 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		678.516,41 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		3.649.881,92 €

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il **CIG** che identifica la presente procedura è **8550789E4B**;

RITENUTO, infine, doversi rendere il presente atto amministrativo immediatamente esecutivo al fine di procedere tempestivamente all'espletamento dei successivi adempimenti;

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- 1) **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa.

- 2) **APPROVARE**, in aderenza all'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura di gara di che trattasi in favore dell'operatore economico **RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. – CECCONI S.R.L**
- 3) **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, gara d'appalto mediante procedura aperta telematica ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO all'operatore economico **RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. – CECCONI S.R.L** via Galeno n 36 – 20126 Milano - P.I. 03663500969, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara pari ad un ribasso del 9,959% per un importo di € 2.971.365,51 al netto di iva;
- 4) **PRECISARE** che:
- ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso;
 - la fornitura dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni specificatamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto, come richiamate in sede di stipulazione del contratto, e secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico aggiudicatario;
 - la stipula del contratto avverrà nei termini di cui all'art. 32 commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - il C.I.G. che identifica la presente procedura di gara è il seguente: 8550789E4B;
 - i documenti richiamati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono agli atti di questa Amministrazione;
- 5) **PRENOTARE** la spesa derivante dal presente provvedimento, compreso il costo riferibile alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, come da successivo prospetto finanziario;
- 6) **NOMINARE** quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'UOC Fisica Medica;
- 7) **COMUNICARE** la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con trasmissione del relativo provvedimento.
- 8) **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, al fine di attivare tempestivamente tutti i successivi adempimenti previsti nel presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia


ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1. verbale del 29.3.2021 (all.1);
2. verbale del 6.4.2021 (all.2);
3. verbale n. 2 del 12.4.2021(all.3);
4. verbale del 15.04.2021(all.4);
5. verbale del 27.04.2021 (all.5);
6. verbale del 29.04.2021 (all.6);
7. verbale del 7.5.2021 (all.7);
8. verbale del 12.5.2021(all.8);
9. verbale del 13.5.2021 (all.9);
10. verbale del 17.5.2021 (all.10);
11. verbale del 18.5.2021 (all.11);
12. verbale del 19.5.2021 (all.12);
13. verbale del 20.5.2021 (all.13);
14. verbale del 21.5.2021 (all.14);
15. verbale del 27.5.2021 (all.15);
16. verbale del 7.6.2021 (all.16);

allegati n. 64



Handwritten signature or initials in blue ink.



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B
Verifica documentazione amministrativa – seduta pubblica da remoto del 29.3.2021

Il giorno 29 del mese di marzo 2021 alle ore 10:00 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, si è riunito in seduta pubblica in modalità telematica il seggio di gara monocratico costituito dal Dott. Lori Domenico in qualità di Rup, assistito dal funzionario Dott. Dante Castagnoli quest'ultimo con funzione verbalizzante.

Premesso che

- con deliberazioni nn. 59 e 490 rispettivamente del 13/01/2021 e del 12/03/2021 è stata avviata apposita procedura aperta telematica europea, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- la data per la ricezione della ricezione offerte è stata fissata per il giorno 26/03/2021 ore 13:00;
- entro il suddetto termine di scadenza risultano pervenuti sulla piattaforma gare appalti n. 3 offerte telematiche inviate dalle seguenti ditte:

1) RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.

- PHILIPS S.p.a. (a socio unico) Sede legale e sede operativa in Milano – Viale Sarca, 235 - Capitale Sociale euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n. 00856750153 - R.E.A. 88001, Tel 02/38593000 fax 02/39837014 PEC garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it C.F. e P. IVA n. 00856750153 Ruolo nell'ambito della forma associata di partecipazione: capogruppo/Mandataria
- GOWEN S.r.l. Sede legale e sede operativa in Roma, Via S. Morpurgo, 8, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al N. 03563891005 ed al REA N. 676175 C.F. e P. IVA n. n. 03563891005 Ruolo nell'ambito della forma associata di partecipazione: Mandante

2) RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.

- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A Sede legale/sede operativa Via Galeno n. 36 – 20126 Milano C.F. 93027710016 e P. IVA 03663500969 Ruolo nell'ambito della forma associata di partecipazione [Capogruppo mandataria];
- Cecconi S.r.l. Sede legale/sede operativa Via Antognini n. 5 – 60131 Ancona C.F. e P. IVA 00999170426 Ruolo nell'ambito della forma associata di partecipazione Mandante]

3) RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.

- SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. sede legale/ sede operativa Via Vipitenon.4 – 20128 Milano C.F. 04785851009 e p.IVA 12268050155 ruolo nell'ambito della forma associata di partecipazione: capogruppo (mandataria di RTI costituendo di tipo verticale);
- EDILPINI s.rl. sede legale/sede operativa Via Nicola Mammarella n.62 – 66100 Chieti ruolo nell'ambito della forma associata di partecipazione: mandante di rti costituendo di tipo verticale.

Si da atto, che sempre entro il suddetto termine risultano pervenute a mezzo posta, come previsto nella nota chiarimenti del 23-02-2021, n° 3 buste riportanti la dicitura " NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA PET/TAC" inoltrati dalle prefate ditte secondo quanto segue:

- 1) RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l. pervenuta in data 16-03-2021 protocollo n° 0045510/21 del 16-03-2021;
- 2) RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L. pervenuta in data 23-03-2021 protocollo n° 0048869/21 del 23-03-2021;
- 3) RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l. pervenuta in data 26-03-2021 protocollo n° 0051163/21 del 26-03-2021;

Il Rup incarica il Segretario Dott. Dante Castagnoli di custodire le suddette buste in apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza conservata a cura del Segretario.

Premesso quanto sopra, il Seggio di gara dispone di procedere all'apertura delle offerte telematiche, limitatamente alla sezione BUSTA AMMINISTRATIVA ed all'esame della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, con i seguenti esiti:

- 1) Rti PHILIPS SpA - GOWEN viale Sarca, 235 Milano (Amnesso)
- 2) Rti GE Medical Systems Italia S.p.A. - CECCONI Via Galeno n. 36 Milano (Amnesso)

Per quanto riguarda l'RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – Edilpini s.r.l. il seggio di gara rileva che la ditta Siemens, in merito alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed in particolare quelle concernenti il comma 5 lett. c-ter ovvero: *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; ha fornito, per trasparenza e correttezza, rigorose informazioni circa l'applicazione di penali in precedenti appalti. A tal riguardo il RUP, a seguito di attento esame, ha ritenuto che le stesse non siano rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, sia perché la maggior parte è risalente nel tempo e sia perché in molti casi i ritardi che hanno causato l'applicazione delle penali è imputabile a fornitori terzi della ditta Siemens. Inoltre si rileva che trattandosi di fornitore storico di questa Azienda che non ha mai dato luogo a contenziosi o contestazioni nelle forniture, non sussistano elementi per poterne dichiarare l'inaffidabilità.*

Infine, sempre relativamente alla ditta Siemens, si rileva che in luogo della dichiarazione richiesta "Dichiarazione accesso agli atti", la ditta ha prodotto altro documento concernente la seguente dichiarazione: " di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a Siemens in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente....."

Per quanto sopra si dispone l'ammissione con riserva del suindicato RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l. e contestualmente si dà avvio al sub procedimento di soccorso istruttorio di cui agli artt. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e 14 del Disciplinare di gara, con l'invito a trasmettere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente la dichiarazione in argomento.

Quanto richiesto dovrà essere recapitato via pec, a mezzo piattaforma telematica.

Si renderanno note le risultanze dell'apposita istruttoria nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.


Il RUP chiude la seduta pubblica alle ore 11:10 e si riserva di comunicare gli esiti della succitata verifica ai partecipanti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il RUP

Dott. Domenico Lori

Dott. Dante Castagnoli (verbalizzante)



The image shows two handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is a cursive signature that appears to be 'Domenico Lori'. The bottom signature is a cursive signature that appears to be 'Dante Castagnoli'.

VERBALE DEL 6.4.2021

**Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO
NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B - Esame ammissione con riserva**

Il giorno 6 del mese di aprile 2021 alle ore 10.00 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1, il R.U.P., dott. Domenico Lori, in qualità di organo monocratico, assistito per il disbrigo delle attività e con funzione di verbalizzante dal dott. Dante Castagnoli, esamina la documentazione acquisita nell'ambito della procedura in intestazione attivata ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D. L.gs. n. 50/2016.

Si premette che, in occasione della seduta pubblica del 29.3.2021, al cui verbale si fa espresso rinvio, si ammetteva con riserva, a causa di assenza del documento " Dichiarazione accesso agli atti ", il seguente operatore economico:

- **RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.**

Successivamente, questa Stazione Appaltante ha attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D. L.gs. n. 50/2016, così come richiamato dall'art.14 del disciplinare di gara.

In data 2-4-2021 la ditta mentovata ha fatto pervenire a mezzo piattaforma telematica il documento mancante ovvero "Dichiarazione accesso agli atti".

Pertanto alla luce di quanto sopra enunciato, si ritiene di ammettere l'operatore economico **RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl** all'ulteriore corso della procedura di gara.

Ultimate le predette operazioni, alle ore 10.15 il Rup Domenico Lori dichiara conclusa la seduta riservata.



Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) pagina.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Seggio di gara

Dott. Domenico Lori R.U.P.

Dott. Dante Castagnoli (con funzione verbalizzante)



VERBALE N. 2

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 12 del mese di aprile 2021 alle ore 10.00 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in **seduta pubblica** la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla *procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare p.o. di teramo - SIMOG 7978518*, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** – Direttore UOC Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** – Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** – Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Professionale Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Gli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura sono stati convocati alla seduta pubblica con comunicazione prot. n. 0057050/21 del 7 aprile 2021, trasmessa, tramite la piattaforma telematica Maggioli, in uso presso questa Azienda, agli indirizzi PEC delle ditte partecipanti alla presente procedura e con pubblicazione della stessa nella sezione bandi di gare e procedure, al seguente link <https://www.aslteramo.it/gare-di-appalto/>.

Preliminarmente Il Segretario fornisce alla Commissione tutta la documentazione inerente la gara in oggetto e comunque disponibile sulla piattaforma telematica.

La Commissione, dopo l'avvenuta profilazione sulla piattaforma telematica, procede allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 20 del disciplinare di gara - Apertura telematica della busta digitale B contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare.

La Commissione accerta che tutte le ditte partecipanti hanno presentato la documentazione di cui all'art. 15 del Disciplinare di Gara.

Il Segretario fa presente al Presidente della Commissione che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla procedura di gara in argomento del 26-03-2021, sono pervenute presso gli uffici dell'Acquisizione Beni e servizi, all'attenzione del RUP Dott. Domenico Lori n° 3 buste chiuse e precisamente:

- 1) RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l. pervenuta in data 16-03-2021 Ns.protocollo n° 0045510/21 del 16-03-2021;
- 2) RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L. pervenuta in data 23-03-2021 Ns.protocollo n° 0048869/21 del 23-03-2021;
- 3) RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl. pervenuta in data 26-03-2021 Ns.protocollo n° 0051163/21 del 26-03-2021;

La Commissione, provvede all'apertura di tutte le buste e constata la presenza al loro interno del seguente materiale:

- 1) RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l. contenente n° 1 CD- ROM;
- 2) RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L. contenente n° 4 CD-ROM e n° 11 fogli denominati: "immagini cliniche";
- 3) RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl. contenente n° 1 CD- ROM;





Il Segretario prima della conclusione della seduta pubblica ripone le buste contenenti i CD-ROM nell'apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza.

Alle ore 12.45 il presidente della Commissione aggiudicatrice dichiara conclusa la seduta pubblica, precisando che, ai sensi dell'art. 21 del disciplinare di gara, in più sedute riservate, la Commissione procederà a valutare le offerte tecniche ammesse alle successive fasi di gara, con le modalità di cui all'art. 17.2, sulla base della documentazione afferente alle offerte tecniche.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) fasciate.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli


The image shows four horizontal lines representing signature lines. The first line has a handwritten signature that appears to be 'Domenico Braca'. The second line has a signature that appears to be 'Federica Rosica'. The third line has a signature that appears to be 'Valentino Di Felice Ardente'. The fourth line has a signature that appears to be 'Dante Castagnoli'. To the right of these lines, there is a blue checkmark.



VERBALE N. 3

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 15 del mese di aprile 2021 alle ore 10.30 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in **seduta riservata** la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla *procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518*, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** – Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** – Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** – Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Professionale Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Preliminarmente la Commissione esamina tutta la documentazione oggetto di gara nonché i layout di progetto relativamente alle tre offerte pervenute.

In particolare, la Commissione prende atto della modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, disciplinate dall'art.17.1 del disciplinare di gara rubricato "criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

La Commissione, dopo aver preso sommariamente visione delle offerte presentate, condivide la metodologia di lavoro da seguire nelle successive sedute riservate al fine di avviare l'esame delle offerte tecniche pervenute, così come previsto dall'art. 20 del Disciplinare di gara rubricato "apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche" –

Alle ore 12.15, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) facciata.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice


Dott. Domenico Braca (presidente)


Federica Rosica (componente)


Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli













VERBALE N. 4

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 27 del mese di aprile 2021 alle ore 11.00 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo, Piazza Italia, 1, si riunisce in **seduta riservata** la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla *procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518*, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** – Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** – Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** – Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

La Commissione, preliminarmente, procede ad esaminare attentamente tutta la documentazione di gara e le comunicazioni della stazione appaltante disponibili sulla piattaforma telematica, rinviando alle successive sedute l'esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici.

Al fine di rendere più agevole la consultazione della documentazione contenuta nei "CD-ROM", si decide di rendere tali documenti disponibili all'interno di un'apposita cartella condivisa accessibile solo ed esclusivamente dai componenti della commissione.

Alle ore 12.45, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) facciata.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)


Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli

Domenico Braca

Federica Rosica

Valentino Di Felice Ardente

Dante Castagnoli



VERBALE N. 5

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 29 del mese di aprile 2021 alle ore 11:00 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo, Piazza Italia, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** – Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** – Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** – Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

La Commissione prende atto che, come disposto dall'art. 17.1 del disciplinare di gara, per gli elementi di natura qualitativa discrezionali è prevista l'attribuzione massima di punti 70. Prende atto, altresì, della ripartizione di detto punteggio relativamente ai singoli criteri e sub-criteri come disposti al suddetto art. 17.1 del disciplinare di gara, così come parzialmente rettificati, da ultimo, con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 12.03.2021.

La Commissione rileva che, sempre a mente dell'art. 17.2 del disciplinare di gara, lett. a), ricorrente nel caso di specie (offerte da valutare in numero pari o superiore a tre), per ogni elemento di natura qualitativa da valutare, ogni commissario esaminerà ognuna delle offerte presentate effettuando un confronto tra le tutte le coppie di offerte possibili.

Per ogni elemento di valutazione, i risultati delle comparazioni saranno riportati, quindi, in una tabella triangolare costituita da tante caselle quante saranno le possibili combinazioni tra tutte le singole offerte considerate due a due. In ogni casella sarà indicata l'offerta preferita dal singolo commissario e il relativo grado di preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande) ed a 6 (preferenza massima).

I risultati delle predette operazioni di valutazione per ogni singolo sub-criterio esaminato da parte di ogni componente, saranno riportati in apposite schede (una per ciascun componente) che saranno allegate di volta in volta in parte integrante e sostanziale ai relativi verbali di seduta.

Successivamente, per ogni concorrente, si procederà a sommare le preferenze attribuite, per ciascun elemento di valutazione, dai commissari, determinando infine il coefficiente $V(a)_i$, in applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = SP_{OE} / SP_{PG}$$

Dove:

$V(a)_i$ = Coefficiente da assegnare all'offerta in esame;

SP_{OE} = Somma delle preferenze dell'offerta in esame;





SP_{PG} = Somma della preferenza di valore più grande;

Al concorrente con la somma delle preferenze più elevata verrà, quindi, attribuito il coefficiente 1 e valori proporzionalmente minori agli altri concorrenti.

Infine, i predetti coefficienti verranno tradotti in punteggi complessivi per ogni concorrente per gli elementi qualitativi, sulla base dell'applicazione della formula matematica prevista all'art. 17.4 del disciplinare di gara rubricato "Metodo per calcolo dei punteggi" e precisamente:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C_(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V_{(a)i} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Si rileva, altresì, che, ai sensi dell'art. 17.2 del disciplinare di gara, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per ogni singolo elemento suddiviso in più sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale dell'elemento scomposto all'offerta che ha ottenuto la migliore somma dei punteggi dei sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale (riparametrazione semplice).

Inoltre, se in tal modo, ai sensi dell'art. 17.4 del disciplinare di gara, nessuna offerta ottiene come punteggio, per gli elementi di natura qualitativa, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando (70), verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale previsto per gli elementi di natura qualitativa (70), all'offerta che ha ottenuto la migliore somma dei punteggi dei criteri che la compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale (riparametrazione assoluta).

Per quanto riguarda i "punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, la relativa modalità di attribuzione è specificata nella tabella riportata al paragrafo 17.1. così come parzialmente rettificati, da ultimo, con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 12.03.2021.

Iniziano le operazioni di valutazione relative al Criterio - LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI, per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di punti 5 suddivisi nei seguenti SUB-CRITERI:

- **"Progetto complessivo di lavori edili ed impiantistici e di adeguamento dei locali oggetto di installazione"** per il quale è prevista l'attribuzione massima di punti 4;
- **"Interventi finalizzati alla "umanizzazione" degli ambienti con i quali interagiscono i pazienti ed arredi a corredo"** per il quale è prevista l'attribuzione massima di punti 1.

Concluse le operazioni oggetto delle suddette valutazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le proprie schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Alle ore 13.50, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 3 (tre) facciate.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice


Dott. Domenico Braca (presidente)


Federica Rosica (componente)


Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli











R

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	4	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		5	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 29.04.2021



Dott. Domenico Braca

Domenico Braca

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI - Progetto comprensivo di lavori edili ed impiantistici e di adeguamento dei locali

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	4	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		5	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 29/04/2021

Dott.ssa Federica Rosica

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2	4
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	5

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 29/04/2021



Handwritten signature/initials

Handwritten signature
Ing. Valentino Di Felice Ardente

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	5	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		5	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 29.04.2021

Dott. Domenico Braca

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	5	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		5	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo,

29/04/2021



[Handwritten signature]

Dott.ssa Federica Rosica

[Handwritten signature]

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	5	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		5	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 29/04/2021



Ing. Valentino Di Felice Ardente





VERBALE N. 6

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 7 del mese di maggio 2021 alle ore 9:50 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo, Piazza Italia, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** - Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** - Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** - Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO - ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA (punti 15.1-15.18) per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, così come parzialmente rettificato, da ultimo, con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 12.03.2021, è prevista l'attribuzione massima di punti 7 suddivisi nei seguenti SUB-CRITERI:

- *"Organizzazione del servizio, modalità di gestione degli interventi, tecnici dedicati alla tecnologia e nell'area territoriale di pertinenza, eventuali certificazioni della ditta fornitrice"* per il quale, è prevista l'attribuzione massima di punti 3;
- *"Controlli di qualità prestazionale, verifiche di sicurezza elettrica e frequenza manutenzioni preventive"* per il quale, è prevista l'attribuzione massima di punti 1;
- *"Durata della garanzia"* per il quale, è prevista l'attribuzione massima di punti 3;

CRITERIO - FORMAZIONE DEL PERSONALE (punti 16.1-16.4), per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di punti 4 per i seguenti SUB-CRITERI:

- Programma di formazione del personale;
- Ore destinate al training iniziale, training successivi o periodici;

CRITERIO - TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE, per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di punti 3 per il seguente SUB-CRITERIO:

- Tempi migliorativi rispetto al cronoprogramma del 120 giorni previsti;

La commissione procede alla valutazione dei summenzionati criteri adottando, per quanto riguarda i punteggi quantitativi, la metodologia di calcolo indicata all'ultimo capoverso del punto 17.2 del Disciplinare di Gara, mentre, per quanto riguarda la valutazione dei criteri soggetti a discrezionalità, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.





Alle ore 12.50, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) fasciate.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli


The image shows four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The signatures correspond to the names listed on the left: Domenico Braca, Federica Rosica, Valentino Di Felice Ardente, and Dante Castagnoli.



ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA (punti 15.1-15.18) - Organizzazione del servizio, modalità di gestione degli interventi, tecnici dedicati alla tecnologia e nell'area territoriale di pertinenza, eventuali certificazioni della ditta fornitrice

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2		2	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	1	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 07.05.2021




Dott. Domenico Braca

ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA (punti 15.1-15.18) - Organizzazione del servizio, modalità di gestione degli interventi, tecnici dedicati alla tecnologia e nell'area territoriale di pertinenza, eventuali certificazioni della ditta fornitrice


	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	2	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		2	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella


I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



Teramo,

07/05/2021


Dott.ssa Federica Rosica

ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA (punti 15.1-15.18) - Organizzazione del servizio, modalità di gestione degli interventi, tecnici dedicati alla tecnologia e nell'area territoriale di pertinenza, eventuali certificazioni della ditta fornitrice

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	2	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		2	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo,

07/05/2021

Ing. Valentino Di Felice Ardente

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2	3
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



Handwritten signature/initials

Handwritten signature
Dott. Domenico Braca

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2		3	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		2	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 07.05.2021

Dott.ssa Federica Rosica

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2	3
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo,

07/05/2021



Ing. Valentino Di Felice Ardente

Assistenza tecnica e garanzia (15.1 – 15.18) – Durata della garanzia


	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	3
RTI GE - CECCONI	2,333 333 333
RTI SIEMENS - EDILPINI	3

Teramo 07/05/2021

Dott. Domenico Braca



Dott.ssa Federica Rosica



Ing. Valentino Di Felice Ardente





FORMAZIONE DEL PERSONALE (punti 16.1-16.4)

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 07.05.2024

Dott. Domenico Braca

FORMAZIONE DEL PERSONALE (punti 16.1-16.4)

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 07.05.2021

Dott.ssa Federica Rosica


FORMAZIONE DEL PERSONALE (punti 16.1-16.4)

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 07/05/2021


Ing. Valentino Di Felice Ardente

Tempi di consegna e installazione apparecchiature - Tempi migliorativi rispetto al cronoprogramma dei 120 giorni previsti

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	2,25
RTI GE - CECCONI	3
RTI SIEMENS - EDILPINI	2,70



Teramo 07/05/2021

Dott. Domenico Braca

Dott.ssa Federica Rosica

Ing. Valentino Di Felice Ardente

VERBALE N. 7

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 12 del mese di maggio 2021 alle ore 13.00 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in **seduta riservata** la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla *procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518*, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** – Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** – Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** – Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO – GANTRY/LETTINO PORTA-PAZIENTE (2.1-3.17) - per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di **punti 2** così come parzialmente rettificato, da ultimo, con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 12.03.2021, per i seguenti SUB-CRITERI:

- Dimensioni vano paziente (diametro migliorativo) punti 0,4;
- Apprezzamento crescente in riferimento a compattezza del gantry, semplicità di utilizzo, accuratezza di allineamento PET e CT in scansioni combinate punti 0,4;
- Range di scansione assiale combinata PET/CT (dimensioni migliorative) punti 0,4;
- Accessori per il corretto e sicuro posizionamento del paziente punti 0,4;
- Tavolo piatto aggiuntivo, in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento per il posizionamento del paziente radioterapico con agganci standard per modellati punti 0,4;

La commissione procede alla valutazione dei summenzionati criteri adottando, per quanto riguarda i punteggi quantitativi, la metodologia di calcolo indicata all'ultimo capoverso del punto 17.2 del Disciplinare di Gara, mentre, per quanto riguarda la valutazione dei criteri soggetti a discrezionalità, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.





Alle ore 13.55, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) facciate.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli

The image shows four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Domenico Braca', the second is 'Federica Rosica', the third is 'Valentino Di Felice Ardente', and the fourth is 'Dante Castagnoli'.

A small, handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17) - Dimensioni vano paziente (diametro migliorativo)

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0
RTI GE - CECCONI	0
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,4

21

Teramo 12/05/2021

Dott. Domenico Braca



Dott.ssa Federica Rosica



Ing. Valentino Di Felice Ardente



Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17) - Apprezzamento crescente in riferimento a compattezza del gantry, semplicità di utilizzo, accuratezza di allineamento PET e CT in scansioni combinate


	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1		4
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			4

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



Teramo, 12.05.2021

Domenico Braca
 Dott. Domenico Braca

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2			2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			3

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17) - Apprezzamento crescente in riferimento a compattezza del gantry, semplicità di utilizzo, accuratezza di allineamento PET e CT in scansioni combinate

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2			2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			3

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



Ing. Valentino Di Felice Ardente

Teramo, 12/05/2021


Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17) - Range di scansione assiale combinata PET/CT (dimensioni migliorative)

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0
RTI GE - CECCONI	0,4
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,34

3

Teramo 12/05/2021

Dott. Domenico Braca 

Dott.ssa Federica Rosica 

Ing. Valentino Di Felice Ardente 

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dott. Domenico Braca

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 12/05/2021

Dott.ssa Federica Rosica

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 12/05/2021



Ing. Valentino Di Felice Ardente

Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17) - Tavolo piatto aggiuntivo, in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento per il posizionamento del paziente radioterapico con agganci standard premodellati.

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	3			2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			4

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17) - Tavolo piatto aggiuntivo, in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento per il posizionamento del paziente radioterapico con agganci standard premodellati.

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	4			2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			5

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo,

12/05/2021

h

Dott.ssa Federica Rosica

Federica Rosica

Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17) - Tavolo piatto aggiuntivo, in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento per il posizionamento del paziente radioterapico con agganci standard premodellati.

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	3			2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			4

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 12/05/2021

Ing. Valentino Di Felice Ardente





REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 - TERAMO
U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VERBALE N. 8

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 13 del mese di maggio 2021 alle ore 9:35 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo, Piazza Italia, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** - Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** - Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** - Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO - SOTTOSISTEMA PET (5.1-5.41) per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, così come parzialmente rettificato, da ultimo, con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 12.03.2021, è prevista l'attribuzione massima di **punti 13** suddivisi nei seguenti SUB-CRITERI:

Sistema di rivelazione (full digital o altra modalità comunque digitale): apprezzamento crescente all'aumentare del numero dei detettori, del numero dei cristalli e del rapporto detettori/cristalli e della risoluzione temporale. In particolare:

- Numero detettori punti max 1,50;
- Numero cristalli punti max 1,50;
- Rapporto detettori/cristalli punti max 1,50;
- Risoluzione temporale punti max 1,50;
- FOV assiale (dimensioni migliorative) punti 3;
- FOV transassiale (dimensioni migliorative) punti 2;
- Sensibilità (secondo NEMA NU2-2012) in modalità 3D (parametri migliorativi) punti 1;
- Caratteristiche funzionali dispositivi acquisizione in 4D gating respiratorio punti 1;

CRITERIO - SOTTOSISTEMA CT (6.1-6.47) per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, così come parzialmente rettificato, da ultimo, con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 12.03.2021, è prevista l'attribuzione massima di **punti 5** suddivisi nei seguenti SUB-CRITERI:

Caratteristiche migliorative generatore (range di tensione, potenza generatore, corrente massima a 120 kV). In particolare:

- Range di tensione: punti max 0,1;
- Potenza generatore: punti max 0,2;
- Corrente massima a 120 kV: punti max 0,2;

Caratteristiche migliorative del sistema di scansione ed acquisizione (tempo minimo di rotazione, FOV per correzione della attenuazione, sistemi per la riduzione della dose, minimo spessore di strato in ricostruzione). In particolare:

- Tempo minimo di rotazione: punti max 0,5;
- FOV per correzione della attenuazione: punti max 0,5;
- Caratteristiche sistemi per la riduzione della dose: punti max 0,5;
- Minimo spessore di strato in ricostruzione: punti max 0,5;

Caratteristiche tubo Rx (dissipazione termica e capacità termica anodica). In particolare:

- Dissipazione termica: punti max 0,25;
- Capacità termica anodica: punti max 0,25

Numero di strati contemporaneamente acquisiti, copertura per singola rotazione, FOV, ridotto spessore di strato. In particolare:

- Numero di strati contemporaneamente acquisiti: punti max 0,5;
- Copertura per singola rotazione punti max 0,5;
- FOV: punti max 0,5;
- Ridotto spessore di strato in acquisizione: punti max 0,5

La commissione procede alla valutazione dei summenzionati criteri adottando, per quanto riguarda i punteggi quantitativi, la metodologia di calcolo indicata all'ultimo capoverso del punto 17.2 del Disciplinare di Gara, mentre, per quanto riguarda la valutazione dei criteri soggetti a discrezionalità, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Alle ore 13.45, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) facciate.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli



Four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The signatures correspond to the names listed on the left: Domenico Braca, Federica Rosica, Valentino Di Felice Ardente, and Dante Castagnoli.

Sottosistema PET (punti 5.1-5.41) Sistema di rivelazione (full digital o altra modalità comunque digitale):
apprezzamento crescente all'aumentare del numero dei detettori, del numero dei cristalli e del rapporto
detettori/cristalli e della risoluzione temporale – **Numero detettori**

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	1,184 210 526
RTI GE - CECCONI	0,629 111 842
RTI SIEMENS - EDILPINI	1,5

kr

Teramo 13/05/2021 Dott.Domenico Braca [signature] Dott.ssa Federica Rosica [signature]
Ing. Valentino Di Felice Ardente [signature]

Sottosistema PET (punti 5.1-5.41) Sistema di rivelazione (full digital o altra modalità comunque digitale):
apprezzamento crescente all'aumentare del numero dei detettori, del numero dei cristalli e del rapporto
detettori/cristalli e della risoluzione temporale – **Numero cristalli**

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,757 894 737
RTI GE - CECCONI	0,805 263 158
RTI SIEMENS - EDILPINI	1,5



Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca

Handwritten signature of Domenico Braca in blue ink.

Dott.ssa Federica Rosica

Handwritten signature of Federica Rosica in blue ink.

Ing. Valentino Di Felice Ardente


Handwritten signature of Valentino Di Felice Ardente in blue ink.

Sottosistema PET (punti 5.1-5.41) – Sistema di rivelazione (full digital o altra modalità comunque digitale):
apprezzamento crescente all'aumentare del numero dei detettori, del numero dei cristalli e del rapporto
detettori/cristalli e della risoluzione temporale - **Rapporto detettori - cristalli**

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	1,5
RTI GE - CECCONI	0,75
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,96

Teramo 13/05/2021

Dott.Domenico Braca



Dott.ssa Federica Rosica



Ing. Valentino Di Felice Ardente



Sottosistema PET (punti 5.1-5.41) – Sistema di rivelazione (full digital o altra modalità comunque digitale):
apprezzamento crescente all'aumentare del numero dei detettori, del numero dei cristalli e del rapporto
detettori/cristalli e della risoluzione temporale - **Risoluzione temporale**

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	1,035 483 871
RTI GE - CECCONI	0,833 766 234
RTI SIEMENS - EDILPINI	1,5

ds

ANIZIONE

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca *[Signature]*

Dott.ssa Federica Rosica *[Signature]*

Ing. Valentino Di Felice Ardente *[Signature]*

Sottosistema PET (punti 5.1-5.41) – FOV assiale(dimensioni migliorative)


	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,42
RTI GE - CECCONI	3
RTI SIEMENS - EDILPINI	1,5

Teramo 13/05/2021

Dott.Domenico Braca



Dott.ssa Federica Rosica



Ing. Valentino Di Felice Ardente



Sottosistema PET (punti 5.1-5.41) – FOV transassiale(dimensioni migliorative)

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	1,78
RTI GE - CECCONI	2
RTI SIEMENS - EDILPINI	2

25



Teramo 13/05/2021

Dott.Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]


Sottosistema PET (punti 5.1-5.41) – Sensibilità (secondo NEMA NU2-2012) in modalità 3D (parametri migliorativi)

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,04375
RTI GE - CECCONI	1
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,24375

✓

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca 

Dott.ssa Federica Rosica 

Ing. Valentino Di Felice Ardente 

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1		2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



Mon. - M. Braca
 Dott. Domenico Braca

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2		1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dr.

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2		1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima


I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 13/05/2021




Ing. Valentino Di Felice Ardente


Sottosistema CT (punti 6.1-6.47) Caratteristiche migliorative generatore (range di tensione, potenza generatore, corrente massima a 120 kw) - Range di tensione

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,085714286
RTI GE - CECCONI	0,085714286
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,1

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca 

Dott.ssa Federica Rosica 

Ing. Valentino Di Felice Ardente 


Sottosistema CT (punti 6.1-6.47) Caratteristiche migliorative generatore (range di tensione, potenza generatore, corrente massima a 120 kw) - **Potenza generatore**

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,028985507
RTI GE - CECCONI	0,2
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,084057971

ACQUISIZIONE DATA
AUSI

Dr

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca 

Dott.ssa Federica Rosica 

Ing. Valentino Di Felice Ardente 

Sottosistema CT (punti 6.1-6.47) Caratteristiche migliorative generatore (range di tensione, potenza generatore, corrente massima a 120 kw) - Corrente massima a 120 kV

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,040303030
RTI GE - CECCONI	0,2
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,100909091

25

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]

Caratteristiche migliorative del sistema di scansione ed acquisizione – Tempo minimo di rotazione

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,370370370
RTI GE - CECCONI	0,462962963
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,5



Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca

Handwritten signature of Domenico Braca in blue ink.

Dott.ssa Federica Rosica

Handwritten signature of Federica Rosica in blue ink.

Ing. Valentino Di Felice Ardente

Handwritten signature of Valentino Di Felice Ardente in blue ink.

Caratteristiche migliorative del sistema di scansione ed acquisizione – FOV per correzione della attenuazione

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,357142857
RTI GE - CECCONI	0,357142857
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,5

12

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca 

Dott.ssa Federica Rosica 

Ing. Valentino Di Felice Ardente 



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	2	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		3	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

30

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	2	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		3	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2	2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	3

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima


I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 13/05/2021

Ing. Valentino Di Felice Ardente



Caratteristiche migliorative del sistema di scansione ed acquisizione – Minimo spessore di strato in ricostruzione

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,4375
RTI GE - CECCONI	0,4375
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,5

[Handwritten mark]



Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca *[Signature]*

Dott.ssa Federica Rosica *[Signature]*

Ing. Valentino Di Felice Ardente *[Signature]*

Caratteristiche tubo Rx (dissipazione termica e capacità termica anodica) – Dissipazione termica

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,054794521
RTI GE - CECCONI	0,239726027
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,25



Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]


Caratteristiche tubo Rx (dissipazione termica e capacità termica anodica) – Capacità termica anodica

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,15
RTI GE - CECCONI	0,195
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,25

2

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca 

Dott.ssa Federica Rosica 

Ing. Valentino Di Felice Ardente 


Numero di strati contemporaneamente acquisiti, copertura per singola rotazione, FOV, ridotto spessore di strato - Numero di strati contemporaneamente acquisiti

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,5
RTI GE - CECCONI	0,5
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,25

dr
SISIZIONE

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca 

Dott.ssa Federica Rosica 

Ing. Valentino Di Felice Ardente 

Numero di strati contemporaneamente acquisiti, copertura per singola rotazione, FOV, ridotto spessore di strato – Copertura per singola rotazione

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,5
RTI GE - CECCONI	0,5
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,24



3

Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]

Numero di strati contemporaneamente acquisiti, copertura per singola rotazione, FOV, ridotto spessore di strato – FOV

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,448 717 949
RTI GE - CECCONI	0,448 717 949
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,5

25



Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]

Numero di strati contemporaneamente acquisiti, copertura per singola rotazione, FOV, ridotto spessore di strato – Ridotto spessore di strato in acquisizione

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,48
RTI GE - CECCONI	0,48
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,5

3



Teramo 13/05/2021

Dott. Domenico Braca

Dott.ssa Federica Rosica

Ing. Valentino Di Felice Ardente



VERBALE N. 9

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 17 del mese di maggio 2021 alle ore 9:55 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo, Piazza Italia, 1, si riunisce in **seduta riservata** la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** - Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** - Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** - Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO - WORKSTATIONS (7.1-8.16) per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, così come parzialmente rettificato, da ultimo, con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data 12.03.2021, è prevista l'attribuzione massima di **punti 5** suddivisi nei seguenti SUB-CRITERI:

Software e hardware di acquisizione (prestazioni della workstation, gestione flusso pazienti, integrazione RIS-PACS) caratteristiche migliorative punti 1,50;

- Software e hardware di ricostruzione (possibilità di ricostruzioni con l'inclusione di metodi di correzione) caratteristiche migliorative punti 1,50;
- Interfaccia utente: funzioni di visualizzazione, archiviazione e networking delle immagini PET e CT e di fusione PET/CT (completezza e facilità di utilizzo) punti 1;

Capacità degli HD interni e delle RAM (parametri migliorativi), dimensioni monitor e prestazioni stampante. In particolare:

- Capacità degli HD interni punti max 0,3;
- Capacità delle RAM punti max 0,3;
- Dimensioni monitor punti max 0,3;
- Prestazioni stampante (velocità di stampa a colori) punti max 0,1;

La commissione procede alla valutazione dei summenzionati criteri adottando, per quanto riguarda i punteggi quantitativi, la metodologia di calcolo indicata all'ultimo capoverso del punto 17.2 del Disciplinare di Gara, mentre, per quanto riguarda la valutazione dei criteri soggetti a discrezionalità, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.





Alle ore 13:35, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) facciata.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice


Dott. Domenico Braca (presidente)


Federica Rosica (componente)


Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli













	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2	2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1
		1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2		2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		2	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento





	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

ds

Federica Rosica

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		2	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



Handwritten initials

Handwritten signature

Ing. Valentino Di Felice Ardente

Teramo, 17/05/2021



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2		2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		3	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 17.05.2021

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Dott. Domenico Braca

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



dr

Federica Rosica
Dott.ssa Federica Rosica

Teramo, 17/05/2021



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 17/05/2021

Handwritten initials

Handwritten signature
Ing. Valentino Di Felice Ardente

Workstations (punti 7.1 – 8.16) – Capacità degli HD interni e della RAM (parametri migliorativi), dimensioni monitor e prestazioni stampante - Capacità degli HD interni

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,150793651
RTI GE - CECCONI	0,3
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,245238095



Teramo 17/05/2021

Dott. Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]

Workstations (punti 7.1 – 8.16) Capacità degli HD interni e della RAM (parametri migliorativi), dimensioni monitor e prestazioni stampante – Capacità della RAM

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,285826772
RTI GE - CECCONI	0,3
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,115748031



Handwritten mark or signature.

Teramo 17/05/2021

Dott. Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]

Workstations (punti 7.1 – 8.16) Capacità degli HD interni e della RAM (parametri migliorativi), dimensioni monitor e prestazioni stampante – **Dimensioni Monitor**

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,3
RTI GE - CECCONI	0,2975
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,2875



Teramo 17/05/2021

Dott. Domenico Braca [Signature]

Dott.ssa Federica Rosica [Signature]

Ing. Valentino Di Felice Ardente [Signature]

Workstations (punti 7.1 – 8.16) Capacità degli HD interni e della RAM (parametri migliorativi), dimensioni monitor e prestazioni stampante – Prestazioni stampante (velocità di stampa a colori).

	PUNTEGGIO
RTI PHILIPS - GOWEN	0,1
RTI GE - CECCONI	0,002236842
RTI SIEMENS - EDILPINI	0,002236842



[Handwritten mark]

Teramo 27/05/2021

Dott. Domenico Braca *[Signature]*

Dott.ssa Federica Rosica *[Signature]*

Ing. Valentino Di Felice Ardente *[Signature]*



VERBALE N. 10

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 18 del mese di maggio 2021 alle ore 10:20 presso l' aula Formazione della Asl di Teramo, Via Circonvallazione n° 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** - Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** - Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** - Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO - Dosimetria, sistemi di correzione, calibrazione e controllo qualità (10.1 - 11.31) per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di punti 2

- Caratteristiche dei Fantocci per CQ;
- Tipologie Tools per CQ;
- *Possibilità di procedure periodiche e possibilmente automatiche per il monitoraggio avanzato dello stato di performance del sistema;*

La commissione procede alla valutazione dei summenzionati criteri adottando, per quanto riguarda i punteggi quantitativi, la metodologia di calcolo indicata all'ultimo capoverso del punto 17.2 del Disciplinare di Gara, mentre, per quanto riguarda la valutazione dei criteri soggetti a discrezionalità, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Alle ore 13:50, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) facciata.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento


Teramo, 18.05.2021

MISSIONE

25

Domenico Braca

Dott. Domenico Braca



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 18.05.2024

Dott.ssa Federica Rosica

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	1	1	1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 18/05/2021



25

Ing. Valentino Di Felice Ardente

VERBALE N. 11


Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 19 del mese di maggio 2021 alle ore 10:40 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo, Piazza Italia, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** - Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** - Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** - Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO - SOFTWARE CLINICO (9.1-9.28) per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di **punti 8** :

- 
- Software oncologico (facilità di utilizzo e possibilità di calcolo accurato dei valori di SUVmax, SUVmean ecc. in differenti modalità e secondo diverse normalizzazioni);
 - Software neurologico e di quantificazione per PET cerebrale (facilità di utilizzo e possibilità di effettuare volume rendering, riorentazioni, valutazioni semiquantitative ecc.);
 - Softwares di valutazione (studi trasversali di pazienti, applicazioni di protocolli codificati, algoritmi di fusione multimodale ecc.);
 - Software clinico specifico per applicazioni in campo cardiaco (orientazione secondo gli assi cardiaci e mappe polari), quantificazione gated e non gated del metabolismo e della perfusione, software CT per calcium score;
 - Software clinico specifico per elaborazione e quantificazione 4D e gating respiratorio;
 - Memoria di massa interna per acquisizione e mantenimento dei dati;

CRITERIO - ACCESSORI (punti 17.1-17.6 e 4.1-4.3) per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di **punti 3** :

- Tipologia di gating respiratorio in modalità PET-CT
- Caratteristiche dei laser per RT e tavola piatta in fibra di carbonio per RT
- Gruppo di continuità

La commissione procede alla valutazione dei summenzionati criteri adottando, per quanto riguarda i punteggi quantitativi, la metodologia di calcolo indicata all'ultimo capoverso del punto 17.2 del Disciplinare di Gara, mentre, per quanto riguarda la valutazione dei criteri soggetti a discrezionalità, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.





Alle ore 14:50, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) fasciate.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli

Domenico Braca
Federica Rosica
Valentino Di Felice Ardente
Dante Castagnoli





	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 19.03.2011

R.

[Signature]
Dott. Domenico Braca

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2		2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 19-05-2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dott.ssa Federica Rosica

TERAMO/17

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		2	2
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo,

19/05/2021

Ing. Valentino Di Felice Ardente

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2		1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 19.05.2021



Handwritten signature/initials

Handwritten signature
 Dott. Domenico Braca

Accessori (punti 17.1-17.6 e 4.1-4.3)



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	3		2	
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 19.05.2021

Dott.ssa Federica Rosica

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2		1	1
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.			2

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 19/05/2021



Handwritten initials

Handwritten signature
 Ing. Valentino Di Felice Ardente

VERBALE N. 12

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 20 del mese di maggio 2021 alle ore 11:30 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo, Piazza Italia, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** - Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** - Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** - Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO - QUALITÀ DELLE IMMAGINI per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di **punti 13** :

La Commissione inizia ad esaminare attentamente la documentazione relativa al criterio sopra menzionato relativa a:

- Rivelabilità delle lesioni, contrasto rispetto al fondo e livello di rumore statistico con FDG ;
- Identificabilità delle lesioni con traccianti non FDG;
- Omogeneità del segnale a livello di parenchimi non patologici;
- Deterioramento delle immagini in condizioni non ottimali di acquisizione;

Al termine dei lavori, non avendo concluso la disamina di tutti i punti, la Commissione si riserva di procedere alla valutazione del summenzionato criterio nella successiva seduta di gara.

Alle ore 13:40, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) facciata.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli





2013
10/10/2013

10/10/2013

VERBALE N. 13

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 21 del mese di maggio 2021 alle ore 9:30 presso l' aula Formazione della Asl di Teramo, Via Circonvallazione n° 1, si riunisce in **seduta riservata** la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare P.O. di Teramo - SIMOG 7978518, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** – Direttore UOSD Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** – Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** – Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Proseguono le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO – QUALITÀ DELLE IMMAGINI per il quale, come da art. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di **punti 13** :

- Rivelabilità delle lesioni, contrasto rispetto al fondo e livello di rumore statistico con FDG ;
- Identificabilità delle lesioni con traccianti non FDG;
- Omogeneità del segnale a livello di parenchimi non patologici;
- Deterioramento delle immagini in condizioni non ottimali di acquisizione;



Terminato l'esame della documentazione relativa al criterio sopra menzionato, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice esprime, per le coppie di operatori economici esaminate per la parte di interesse, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, sulla scheda di valutazione di propria pertinenza.

Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Aggiudicatrice sottoscrive le schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Conclusa l'attività di assegnazione di tutti i punteggi così come previsto all'art. 17.1 del Disciplinare di gara, parzialmente integrato dall'Avviso di rettifica pubblicato in data 12-03-2021 sulla piattaforma telematica, la Commissione giunge alle risultanze sinteticamente descritte negli allegati del presente verbale di cui sono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATI

- N° 1 Scheda punteggi quantitativi ;
- N° 5 Schede da 1 a 5 punteggi discrezionali;
- N° 1 Scheda punteggio finale;

La Commissione pertanto provvede ad inserire sulla Piattaforma telematica di gara Maggioli i punteggi ottenuti dalle Ditte per ogni singolo criterio di valutazione.

Alle ore 14:00, al termine della suddetta attività, il Presidente della commissione giudicatrice dott. Domenico Braca, dichiara conclusi i lavori e rinvia a successive sedute la prosecuzione degli stessi.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) facciate.

Letto, confermato, sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice

Dott. Domenico Braca (presidente)

Federica Rosica (componente)

Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli


The image shows four horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink above it. The signatures are: 1. Domenico Braca, 2. Federica Rosica, 3. Valentino Di Felice Ardente, and 4. Dante Castagnoli.


A handwritten mark or signature in blue ink, possibly a date or a specific note, located in the lower right quadrant of the page.



	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		3	3
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		3		3
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		1	1


Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 21.05.2021



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '1' with an arrow pointing right.

Dott.ssa Federica Rosica




	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.		RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.rl.
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.		3	3
	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	1

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Teramo, 21.05.2021

Ing. Valentino Di Felice Ardente

ALLEGATO: SCHEDA PUNTEGGI QUANTITATIVI	Punti massimi attribuibili	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.- CECCONI S.R.L.	RTI PHILIPS S.p.A. GDWEN S.r.l.	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE		punteggio	punteggio	punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE PET-TC lotto n.1				
Gantry/Lettino porta-paziente (punti 2.1-3.17)				
Dimensioni vano paziente (diametro migliorativo)	0,40	0,000	0,000	0,400
Range di scansione assiale combinata PET/CT (dimensioni migliorative)	0,40	0,400	0,000	0,340
Sottosistema PET (punti 5.1-5.41)				
Sistema di rivelazione (full digital o altra modalità comunque digitale). In particolare:				
numero detettori:	1,50	0,629	1,184	1,500
numero cristalli:	1,50	0,805	0,758	1,500
rapporto detettori/cristalli:	1,50	0,750	1,500	0,960
risoluzione temporale:	1,50	0,834	1,035	1,500
FOV assiale (dimensioni migliorative)	3,00	3,000	0,420	1,500
FOV trasassiale (dimensioni migliorative)	2,00	2,000	1,780	2,000
Sensibilità (secondo NEMA NU2-2012) in modalità 3D (parametri migliorativi)	1,00	1,000	0,044	0,244
Sottosistema CT (punti 6.1-6.47)				
Caratteristiche migliorative generatore (range di tensione, potenza generatore, corrente massima a 120 kV). In particolare:				
range di tensione:	0,10	0,086	0,086	0,100
potenza generatore:	0,20	0,200	0,029	0,084
corrente massima a 120 kV:	0,20	0,200	0,040	0,101
Caratteristiche migliorative del sistema di scansione ed acquisizione. In particolare:				
tempo minimo di rotazione:	0,50	0,463	0,370	0,500
FOV per correzione della attenuazione:	0,50	0,357	0,357	0,500
minimo spessore di strato in ricostruzione:	0,50	0,438	0,438	0,500
Caratteristiche tubo Rx (dissipazione termica e capacità termica anodica). In particolare:				
dissipazione termica:	0,25	0,240	0,055	0,250
capacità termica anodica:	0,25	0,195	0,150	0,250
Numero di strati contemporaneamente acquisiti, copertura per singola rotazione, FOV, ridotto spessore di strato. In particolare:				
numero di strati contemporaneamente acquisiti:	0,50	0,500	0,500	0,250
copertura per singola rotazione:	0,50	0,500	0,500	0,240
FOV:	0,50	0,449	0,449	0,500
ridotto spessore di strato in acquisizione:	0,50	0,480	0,480	0,500
Workstations (punti 7.1-8.16)				
Capacità degli HD interni e delle RAM (parametri migliorativi), dimensioni monitor e prestazioni stampante. In particolare:				
capacità degli HD interni:	0,30	0,300	0,151	0,245
capacità delle RAM:	0,30	0,300	0,286	0,116
dimensioni monitor:	0,30	0,298	0,300	0,288
prestazioni stampante (velocità di stampa a colori):	0,10	0,002	0,100	0,002
ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA (punti 15.1-15.18)				
Durata della garanzia:	3,00	2,333	3,000	3,000
TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE				
Tempi migliorativi rispetto al cronoprogramma dei 120 giorni previsti:	3,00	3,000	2,250	2,700
Totale punteggi quantitativi		19,759	16,262	20,069

Presidente - Dott. Domenico Braca

Componente - Dott.ssa Federica Rosica

Componente - Ing. Valentino Di Felice Ardente

Domenico Braca
Federica Rosica
Valentino Di Felice Ardente



data 21/05/2021



Allegato: Schede da 1 a 5 punteggi discrezionali

SCHEDA 1

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI Progetto comprensivo di lavori edili ed impiantistici e di adeguamento dei locali					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	12	21	0,571428571	4	2,286
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	21	21	1,000000000	4	4,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	0	21	0,000000000	4	0,000

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI Interventi finalizzati alla "umanizzazione" degli ambienti con i quali interagiscono i pazienti ed arredi a corredo					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	18	18	1,000000000	1	1,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	18	18	1,000000000	1	1,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	0	18	0,000000000	1	0,000

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT Gantry lettino porta-paziente- Apprezzamento crescente in riferimento a compattezza del gantry, semplicità di utilizzo,					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	5	18	0,277777777	0,4	0,111
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	18	0,055555555	0,4	0,022
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	18	18	1,000000000	0,4	0,400

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT Gantry lettino porta-paziente- Accessori per il corretto e sicuro posizionamento del paziente					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	6	6	1,000000000	0,4	0,400
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	6	6	1,000000000	0,4	0,400
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	6	6	1,000000000	0,4	0,400

Dott. Domenico Braca - Presidente

Dott.ssa Federica Rosica - Componente

Ing. Valentino Di Felice Ardente - Componente

Teramo, 21/05/2021

SCHEDA 2


CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT Gantry lettino porta-paziente-Tavolo piatto aggiuntivo in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento per il					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	10	19	0,526315789	0,4	0,211
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	0	19	0,000000000	0,4	0,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	19	19	1,000000000	0,4	0,400

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT Sottosistema PET- Caratteristiche funzionali dispositivi acquisizione in 4D gating respiratorio					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	7	10	0,700000000	1	0,700
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	1	10	0,100000000	1	0,100
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	10	10	1,000000000	1	1,000


CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT Sottosistema CT- Caratteristiche sistemi per la riduzione della dose					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	6	15	0,400000000	0,5	0,200
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	15	15	1,000000000	0,5	0,500
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	0	15	0,000000000	0,5	0,000

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT Dosimetria, sistemi di correzione, calibrazione, controlli di qualità					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	6	6	1,000000000	2	2,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	6	6	1,000000000	2	2,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	6	6	1,000000000	2	2,000


Dott. Domenico Braca - Presidente



Dott.ssa Federica Rosica - Componente

Ing. Valentino Di Felice Ardente - Componente



Teramo, 21/05/2021



SCHEDA 3

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT- Workstation- Software ad hardware di acquisizione (prestazioni della workstation, gestione flusso pazienti,					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2	8	0,250000000	1,5	0,375
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	8	8	1,000000000	1,5	1,500
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	8	8	1,000000000	1,5	1,500

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT- Workstation- Software ad hardware di ricostruzione (possibilità di ricostruzioni con l'inclusione di metodi di					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	2	11	0,181818181	1,5	0,273
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	11	11	1,000000000	1,5	1,500
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	5	11	0,454545454	1,5	0,682

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT- Workstation- Interfaccia utente: dunzioni di visualizzazione, archiviazione e networking delle immagini PET e CT e di					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	4	9	0,444444444	1	0,444
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	9	9	1,000000000	1	1,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	6	9	0,666666666	1	0,667

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT- Software clinico					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	0	9	0,000000000	8	0,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	9	9	1,000000000	8	8,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	9	9	1,000000000	8	8,000

Dott. Domenico Braca - Presidente

Dott.ssa Federica Rosica - Componente

Ing. Valentino Di Felice Ardente - Componente

Teramo, 21/05/2021

SCHEDA 4

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT- Accessori Tipologia di gating respiratorio in modalità PET-CT, caratteristiche dei laser per RT e tavola piatta in fibra di					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	11	11	1,000000000	3	3,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	0	11	0,000000000	3	0,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	8	11	0,727272727	3	2,182

CARATTERISTICHE TECNICHE PET-CT- Qualità dell'immagine- Rivelabilità delle lesioni, contrasto rispetto al fondo e livello di rumore statistico con FDG-					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	0	12	0,000000000	13	0,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	12	12	1,000000000	13	13,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	12	12	1,000000000	13	13,000


ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA Organizzazione del servizio, modalità di gestione degli interventi, tecnici dedicati alla tecnologia e nell'area territoriale di					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	10	10	1,000000000	3	3,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	7	10	0,700000000	3	2,100
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	1	10	0,100000000	3	0,300

ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA Controlli di qualità prestazionali, verifiche di sicurezza elettrica e frequenza manutenzioni preventive					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	15	15	1,000000000	1	1,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	6	15	0,400000000	1	0,400
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	0	15	0,000000000	1	0,000

Dott. Domenico Braca - Presidente



Dott.ssa Federica Rosica - Componente

Ing. Valentino Di Felice Ardente - Componente




Teramo, 21/05/2021


SCHEDA 5

FORMAZIONE DEL PERSONALE Programma di formazione del personale; ore destinate al training iniziale, training successivi o periodici					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	6	6	1,000000000	4	4,000
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	6	6	1,000000000	4	4,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – EDILPINI s.r.l.	6	6	1,000000000	4	4,000


Dott. Domenico Braca - Presidente



Dott.ssa Federica Rosica - Componente

Ing. Valentino Di Felice Ardente - Componente



Teramo, 21/05/2021


Allegato : Scheda punteggio finale

Riparametrazione						
<i>Operatori economici</i>	<i>totale punteggio discrezionali</i>	<i>totale punteggio quantitativi</i>	<i>totale punteggio</i>	<i>coefficienti</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	19,000	16,262	35,262	0,5948177535	70	41,638
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	39,522	19,759	59,281	1,0000000000	70	70,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI s.r.l.	34,530	20,069	54,600	0,9210293076	70	64,473


Dott. Domenico Braca - Presidente



Dott.ssa Federica Rosica - Componente

Ing. Valentino Di Felice Ardente - Componente



Teramo, 21/05/2021

VERBALE N. 14

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno 27 del mese di maggio 2021 alle ore 10.00 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in **seduta pubblica** la Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento prot. n. 0054241/21 del 1.4.2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla *procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una pet/ct e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina nucleare p.o. di teramo - SIMOG 7978518*, nelle persone: **Dott. Domenico Braca** – Direttore UOC Medicina Nucleare, in qualità di presidente, **Dott.ssa Federica Rosica** – Dirigente Fisico UOC Fisica Sanitaria e **Ing. Valentino Di Felice Ardente** – Collaboratore Ingegnere UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni in qualità di componenti;

E' altresì presente, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, il **Dott. Dante Castagnoli**, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Gli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura sono stati convocati alla seduta pubblica con comunicazione prot. n. 0079032/21 del 21 maggio 2021, trasmessa, tramite la piattaforma telematica Maggioli, in uso presso questa Azienda, agli indirizzi PEC delle ditte partecipanti alla presente procedura e con pubblicazione della stessa nella sezione bandi di gare e procedure, al seguente link <https://www.aslteramo.it/gare-di-appalto/>.

Si procede, attraverso la piattaforma telematica in uso presso la stazione appaltante, all'apertura, per ciascun operatore economico offerente, delle buste economiche.

La Commissione sulla base dei ribassi offerti dalle ditte in gara, procede al calcolo dei coefficienti di attribuzione del punteggio per l'elemento di natura quantitativa prezzo (30 punti).

La Commissione procede successivamente all'inserimento dei suddetti coefficienti sulla piattaforma telematica che genera in automatico il punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente.

Le risultanze delle operazioni di cui sopra vengono sinteticamente riportate nella Tabella allegata al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale.





Verificata – ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 - l'anomalia dell'offerta per le prime due classificate RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L. , RTI SIEMENS HEALTHCARE SRL – EDILPINI SRL , si rimette al R.U.P. l'espletamento del sub-procedimento di verifica che sarà svolto all'esito della trasmissione degli atti. Ultimate le predette operazioni, alle ore 10.56 il presidente della Commissione, il Dott. Domenico Braca, dichiara conclusa la seduta pubblica demandando al segretario la trasmissione al RUP dei verbali delle sedute di Commissione per le determinazioni di competenza.

Di quanto sopra è redatto il verbale, composto di n. 2 (due) facciate e n° 1 allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Commissione Aggiudicatrice


Dott. Domenico Braca (presidente)


Federica Rosica (componente)


Valentino Di Felice Ardente (componente)

Il segretario verbalizzante Dante Castagnoli











Allegato



$Ci = (R/R_{max})^a$
Ci = Coefficiente da assegnare all'offerta in esame;
R = ribasso percentuale rispetto alla base d'asta (soglia);
R _{max} = ribasso percentuale più elevato tra quelli offerti in gara;
a = esponente che regola il grado di concavità della curva (0,2);

Importo base d'appalto	
€	3.300.000,00

Operatori economici	totale punteggio
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	41,638
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- C	70,000
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI	64,473

Operatori economici	R	R _{max}	a	Ci	Punti	Punteggio elemento di natura quantitativa prezzo	Importo base d'appalto ribassato	Operatori economici	Punteggio complessivo elementi di natura qualitativa	Punteggio elemento di natura quantitativa prezzo	Sommario punteggi elementi di natura qualitativa e quantitativa prezzo	Verifica Anomalia
RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	6,720%	0,100	0,200	0,924344826	30,000	27,730	€ 3.078.240,00	RTI PHILIPS S.p.A. GOWEN S.r.l.	41,638	27,730	69,368	Offerta non anomala
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- CECCONI S.R.L.	9,959%			1,000000000		30,000	€ 2.971.365,51	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.- C	70,000	30,000	100,000	Offerta Anomala
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI S.r.l.	8,000%			0,957145931		28,714	€ 3.036.000,00	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - EDILPINI	64,473	28,714	93,187	Offerta Anomala

Presidente - dott. Domenico Braca


Componente - dott.ssa Federica Rosica

Componente - Ing. Valentino Di Feliceardente

Domènico Braca
Federica Rosica
Valentino Di Feliceardente

DATA 27/05/2021

h





REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 - TERAMO
U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. di TERAMO NUMERO GARA SIMOG: 7978518 CIG LOTTO N.1: 8550789E4B

Il giorno **7 del mese di giugno 2021 alle ore 9:45** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, si è riunito in seduta riservata il seggio di gara monocratico costituito dal Dott. Lori Domenico in qualità di Rup, assistito dal funzionario Dott. Dante Castagnoli quest'ultimo con funzione verbalizzante.

Si premette che:

- 1) come da risultanze della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice del 27.5.2021, relativa all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori concorrenti, è emersa l'anomalia dell' offerta dell' operatore economico **RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - CECCONI S.R.L.** , collocatosi nella prima posizione della graduatoria, in quanto sia il punteggio conseguito per gli elementi di natura qualitativa che il punteggio conseguito per l'elemento di natura quantitativa "prezzo" sono risultati superiori alle rispettive soglie stabilite dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) per quanto sopra è stata avviata nei confronti del citato operatore economico con nota protocollo n° 81185 del 27-05-2021 la procedura prevista dall'art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fine di acquisire elementi per la valutazione della congruità dell'offerta;
- 3) con nota del 4-06-2021 pervenuta a codesta stazione appaltante a mezzo piattaforma telematica, l' operatore economico **RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - CECCONI S.R.L.** ha fatto pervenire a mezzo piattaforma telematica le giustificazioni richieste che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale;

Il Rup Dott. Domenico Lori dopo ampia ed approfondita valutazione di tutta la documentazione prodotta dalla **RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - CECCONI S.R.L.** a sostegno degli elementi costitutivi dell'offerta, ritiene le giustificazioni prodotte adeguate in relazione all'offerta presentata in sede di gara.


Il RUP alle ore 10:30 dichiara conclusa la seduta riservata .


Letto, confermato, sottoscritto.


Il RUP

Dott. Domenico Lori

Dott. Dante Castagnoli (verbalizzante)







Handwritten marks and symbols, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner of the page.



GE Healthcare

Via Galeno 36
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Spett.le
AUSL N. 4 – TERAMO
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 TERAMO

c.a. Dott. Dante Castagnoli

Milano, 03.06.2021

OGGETTO:	Procedura aperta per l'affidamento per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. di Teramo – Lotto n. 1 – CIG n. 8550789E4B <u>DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA OFFERTA</u>
-----------------	--

Giustificazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016

Strutture e servizi per la garanzia e l'assistenza tecnica inerenti all'offerta

GE Medical Systems ha attivato procedure internazionali finalizzate all'ottenimento e alla consegna in tempi brevi di ogni componentistica di ricambio necessaria alla riparazione e manutenzione di tutte le differenti tipologie di apparecchiature biomediche non ultimo il metodo di qualità costruttivo "Six sigma".

La funzionalità delle strutture logistiche è assicurata da un'interconnessione informatizzata dei vari centri di distribuzione, collegati in rete tra di loro, che permette di conoscere, in ogni momento, la disponibilità dei ricambi necessari, e di attivare procedure di ricerca su scala mondiale delle parti non disponibili a magazzino.

La rete di distribuzione è così organizzata:

Italia

Il magazzino centrale GE Medical Systems-Italia, ubicato a **Peschiera Borromeo (Milano)**, viene rifornito con servizio di navetta giornaliera dalla Francia.

Magazzini Centrali Europei:

Evry (Parigi) gestore dei Magazzini Centrali - dotato di oltre 80.000 parti di ricambio in stock - ubicati in ogni singola nazione;

Oltre ai Magazzini Centrali Europei esistono centri di distribuzione ed immagazzinamento ricambi negli Stati Uniti d'America e a Singapore.

Il sistema informativo che gestisce il magazzino e la logistica delle parti di ricambio è integrato a livello mondiale e permette di localizzare, trasferire ed evadere gli ordini immediatamente dai centri di distribuzione europei, americani e asiatici.

Per quanto riguarda le società produttrici del Gruppo GE, si segnala quanto segue:



Economia di scala nei processi di produzione

Grazie alla propria organizzazione mondiale ed alla gestione globale delle attività produttive e di ricerca dei componenti necessari alla produzione ed applicando la metodologia "Six Sigma", la casa madre ha saputo razionalizzare i costi di produzione dei propri prodotti ed offrire la migliore tecnologia a prezzi assolutamente convenienti, così da divenire sempre più competitiva.

Si precisa che:

- i) la nostra società distribuisce nel mercato italiano prestando la relativa assistenza tecnica apparecchiature medicali fabbricate da consociate in stabilimenti siti in Europa ed in altri continenti;
- ii) il costo del lavoro ed il costo relativo alla sicurezza sostenuti da stabilimenti di produzione non situati in Italia ed appartenenti ad altre società del Gruppo non sono dati a disposizione della nostra società e, peraltro, seguendo dinamiche di mercato non comparabili con la situazione italiana, risulterebbero di scarso interesse.

Il contratto collettivo applicato dalla nostra società in base al settore merceologico e all'area territoriale è il "Contratto Metalmeccanico per Aziende Private".

Originalità delle forniture

GE Medical Systems ha il vanto di avere istituito il primo laboratorio al mondo per ricerche industriali di base, di essere stata la prima in America ad applicare alla ricerca industriale il metodo del gruppo multidisciplinare, di aver aperto uno dei primi laboratori al mondo per l'ingegneria avanzata.

Le invenzioni e le scoperte della GE negli ultimi 100 anni includono il moderno tubo radiogeno per usi medicali, i magneti superconduttori per RM, i diamanti industriali artificiali e il motore d'aereo ad altissimo rendimento termodinamico.

Praticamente tutti i più importanti settori della scienza e della tecnica sono rappresentati: chimici, ingegneri, matematici, meccanici, esperti in metallurgia, materiali ceramici, microbiologi, ingegneri dei sistemi e molti altri ancora.

E' proprio la diversità di specializzazioni che permette la capacità unica di costituire rapidamente importanti team multidisciplinari per affrontare i progetti più complessi.

Soluzioni tecniche

GE Medical Systems opera alle frontiere della scienza medica moderna quale pioniere nello sviluppo di sistemi per immagini diagnostiche. La sua tecnologia è tra le più avanzate nel mondo nel campo dei raggi X, dell'angiografia, della tomografia computerizzata, della risonanza magnetica, delle tecniche diagnostiche nucleari e degli ultrasuoni. I principali prodotti realizzati in Europa ed esportati in tutto il mondo includono sistemi di mammografia e sistemi angiografici, generatori, unità mobili.

E' di GE Medical Systems il primo detettore digitale (Digital Flat Panel) per applicazioni diagnostiche, risale infatti al 1987 l'inizio della ricerca e dello sviluppo per questo nuovo tipo di recettore per raggi X. GE Medical Systems ha sviluppato il primo sistema TAC Multistrato a quattro canali, commercializzato il 10 settembre 1998.

Si dichiara inoltre:

- Che, alla luce delle informazioni fornite, il prezzo proposto in offerta per la fornitura oggetto dell'appalto risulta congruo e remunerativo.
- Che la GE Medical Systems Italia SpA non dispone di aiuti speciali dallo Stato.

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Antonio Spera – Legale Rappresentante
F.to digitalmente

Ancona, 03.06.2021

Spett.le
**AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE N. 4 - TERAMO**
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 - TERAMO (AN)

C.A.: Dott. Dante Castagnoli

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di Radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. di Teramo. Numero gara Simog: 7978518 - CIG LOTTO n.1: 8550789E4B

Giustificazioni relative alle voci di prezzo dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016

Nel formulare la nostra offerta, sono stati tenuti in considerazione i diversi elementi che caratterizzano la necessità da parte Vostra di dotarVi di impianti e strutture a servizio di un'apparecchiatura di elevate prestazioni.

La composizione delle voci di spesa che hanno concorso a determinare l'importo complessivo d'offerta include tutte le voci di norma previste nell'esecuzione di opere edili ed impiantistiche, nonché di tutti gli oneri a carico dell'impresa previsti per il caso specifico, così come inserito nel computo metrico estimativo allegato alla offerta economica di gara.

Economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione:

La Cecconi s.r.l. vanta una esperienza ventennale nel settore ospedaliero ed in particolare nel settore diagnostico per immagini, di cui i più significativi lavori realizzati sono:

- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova PET-TC – Ospedale di Torrette – Ancona*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova RM – Ospedale di Torrette – Ancona*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova PET-TC e GAMMA CAMERA – Ospedale Muraglia – Pesaro*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova TAC – Ospedale di Amandola*

- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova RM – Ospedale Carlo Urbani – Jesi*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova RM – Ospedale di Fermo*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova Angiografia – Ospedale di Torrette – Ancona*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova TAC – Ospedale di Torrette – Ancona*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova Angiografia – Inrca Por di Ancona*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova Angiografia – Ospedale di Pesaro*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio delle nuove TAC – Ospedale di Pesaro ed Ospedale di Fano (PU)*
- *Opere edili ed impiantistiche a servizio della nuova TAC e RM – Ospedale di Montecatone – Imola (BO)*

È inoltre da considerare che la nostra azienda è nella condizione di poter praticare prezzi concorrenziali grazie alla combinazione dei seguenti elementi:

- condizioni favorevoli di acquisto e reperibilità di materiali e/o lavorazioni;
- ventennale esperienza in lavorazioni edili ed impiantistiche "chiavi in mano";
- possesso da parte dell'azienda di dotazioni, macchine, attrezzature e strumenti specifici.



I procedimenti di costruzione e i processi di realizzazione previsti nel lavoro in oggetto rientrano tra quelli abitualmente messi in atto dalla Cecconi srl con continuità in campo sanitario.

Tali lavori sono pertanto gestiti in modo da realizzare le necessarie economie di scala che garantiscono al contempo il corretto ricarico di Impresa e l'elevata qualità esecutiva necessaria all'esecuzione - secondo la "regola dell'arte" - delle operazioni necessarie ad installazioni complesse da realizzarsi in ambito sanitario.

Le opere edili ed impiantistiche comprese nel presente progetto ottemperano agli obblighi in materia di sicurezza Dlgs 81/2008, con particolare riferimento a quello dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

Pertanto tali opere, essendo relative a luoghi e posti di lavoro, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro concretamente possibili nel momento in cui sono state effettuate le scelte progettuali e tecniche e prevedono ovviamente l'utilizzo di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori:

La nostra azienda vanta una ventennale esperienza nella realizzazione di opere edili ed impiantistiche in ambito sanitario e diagnostica per immagini chiavi in mano.

La Cecconi srl ha sviluppato nel corso degli anni un metodo organizzativo ed operativo sia per la fase di progettazione che per la fase di esecuzione delle opere che permette la realizzazione in tempi rapidi ed economici di tutte le fasi operative fino al collaudo finale. Inoltre, dispone per la maggior parte di attrezzatura tecnica, macchinari e mezzi di trasporto di proprietà, completamente ammortizzati, favorendo quindi un minor costo economico.

Anche il personale della Cecconi s.r.l. ha sviluppato negli anni capacità e modalità di lavoro ed organizzazione che permettono economia nei tempi di esecuzioni pur garantendo standard elevati di qualità.

Condizione abbastanza favorevole è la localizzazione del cantiere in ambito territoriale non molto lontano alla nostra sede operativa; ciò permette un conseguente abbattimento dei costi di trasferta del personale impiegato e del trasporto dei materiali.

3

Originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente:

Non sussistono elementi di originalità o esclusiva.

Considerazioni finali:




Alla luce delle informazioni fornite, si dichiara che il prezzo proposto in offerta per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche così come specificato nel computo metrico estimativo, risulta congruo e remunerativo.

Si dichiara inoltre che la Cecconi s.r.l. non dispone di aiuti speciali dallo Stato.

CECCONI S.R.L.
Ing. Diego Cecconi
Sottoscrizione digitale

64



U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2021 € 2.562.000,00 Sottoconto 01.01.02.05.0100 Spesa anno 2021 € 477.465,92 Sottoconto 01.01.02.03.0200 Spesa anno 2022 € 24.400,00 Sottoconto 07.03.03.01.0100 (dal 1.11.2022 al 31.12.2022) Spesa anno 2023 € 146.400,00 Sottoconto 07.03.03.01.0100 Spesa anno 2024 € 146.400,00 Sottoconto 07.03.03.01.0100 Spesa anno 2025 € 146.400,00 Sottoconto 07.03.03.01.0100 Spesa anno 2026 € 122.000,00 Sottoconto 07.03.03.01.0100 (dal 1.1.2026 al 31.10.2026)	Prenotazione n. <u>860/2021</u> SUB 1 Prenotazione n. <u>860/2021</u> SUB 2 Prenotazione n. <u>860/2022</u> Prenotazione n. <u>860/2023</u> Prenotazione n. <u>860/2024</u> Prenotazione n. <u>860/2025</u> Prenotazione n. <u>860/2026</u>
CIG 8550789E4B Spesa anno 2021 € 1.500,00 Sottoconto 07.09.03.02.0300 (spese pubblicazione GURI) CIG ZD8320821B	Prenotazione n. <u>860/3</u> Prenotazione n. <u>860/4</u>
Spesa anno 2021 € 600,00 Sottoconto 07.09.03.02.0300 (spese pubblicazioni giornali) CIG Z6C3208269	Settore: _____
Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori	Data: <u>8.6.2024</u>
Data: <u>8.6.2024</u> Utilizzo prenotazione: O S Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio) 	Il Contabile  Il Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre 



La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

09 GIU. 2021

con prot. n. _____

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2003 e della L.R. n. 28/1992.



La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direttore Esecuzione Contratto	<input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C