

---

**VERBALE DEL 14.09.2018**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER CIASCUN LOTTO DI GARA EX ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTE ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 692542.**

**SEDUTA PUBBLICA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il giorno 14 settembre 2018 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo - Circonvallazione Ragusa 1 - in seduta pubblica, la Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio - Funzionario Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e R.U.P. della procedura, Funzionario Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, assistito dalla Dott.ssa Emanuela Teodori, Funzionario Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, procede alla verifica dei plichi e della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto, così come previsto all'art. 19 del Disciplinare di Gara.

Dato atto che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 07/09/2018 alle ore 13:00, pervenivano n. 30 (trenta) plichi da parte delle ditte:

1. AB MEDICA S.P.A.
2. ANTONIO PELLECCIA S.R.L.
3. APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.
4. ARS CHIRURGICA S.R.L.
5. ASSUT EUROPE S.P.A.
6. BARD S.R.L.
7. B-BRAUN MILANO S.P.A.
8. CHIRURMEDICA
9. COLOPLAST S.P.A.
10. CONMED ITALIA S.R.L.
11. EUROCLONE S.P.A.
12. GADA ITALIA S.R.L.
13. ID & CO S.R.L.
14. INNOVAMEDICA SPA
15. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
16. MEDI LINE HEALTHCARE
17. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
18. MEDTRONIC ITALIA
19. MEHOS
20. MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
21. MOVI S.P.A.
22. OLYMPUS ITALIA S.R.L.
23. SANIC SRL
24. SCS INTERNATIONAL S.R.L.
25. SIAD HEALTHCARE S.P.A.
26. SO.V.EM. S.N.C.
27. SOFAR SPA
28. STRYKER ITALIA S.R.L.
29. TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
30. VIGEO S.R.L.

---

il **R.U.P.**, riscontrato che le offerte sono state conservate in armadio chiuso con chiave di sicurezza e verificata la loro integrità, procede all'apertura dei plichi principali pervenuti per verificare che gli stessi siano stati redatti secondo quanto richiesto negli atti di gara inerenti alla procedura in argomento.

Quindi si procede, per ciascuna Ditta partecipante, all'apertura del relativo plico e della busta contenente la documentazione amministrativa.

Il **R.U.P. prende atto** che il contenuto amministrativo dei plichi presentati dalle suelencate Ditte concorrenti **è conforme** a quanto richiesto con gli atti di gara e **ammette le stesse alla successiva fase di gara** (verifica documentazione tecnica ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di Gara inerente alla procedura in argomento).

Si procederà alla verifica dei PASSOE prodotti dai concorrenti e all'acquisizione dei partecipanti sul sistema AVCPASS, una volta conclusa la presente seduta.

Le buste recanti la dicitura "Offerta Economica" vengono siglate dal RUP e dalla Dott.ssa Emanuela Teodori e riposte in armadio chiuso con chiave di sicurezza, affidata al RUP, Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio.

Le buste contenenti sia la documentazione amministrativa che quelle contenenti la documentazione tecnica, vengono riposizionate in armadio chiuso con chiave di sicurezza, affidata al R.U.P., Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, a tutela dell'integrità e della segretezza delle stesse.

R.U.P. Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio  
anche con funzioni di segretario verbalizzante

---

Dott.ssa Emanuela Teodori

---

---

VERBALE del 15.02.2019

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER CIASCUN LOTTO DI GARA EX ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTE ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 7230752.**

**SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE TECNICHE.**

Il giorno 15 febbraio 2019 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, la Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, funzionario dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, RUP della procedura in oggetto, assistita dalla Dott.ssa Emanuela Teodori, Funzionario Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ed alla presenza della Commissione nominata con atto n. 99257/18 e successiva integrazione n. 121177/18 ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura per l'acquisizione di materiale monouso e pluriuso per laparoscopia occorrente all'ASL di Teramo, nelle persone di:

- Dott.ssa Cinzia Angelozzi – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia (Presidente)
- Dott. Duilio Divisi – U.O.C. Chirurgia Toracica (Componente)
- Dott. Paolo Cerri – U.O.C. Chirurgia Generale (Componente)
- Dott. Mario Cicconi – U.O.C. Chirurgia Generale (Componente)
- Dott. Vinicio Rizza – U.O.C. Chirurgia Generale (Componente)

procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche inerenti alla procedura indicata in oggetto.

Sono presenti, muniti di regolare delega/procura acquisita agli atti, i rappresentanti di cui all'allegato elenco.

Verificato che i plichi pervenuti sono stati conservati in armadio chiuso a chiave, nonché l'integrità delle buste contenenti l'offerta tecnica, si procede all'apertura delle citate buste.

La documentazione tecnica presentata da tutti gli operatori economici partecipanti (AB MEDICA S.P.A., ANTONIO PELLECCCHIA S.R.L., APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V., ARS CHIRURGICA S.R.L., ASSUT EUROPE S.P.A., BARD S.R.L., B-BRAUN MILANO S.P.A., CHIRURMEDICA, COLOPLAST S.P.A., CONMED ITALIA S.R.L., EUROCLONE S.P.A., GADA ITALIA S.R.L., ID & CO S.R.L., INNOVAMEDICA SPA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., MEDI LINE HEALTHCARE, MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L., MEDTRONIC ITALIA, MEHOS, MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L., MOVI S.P.A., OLYMPUS ITALIA S.R.L., SANIC SRL, SCS INTERNATIONAL S.R.L., SIAD HEALTHCARE S.P.A., SO.V.EM. S.N.C., SOFAR SPA, STRYKER ITALIA S.R.L., TELEFLEX MEDICAL S.R.L., VIGEO S.R.L.) è conforme a quanto richiesto all'art. 15 del Disciplinare di Gara.

Al termine delle operazioni, l'offerta viene riposta in apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza e la chiave viene custodita dal R.U.P.

R.U.P. Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio  
anche con funzioni di segretario verbalizzante

Dott.ssa Emanuela Teodori

VERBALE del 24/11/2019

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER CIASCUN LOTTO DI GARA EX ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTE ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 692542.**

**SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE.**

Il giorno 24 novembre 2019 alle ore 9.30 presso l'Aula Convegni del Presidio Ospedaliero di Sant'Omero, sita in Sant'Omero, Via alla Salara s.n., la Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, funzionario dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, RUP della procedura in oggetto, assistita dalla Dott.ssa Emanuela Teodori, funzionario in servizio presso l'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, alla presenza della Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 99257/18 e successiva integrazione n. 121177/18 ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura per l'acquisizione di materiale monouso e pluriuso per laparoscopia occorrente all'ASL di Teramo, nelle persone di:

- Dott.ssa Cinzia Angelozzi – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia (Presidente)
- Dott. Duilio Divisi – U.O.C. Chirurgia Toracica (Componente)
- Dott. Paolo Cerri – U.O.C. Chirurgia Generale (Componente)
- Dott. Mario Cicconi – U.O.C. Chirurgia Generale (Componente)
- Dott. Vinicio Rizza – U.O.C. Chirurgia Generale (Componente)

procede allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 21 del disciplinare di gara e, specificatamente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche

Sono presenti, muniti di regolare delega/procura acquisita agli atti, i rappresentanti di cui all'allegato elenco.

Il RUP dopo aver:

**proceduto** alla consegna di n. 2 copie del verbale riepilogativo ed esplicativo di valutazione di tecnica redatto dalla Commissione Giudicatrice all'uopo nominata ai rappresentanti degli operatori economici presenti alla seduta pubblica e di cui all'allegato elenco,

**preso atto** che:

- 1) con deliberazione n. 1305 del 09/09/2020 la Stazione Appaltante ha disposto la revoca dei lotti n. 30,31,32,33,34,57 e 58 della gara in oggetto, in quanto è stata deliberata l'adesione all'A.Q. Consip ID 1954 per la fornitura di "trocar e ago di verres",
- 2) la Ditta SIAD HEALTHCARE SPA non ha confermato l'offerta presentata per i relativi lotti di partecipazione e pertanto, non si procederà all'apertura delle offerte economiche della predetta società;

**verificato** l'integrità delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse,

**procede** all'apertura delle stesse dandone lettura e trascrivendone le risultanze nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Relativamente al Lotto n. 63, la Ditta Chirurmedica rileva che non è stato riportato nel verbale riepilogativo ed esplicativo di valutazione tecnica redatto dalla Commissione Giudicatrice il giudizio tecnico relativo all'esame del proprio dispositivo presentato in sede di gara. Pertanto il RUP rinvia all'esito di opportune verifiche l'apertura dell'offerta economica della citata ditta Chirurmedica e la conseguente definizione dell'elenco degli operatori economici facenti parte dell'accordo quadro per il lotto n. 63

Preso atto che le ditte riportate nell'allegato prospetto hanno conseguito, nei rispettivi lotti di partecipazione, un punteggio tecnico e un punteggio economico entrambi superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 50/2016, art. 97, comma 3 (soglia punteggio tecnico 56 e soglia punteggio economico 24), si darà avvio al procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5, del citato D. Lgs. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione viene rinviata all'esito del procedimento dell'anomalia dell'offerta.


Al termine delle operazioni, le offerte vengono riposte in apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza e la chiave viene custodita dal R.U.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche con funzione verbalizzante











Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Dott.ssa Emanuela Teodori





	ELENCO OFFERTE A.O.	COGNOME E NOME IN STAMPATELLO	FIRMA
1	AB MEDICA S.P.A.	HAZZANI THOMAS (AX2808519)	
2	ANTONIO PELLECCIA S.R.L.	DI CARLO AMERIGO (CA722) (96AX)	
3	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		
4	ARS CHIRURGICA S.R.L.		
5	ASSUT EUROPE S.P.A.	BONAFINA D'ADAMO	
6	BARD S.R.L.		
7	B-BRAUN MILANO S.P.A.		
8	CHIRURMEDICA	BACCARINI VITO (CART. IDENTITA) (CA97562 ER)	
9	COLOPLAST S.P.A.		
10	CONMED ITALIA S.R.L.	VITALI GUIDO (PATENTE) (AL789264)	
11	EUROCLONE S.P.A.	ANTONICCI RAFFAELA	
12	GADA ITALIA S.R.L.		
13	ID & CO S.R.L.		
14	INNOVAMEDICA SPA	PIETRO LOCIGNANI (PATENTE) (U14F88707X)	
15	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	ORIOVA USARU	
16	MEDI LINE HEALTHCARE	RINATO GABRIAN	
17	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.		
18	MEDTRONIC ITALIA	FRANCESCA LA PIERA (AS4149546)	

19	MEHOS			
20	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.			
21	MOVI S.P.A.	PARADISI ANDRE' CA	André Paradisi (PATENTIC ALC 1266543)	
22	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	DANIELE COCCIA (C-INDEN-PTA) (3790008AA)	Daniele Coccia	
23	SANIC SRL	XPUCCICCHIA RAFFAELLE	Raffaella Xpuccicchia (PATENTIC U15653467P)	
24	SCS INTERNATIONAL S.R.L.			
25	SIAD HEALTHCARE S.P.A.			
26	SO.V.EM. S.N.C.			
27	SOFAR SPA			
28	STRYKER ITALIA S.R.L.			
29	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.			
30	VIGEO S.R.L.			

VERBALE del 26/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER CIASCUN LOTTO DI GARA EX ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTE ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 692542.

**VERIFICA E CORREZIONE LOTTO 63 – DITTA CHIRURMEDICA**

Il 26 ottobre 2020, presso l'ASL di Teramo, il R.U.P. della procedura in oggetto, Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, assistita dal collaboratore Dott.ssa Emanuela Teodori, Funzionario Amministrativo in servizio presso l'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, prende atto delle osservazioni prodotte durante la seduta pubblica di apertura offerte economiche relative alla procedura di gara per materiali monouso e pluriuso per laparoscopia svoltasi in data 24/11/2020 presso il P.O. di Sant'Omero, in merito alla mancanza nel verbale di valutazione tecnica del giudizio di qualità sul dispositivo medico presentato dalla ditta Chirurmedica per il lotto n. 63 della gara in oggetto; eseguite le opportune verifiche documentali, riscontra che, per mero errore materiale, non sono stati trascritti sul verbale di valutazione tecnica redatto dalla Commissione Giudicatrice i punteggi di qualità attribuiti al d.m. offerto dalla Chirurmedica al lotto n. 63.


Pertanto, si allega al presente verbale il prospetto riepilogativo di valutazione tecnica relativa al lotto n. 63 "MORCELLATORE GINECOLOGICO" debitamente corretto.

Alla luce di quanto sopra, si ammette alla fase di gara di "apertura offerte economiche" l'offerta della Ditta Chirurmedica relativa al lotto 63 e, nel contempo, si confermano le valutazioni e i punteggi tecnici degli altri concorrenti per lo stesso lotto.

Sarà cura della S.A. comunicare la data di apertura dell'offerta economica della Chirurmedica per il lotto n. 63.

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche con funzione verbalizzante

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Dott.ssa Emanuela Teodori





**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale monouso e pluriuso per laparoscopia occorrente all'Asl di Teramo. N. gara Simog 7230752.**

### VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 99257/18 e successiva integrazione n. 121177/18, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura emargina in oggetto, composta dalla **Dott.ssa Cinzia Angelozzi** – U.O. Ostetricia e Ginecologia, in qualità di presidente, dal **Dott. Mario Cicconi** – U.O. Chirurgia Generale, dal **Dott. Paolo Cerri** – U.O. Chirurgia Generale, dal **Dott. Duilio Divisi** – U.O. Chirurgia Toracica, e dal Dott. Vinicio Rizza – U.O. Chirurgia Generale – in qualità di componenti, e dalla **Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio**, Funzionario della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, si è riunita presso il Presidio Ospedaliero di Teramo – 3° lotto – nei seguenti giorni:


- 28 maggio 2019
- 26 giugno 2019
- 12 settembre 2019
- 18 novembre 2019
- 26 febbraio 2020
- 7 luglio 2020
- 30 ottobre 2020

per procedere alla valutazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi dei beni proposti in sede di gara dalle ditte concorrenti (AB MEDICA S.P.A., ANTONIO PELLECCCHIA S.R.L., APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V., ARS CHIRURGICA S.R.L., ASSUT EUROPE S.P.A., BARD S.R.L., B-BRAUN MILANO S.P.A., CHIRURMEDICA, COLOPLAST S.P.A., CONMED ITALIA S.R.L., EUROCLONE S.P.A., GADA ITALIA S.R.L., ID & CO S.R.L., INNOVAMEDICA SPA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., MEDI LINE HEALTHCARE, MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L., MEDTRONIC ITALIA, MEHOS, MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L., MOVI S.P.A., OLYMPUS ITALIA S.R.L., SANIC SRL, SCS INTERNATIONAL S.R.L., SIAD HEALTHCARE S.P.A., SO.V.EM. S.N.C., SOFAR SPA, STRYKER ITALIA S.R.L., TELEFLEX MEDICAL S.R.L., VIGEO S.R.L.).

Durante le sedute della Commissione sono presenti, a supporto del Segretario della Commissione Giudicatrice, nonché RUP della procedura in argomento, la Dott.ssa Emanuela Teodori e il Sig. Romano Pellone, entrambi in servizio presso l'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo.

#### **Premesso che:**

- con delibera n. 1814/18 e successive integrazioni n. 466/18 e 852/18 è stata indetta procedura aperta suddivisa in n. 66 (sessantasei) lotti per la fornitura, in accordo quadro con max tre operatori economici per ciascun lotto di gara, di materiale monouso e pluriuso per laparoscopia occorrente all'ASL di Teramo;
- entro la data di scadenza presentavano offerta le seguenti ditte:
  - 1) AB MEDICA S.P.A.
  - 2) ANTONIO PELLECCCHIA S.R.L.
  - 3) APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.
  - 4) ARS CHIRURGICA S.R.L.
  - 5) ASSUT EUROPE S.P.A.
  - 6) BARD S.R.L.





- 7) B-BRAUN MILANO S.P.A.
- 8) CHIRURMEDICA
- 9) COLOPLAST S.P.A.
- 10) CONMED ITALIA S.R.L.
- 11) EUROCLONE S.P.A.
- 12) GADA ITALIA S.R.L.
- 13) ID & CO S.R.L.
- 14) INNOVAMEDICA SPA
- 15) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
- 16) MEDI LINE HEALTHCARE
- 17) MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
- 18) MEDTRONIC ITALIA
- 19) MEHOS
- 20) MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
- 21) MOVI S.P.A.
- 22) OLYMPUS ITALIA S.R.L.
- 23) SANIC SRL
- 24) SCS INTERNATIONAL S.R.L.
- 25) SIAD HEALTHCARE S.P.A.
- 26) SO.V.EM. S.N.C.
- 27) SOFAR SPA
- 28) STRYKER ITALIA S.R.L.
- 29) TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
- 30) VIGEO S.R.L.

- i membri della suddetta Commissione Giudicatrice sono stati invitati a dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis lettera c) del D. Lgs. 165/2001 e a prendere visione del Regolamento e del Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione n. 101 del 28.01.2014, disponibile sul sito aziendale;
- sono stati acquisiti agli atti d'ufficio le prescritte dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà debitamente sottoscritte;

la **Commissione Giudicatrice**, nelle predette sedute, sulla base dei criteri di valutazione di cui agli atti di gara, di quanto descritto nella documentazione tecnica proposta dai suelencati operatori economici e dall'esame/prova pratica della campionatura pervenuta a corredo delle offerte tecniche, ha proceduto, all'unanimità, all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Dott.ssa Cinzia Angelozzi – Presidente

Dott. Mario Cicconi – Componente

Dott. Paolo Cerri – Componente

Dott. Duilio Divisi – Componente

Dott. Vinicio Rizza – Componente

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio  
Segretario non componente con funzione verbalizzante

The image shows six handwritten signatures in black ink, each written on a horizontal line. The signatures are: 1) A cursive signature starting with 'C' (Cinzia Angelozzi). 2) A cursive signature starting with 'M' (Mario Cicconi). 3) A cursive signature starting with 'P' (Paolo Cerri). 4) A cursive signature starting with 'D' (Duilio Divisi). 5) A cursive signature starting with 'V' (Vinicio Rizza). 6) A cursive signature starting with 'M' (Maria Teresa D'Eugenio).

**LOTTO 63: MORCELLATORE GINECOLOGICO**

Kit completo monouso per la morcellazione e l'estrazione di reperti laparoscopici con la fornitura in comodato d'uso della parte riutilizzabile

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		EUROCLONE	OLYMPUS	CHIRURMEDICA			
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	10,50	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	10,50
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Discreta ergonomia e facilità dell'impugnatura	7,00	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Discreta ergonomia e facilità dell'impugnatura	7,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Discreta affidabilità del sistema di presa	10,50	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	Discreta affidabilità del sistema di presa	10,50
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		52,00		70,00		52,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		52,00		70,00		52,00	

LOTTO 1(LOTTO INTERO)
KIT PER EMORROIDECTOMIA
Kit per Emorroidectomia e prolassectomia preferibilmente con testina staccabile e punti da 3.5 mm
Kit per Emorroidectomia e prolassectomia preferibilmente con testina staccabile e punti da 4.8 mm

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ANTONIO PELLECCCHIA	MEDTRONIC		
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Discreta qualità del materiale costruttivo	7,00	Ottima qualità del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Il dispositivo proposto non presenta la testina staccabile	7,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui il dispositivo è destinato (dotato di testina staccabile)	10,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Il dispositivo proposto è discretamente maneggevole e pratico	7,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura discretamente ergonomica	3,50	Ottima ergonomia dell'impugnatura	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Discreta affidabilità del sistema	10,50	Ottima affidabilità del sistema	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI					
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI					
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI					
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Discreta bibliografia	7,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO			52,00		70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			52,00		70,00



LOTTO 2(LOTTO INTERO)
KIT PER EMORROIDECTOMIA
Kit per Emorroidectomia e prolassectomia da 33 mm preferibilmente con testina solidale

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ANTONIO PELLECCCHIA	ASSUT	CHIRURMEDICA	EUROCLONE	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON						
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Scarsa qualità del materiale costruttivo	4,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00	Scarsa qualità del materiale costruttivo	4,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	N.V.	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	N.V.	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30													
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	N.V.	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00	N.V.	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00		
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	N.V.	Ottima ergonomia dell'impugnatura	5,00	N.V.	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	5,00		
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	N.V.	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	N.V.	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00		
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI													
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	N.V.	Etichettatura adeguata	4,00	N.V.	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00		
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI													
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00		
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI													
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	N.V.	Discreta bibliografia	7,00	N.V.	Presentato studio pratico non oggetto di pubblicazione	n.v.	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1		65,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1		60,00		68,00			
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				66,91				61,76		70,00			



LOTTO 3(LOTTO INTERO)
KIT PER CURA ODS
Kit per resezione transanale del retto sindrome ostruita defecazione da 33 mm testina solidale

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ANTONIO PELLECCIA		ASSUT		EUROCLONE		INNOVAMEDICA		JOHNSON & JOHNSON	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	7,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30											
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	5,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI											
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI											
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI											
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Discreta bibliografia	7,00	Discreta bibliografia	7,00	Presentato studio pratico non oggetto di pubblicazione	n.v.	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		53,00		53,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q5		65,00		56,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		57,08		57,08				70,00		60,31	

LOTTO 4(LOTTO INTERO)
SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA
Suturatrice monopaziente taglia e cucì curva da 40 mm circa
Ricarica per tessuti spessi da 40 mm
Ricarica per tessuti standard da 40 mm
Suturatrice monopaziente taglia e cucì da 30 mm circa
Ricarica per tessuti spessi da 30 mm

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		JOHONSON & JOHNSON	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
<b>Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI</b>			
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	



**LOTTO 5(LOTTO INTERO)**

Suturatrice monopaziente circolare da 36mm circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		EUROCLONE	INNOVAMEDICA		
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI					
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI					
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI					
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Discreta bibliografia	7,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		53,00		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		54,56		70,00	

LOTTO 6
Suturatrici lineari (LOTTO INTERO)
Suturatrici Lineari Monopazienti da 30 mm per tessuti standard, punti in titanio da 3.5 mm.circa
Ricariche per Suturatrice Lineare Monopaziente da 30 mm per tessuti standard, punti in titanio da 3,5 mm.circa
Suturatrici Lineari Monopazienti da 60 mm per tessuti standard, punti in titanio da 3.5 mm. circa
Ricariche per Lineari Monopazienti da 60 mm per tessuti standard, punti in titanio da 3.5 mm. circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ANTONIO PELLECCCHIA	MEDTRONIC	EUROCLONE	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON					
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Sufficiente finitura del materiale costruttivo	6,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	N.V.		Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30											
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	N.V.		Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	N.V.		Ottima. Impugnatura facile ed ergonomica	5,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	N.V.		Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI											
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	N.V.		Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI											
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	N.V.		Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI											
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	N.V.		Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Discreta bibliografia	7,00	Discreta bibliografia	7,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1	68,00	57,00	57,00	60,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	58,68	58,68	61,77

LOTTO 7
Suturatrici circolari stelo corto (LOTTO INTERO)
Suturatrici Circolari Curve da 21 mm,circa
Suturatrici Circolari Curve da 25 mm,circa
Suturatrici Circolari Curve da 28 o 29 mm, circa
Suturatrici Circolari Curve da 31 e/o 33 mm, circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ANTONIO PELLECCCHIA	EUROCLONE	CHIRURMEDICA	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON					
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30											
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI											
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI											
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI											
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Discreta bibliografia	7,00	Discreta bibliografia	7,00	Discreta bibliografia	7,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		53,00	53,00	57,00	60,00	60,00					
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		61,83	61,83	66,50	70,00	70,00					



<b>LOTTO 8</b>
<b>Suturatrici circolari stelo lungo(LOTTO INTERO)</b>
Suturatrici Circolari a stelo lungo da 21mm circa
Suturatrici Circolari a stelo lungo da 25mm circa
Suturatrici Circolari a stelo lungo da 28 - 29 mm circa
Suturatrici Circolari a stelo lungo da 31 - 33 mm circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ANTONIO PELLECCIA	CHIRURMEDICA	INNOVAMEDICA	JOHONSON & JOHNSON				
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30									
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo (stelo corto)	7,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI									
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI									
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Discreta bibliografia	7,00	Discreta bibliografia	7,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		53,00		57,00		60,00		60,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		61,83		66,50		70,00		70,00	

<b>LOTTO 9(LOTTO INTERO)</b>
<b>SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE PREFERIBILMENTE CON PUNTI IN TITANIO SEZ. RETTANGOLARE E TESTINA RIBALTABILE</b>
Suturatrice circolare curva da 21 mm punto 3.5 mm lung. 22 cm. testina ribaltabile.
Suturatrice circolare curva da 25 mm punto 3.5 mm lung. 22 cm. testina ribaltabile.
Suturatrice circolare curva da 25 mm punto 3.5 mm lung. 35 cm. testina ribaltabile.
Suturatrice circolare curva da 28 mm punto 4.8 mm lung. 22 cm. testina ribaltabile.
Suturatrice circolare curva da 28 mm punto 3.5 mm lung. 22 cm. testina ribaltabile.
Suturatrice circolare curva da 31 mm punto 4.8 mm lung. 22 cm. testina ribaltabile.
Suturatrice circolare curva da 33 mm punto 4.8 mm lung. 22 cm. testina ribaltabile.

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
<b>Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI</b>			
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

<b>LOTTO 10</b> <b>Suturatrici per borsa di tabacco(LOTTO INTERO)</b>
SUTURATRICE PER BORSA DI TABACCO DA 45MM circa
SUTURATRICE PER BORSA DI TABACCO DA 65MM circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ASSUTT		INNOVAMEDICA		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	10,00	Impugnatura facile ed ergonomica	10,00	Impugnatura facile ed ergonomica	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI							
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Non sono stati prodotti studi clinici	N.V.	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q5		68,00		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				70,00		70,00	



<b>LOTTO 11</b> <b>Suturatrici cutanee (LOTTO INTERO)</b>
Suturatrici cutanee monouso, con 35 punti 5,7 x 3,9 mm circa;
Suturatrici cutanee monouso, con 35 punti 6,9 x 3,9 mm circa;
Estrattori monouso di punti

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		MEDLINE		MEDTRONIC		MEHOS		TELEFLEX	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	7,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30									
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	7,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50	Discreta ergonomia dell'impugnatura	3,50
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura - presente indicatore di centro colorato	15,00	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI									
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI									
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Non sono stati prodotti studi clinici	N.V	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Non sono stati prodotti studi clinici	N.V	Non sono stati prodotti studi clinici	N.V
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q5		68,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q5		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q5	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				70,00					

<b>LOTTO 13</b> <b>Suturatrici taglia e cucì da 45 mm Laparoscopiche(LOTTO INTERO)</b>
Suturatrici da 45 mm, monopaziente, con stelo lungo articolabile da 12 mm circa
Ricariche per Suturatrici da 45 mm per tessuti standard
Ricariche per Suturatrici da 45 mm per tessuti spessi
Ricariche per Suturatrici da 45 mm per tessuti vascolari

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ASSUTT	CHIRURMEDICA	JOHNSON & JOHNSON			
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI							
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Non sono stati prodotti studi clinici	N.V.	Discreta bibliografia	7,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		57,00	68,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q5	58,77	70,00

<b>LOTTO 14</b> <b>Suturatrici taglia e cucì da 60 mm Laparoscopiche(LOTTO INTERO)</b>
Suturatrici da 60 mm, monopaziente, con stelo lungo articolabile da 12 mm circa
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti standard
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti spessi
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti vascolari

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ANTONIO PELLECCIA	ASSUTT	CHIRURMEDICA	JOHNSON & JOHNSON				
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30									
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI									
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI									
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Discreta bibliografia	7,00	Non sono stati prodotti studi clinici	N.V.	Discreta bibliografia	7,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	57,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q5	57,00	68,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	58,68		58,68	70,00

<b>LOTTO 15: Suturatrice elettrica a batteria(LOTTO INTERO)</b>
Suturatrice meccanica elettrica a batteria da 45 mm circa stelo corto
Suturatrice meccanica elettrica a batteria da 45 mm circa stelo lungo
Ricariche per Suturatrici da 45 mm per tessuti vascolari
Ricariche per Suturatrici da 45 mm per tessuti mesenterico
Ricariche per Suturatrici da 45 mm per tessuti standard
Ricariche per Suturatrici da 45 mm per tessuti medio-spessi
Suturatrici meccanica elettrica a batteria da 60 mm circa stelo corto
Suturatrici meccanica elettrica a batteria da 60 mm circa laparoscopico
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti mesenterici
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti standard
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti spessi
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti vascolari
Ricariche per Suturatrici da 60 mm per tessuti medio-spessi

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		JOHNSON & JOHNSON	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
<b>Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI</b>			
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	



<b>LOTTO 16</b> <b>Suturatrice elettrica a batteria(LOTTO INTERO)</b>
Suturatrice meccanica elettrica a batteria da 35 mm circa stelo corto
Suturatrice meccanica elettrica a batteria da 35 mm circa stelo lungo
Ricariche per Suturatrici da 35 mm per tessuti vascolari

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		JOHNSON & JOHNSON	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
<b>Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI</b>			
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

<b>LOTTO 17: SUTURATRICI TAGLIA E CUCI PREFERIBILMENTE CON CARICATORI CON LAMA INCORPORATA(LOTTO INTERO)</b>
Suturatrici Taglia e Cuci da 55 o 60 mm Monopaziente con punti in titanio da 2.5 mm.
Suturatrici Taglia e Cuci da 55 o 60 mm Monopaziente con punti in titanio da 3.8 mm
Suturatrici Taglia e Cuci da 55 o 60 mm Monopaziente con punti in titanio da 4.8 mm
Ricariche per Suturatrice Taglia e Cuci da 55 o 60 mm con punti in titanio da 2.5 mm e preferibilmente lama incorporata
Ricariche per Suturatrice Taglia e Cuci da 55 o 60 mm con punti in titanio da 3.8 mm e preferibilmente lama incorporata
Ricariche per Suturatrice Taglia e Cuci da 55 o 60 mm con punti in titanio da 4.8 mm e preferibilmente lama incorporata.
Suturatrici Taglia e Cuci da 75 o 80 mm Monopaziente con punti in titanio da 3.8 mm.
Suturatrici Taglia e Cuci da 75 o 80 mm Monopaziente con punti in titanio da 4.8 mm.
Ricariche per Suturatrice Taglia e Cuci da 75 o 80 mm con punti in titanio da 3.8 mm e preferibilmente lama incorporata.
Ricariche per Suturatrice Taglia e Cuci da 75 o 80 mm con punti in titanio da 4.8 mm e preferibilmente lama incorporata.
Suturatrici Taglia e Cuci da 100 mm Monopaziente con punti in titanio da 3.8 mm.
Suturatrici Taglia e Cuci da 100 mm Monopaziente con punti in titanio da 4.8 mm.
Ricariche per Suturatrice Taglia e Cuci da 100 mm con punti in titanio da 3.8 mm e preferibilmente lama incorporata.
Ricariche per Suturatrice Taglia e Cuci da 100 mm con punti in titanio da 4.8 mm e preferibilmente lama incorporata.

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		INNOVAMEDICA	JHONSON & JOHNSON	MEDTRONIC			
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	8,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	8,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	4,00	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00	Etichettatura adeguata	4,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI							
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		60,00		68,00		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		61,77		70,00		70,00	

LOTTO 18
<b>SUTURATRICE ELETTRONICA COMPIUTERIZZATA ed ACCESSORI (LOTTO INTERO)</b>
Manipolo
Adattatore per chirurgia open
Adattatore per chirurgia laparoscopica
Adattatore per chirurgia bariatrica
Carica batteria
Guida per inserzione
Retrattore manuale
Dispositivo protezione manipolo

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
<b>Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI</b>			
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

LOTTO 19

**SUTURATRICI LAPAROSCOPICHE ARTICOLABILI CARICATORI PREFERIBILMENTE CON PUNTI AD ALTEZZA DIFFERENZIATA.(LOTTO INTERO)**

Manipolo per suturatrice meccanica articolabile a 45° lunghezza 6 cm, monopaziente, ricaricabile . Asse rotante 360°
Manipolo per suturatrice meccanica articolabile a 45° lunghezza 16 cm, monopaziente, ricaricabile. Asse rotante 360°
Manipolo per suturatrice meccanica articolabile a 45° lunghezza 26 cm, monopaziente, ricaricabile. Asse rotante 360°
Caricatore monouso da 30mm articolabile con punti sfalsati per tessuti vascolari-normali e lama di sezione. Misura punti aperti 2,0-2,5-3,0 mm.
Caricatore monouso da 30mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti normali-spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 3,0-3,5-4,0 mm.
Caricatore monouso da 45mm articolabile con punti sfalsati da 2,0 mm e lama di sezione.
Caricatore monouso da 45mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti vascolari medi e lama di sezione. Misura punti aperti 2,0-2,5-3,0 mm.
Caricatore monouso da 45mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti medi-spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 3,0-3,5-4,0 mm.
Caricatore monouso da 45mm articolabil, con punti sfalsati per tessuti molto spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 4,0-4,5-5,0 mm.
Caricatore monouso da 60mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti vascolari-medi e lama di sezione. Misura punti aperti 2,0-2,5-3,0 mm.
Caricatore monouso da 60mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti medi-spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 3,0-3,5-4,0 mm.
Caricatore monouso da 60mm articolabil, con punti sfalsati per tessuti molto spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 4,0-4,5-5,0 mm.
Caricatore monouso con punta curva da 30mm articolabile con punti sfalsati per tessuti vascolari-normali e lama di sezione. Misura punti aperti 2,0 mm.
Caricatore monouso con punta curva da 30mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti normali-spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 2,0-2,5-3,0 mm.
Caricatore monouso con punta curva da 45mm articolabile con punti sfalsati da 2,0 mm e lama di sezione.
Caricatore monouso con punta curva da 45mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti vascolari medi e lama di sezione. Misura punti aperti 2,0-2,5-3,0 mm.
Caricatore monouso con punta curva da 45mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti medi-spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 3,0-3,5-4,0 mm.
Caricatore monouso con punta curva da 60mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti vascolari-medi e lama di sezione. Misura punti aperti 2,0-2,5-3,0 mm.
Caricatore monouso con punta curva da 60mm articolabile, con punti sfalsati per tessuti medi-spessi e lama di sezione. Misura punti aperti 3,0-3,5-4,0 mm.
Caricatore radiale con punti misura media
Caricatore radiale con punti misura media- spessa
Caricatore radiale con punti misura ultra- spessa
Caricatore da 45 mm con rinforzo assorbibile per tessuti medio-spessi
Caricatore da 45 mm con rinforzo assorbibile per tessuti spessi
Caricatore da 60 mm con rinforzo assorbibile per tessuti medio-spessi
Caricatore da 60 mm con rinforzo assorbibile per tessuti spessi

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
<b>Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI</b>			
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

**LOTTO 20: SUTURATRICE ENDOSCOPICA VASCOLARE(LOTTO INTERO)**

Suturatrici endoscopiche vascolari miniaturizzate articolabili fino a 80° del diametro di 5 mm con applicazione di punti con chiusura a geometria a forma guidata compatibili con risonanza magnetica da 2,99 mm e 3,62 mm in apertura

Ricariche bianche rette vascolari

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		ANTONIO PELLECCCHIA	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 10 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	10,00
Innovazione tecnologica	MAX 10 PUNTI	Innovazione tecnologica adeguata all'uso cui i dispositivi sono destinati	8,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 30</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 10 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,00
Facilità di impugnatura	MAX 5 PUNTI	Impugnatura facile ed ergonomica	5,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 4 PUNTI	Etichettatura adeguata	4,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
<b>Q5 LETTERATURA FINO A 10 PUNTI</b>			
Studi clinici	MAX 10 PUNTI	Bibliografia di grande evidenza e rilievo	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		68,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	



**LOTTO 21: SISTEMI DI FISSAGGIO CON CLIP ASSORBIBILI PER  
LAPAROSCOPIA(LOTTO INTERO)**

Applicatore di fissaggio monouso da 5mm di clips assorbibili elicoidali laparoscopiche con 15 clips circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		BARD		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI					
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI					
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00		70,00	

LOTTO 22: SISTEMI DI FISSAGGIO CON CLIP ASSORBIBILI PER CHIRURGIA  
OPEN(LOTTO INTERO)

Applicatore di fissaggio monouso da 5mm di clips assorbibili elicoidali con 20 clips circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		BARD	MEDTRONIC
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo 15,00	Ottima finitura del materiale costruttivo 20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo 12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo 15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura 8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura 10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura 12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura 15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata 2,00	Etichettatura adeguata 2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato 6,00	Servizio post vendita adeguato 6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		57,00	70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		57,00	70,00

**LOTTO 23: SISTEMI DI FISSAGGIO CON CLIP ASSORBIBILI PER CHIRURGIA OPEN(LOTTO INTERO)**

Applicatore monouso laparoscopico di graffette riassorbibili, con 25 graffette circa ,stelo 5mm

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		BARD	JOHNSON & JOHNSON
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo 16,00	Ottima finitura del materiale costruttivo 20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo 12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo 15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura 8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura 10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura 12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura 15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata 2,00	Etichettatura adeguata 2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato 6,00	Servizio post vendita adeguato 6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00	70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00	70,00

**LOTTO 24: APPLICATORE LAPAROSCOPICO DI SPIRALI IN TITANIO(LOTTO INTERO)**

Applicatore monouso laparoscopico da 5mm di spirali in titanio con 30 clip circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		BARD		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI					
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI					
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00		70,00	

<b>LOTTO 25: DISPOSITIVO DI FISSAGGIO ARTICOLABILE E RICARICABILE (LOTTO INTERO)</b>
Dispositivo di fissaggio, monouso, articolabile a 65° con stelo flessibile da 5 mm. con clips assorbibili a spirale e 3 caricatori da 10 tack
Caricatore monouso da 10 Tack assorbibili
Caricatore monouso da 5 tack assorbibili.

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

<b>LOTTO 26: APPLICATORI AUTOMATICI DI CLIPS IN TITANIO PER CHIRURGIA OPEN (LOTTO INTERO)</b>
Applicatore multiplo di clip in titanio misura piccola
Applicatore multiplo di clip in titanio misura media stelo lungo
Applicatore multiplo di clip in titanio misura grande
Applicatore multiplo di clip in titanio misura media stelo corto

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		JOHNSON & JOHNSON	MEDTRONIC		
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI					
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI					
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00		70,00	



**LOTTO 27: CLIPPATRICE LAPAROSCOPICA MONOUSO (LOTTO INTERO)**

Applicatore multiplo laparoscopico di clip stelo da 5 mm misura clip M/L

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		APPLIED	JOHNSON & JOHNSON	MEDTRONIC			
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO			56,00		70,00		70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			56,00		70,00		70,00

<b>LOTTO 28: CLIPPATRICE LAPAROSCOPICA MONOUSO (LOTTO INTERO)</b>
Applicatore multiplo laparoscopico di clip stelo da 10 mm misura clip M/L

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		APPLIED	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDTRONIC				
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40</b>									
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Buona tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	12,00	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>									
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO			56,00		52,00		70,00		70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			56,00		52,00		70,00		70,00

**LOTTO 28: CLIPPATRICE LAPAROSCOPICA MONOUSO (LOTTO INTERO)**

Applicatore multiplo laparoscopico di clip stelo da 10 mm misura clip L

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDTRONIC			
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di tenuta dei punti ed emostasi della linea di sutura	MAX 15 PUNTI	Discreta tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	10,50	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00	Ottima tenuta dei punti e emostasi della linea di sutura	15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO			52,00		70,00		70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			52,00		70,00		70,00

LOTTO 35: TROCAR TORACICI (LOTTO INTERO)
Trocar monouso toracico da 5-7 mm circa
Trocar monouso toracico da 10-12 mm circa
Trocar monouso toracico da 15 mm circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		APPLIED	B. BRAUN	CONMED	JOHNSON & JONHSON	MEDTRONIC	SCS INTERNATIONAL						
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	N.V.	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	N.V.	Discreta resistenza e indeformabilità del dispositivo	7,00	Buona resistenza e indeformabilità del dispositivo	8,00	Buona resistenza e indeformabilità del dispositivo	8,00	Ottima resistenza e indeformabilità del dispositivo	10,00	Discreta resistenza e indeformabilità del dispositivo	7,00	
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35													
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (sistema indaginoso)	7,50	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	N.V.	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	N.V.	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI													
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI													
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q2 - Punto 1	52,00	58,00	58,00	70,00	52,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		52,00	58,00	58,00	70,00	52,00

<p>LOTTO 01: PARTI DI OMBRE DI ACCESSORI COMPLETIVI DI TROCAR CHIRURGICI SENZA LAMA, OTTICO E DI HASSON, CON CANNULA UNIVERSALE UTILIZZABILE SU TUTTE LE SUDETTE TIPOLOGIE DI TROCAR (LOTTO INTERNO)</p> <p>a) Trocar ottico monouso da 5 mm con cannula zigginata da 100 mm circa</p> <p>b) Trocar s/lama monouso da 5 mm con cannula zigginata da 100 mm circa</p> <p>c) Trocar ottico monouso da 12 mm con riduttore e cannula zigginata da 100 mm circa</p> <p>d) Trocar s/lama monouso da 12 mm con riduttore e cannula zigginata da 100 mm circa</p> <p>e) Cannula universale zigginata da 5 mm da 100 mm circa per le voci a) e b)</p> <p>f) Cannula universale zigginata da 12 mm da 100 mm circa per le voci c) e d)</p> <p>g) Trocar di Hasson da 5-12mm con riduttore integrato</p>
--

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		ANTONIO PELLECCIA	APPLIED	B.BRAUN	CHIRURMEDICA	CONMED	JOHNSON & JOHNSON	MEDLINE	MEDTRONIC	MOLNYCKE	SOFAR	TELEFLEX										
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Sufficiente finitura del materiale costruttivo	6,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	Discreta resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	7,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Discreta resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	7,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Ottima resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	10,00	Discreta resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	7,00	Ottima resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	10,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Sufficiente resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	6,00	Discreta resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	7,00	
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35																						
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	N.V.	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	N.V.	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	N.V.	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI																						
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Elicettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	N.V.	Elicettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI																						
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		52,00	58,00	52,00	52,00	58,00	70,00	52,00	70,00	58,00	52,00	70,00	58,00	52,00	70,00	58,00	52,00	70,00	58,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1		52,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		52,00	58,00	52,00	52,00	58,00	70,00	52,00	70,00	58,00	52,00	70,00	58,00	52,00	70,00	58,00	52,00	70,00	58,00			52,00

LOTTO 37: KIT LAPAROSCOPICO MONOUSO PER CISTECTOMIA E ANNESSECTOMIA (LOTTO INTERO) composto da:
N° 1 Trocar ottico da 12 mm, senza lama con riduttore incorporato e cannula da 100 mm circa
N° 1 Trocar ottico da 5 mm senza lama, cannula da 100 mm circa
N° 2 Cannule per Trocar ottico da 5 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Forbice da 5 mm.
N° 1 Aspiratore ed irrigatore da 5 mm completo di tubi per sistema a caduta
N° 1 Sacchetto da 10 mm.

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		APPLIED	CONMED	INNOVAMEDICA	MEDLINE	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC							
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Scarsa finitura del materiale costruttivo	4,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Sufficiente finitura del materiale costruttivo	6,00
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Scarsa resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	4,00	Discreta resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	7,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Scarsa resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	4,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35															
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	N.V.	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	N.V.		
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	N.V.	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	N.V.		
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	N.V.	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	N.V.		
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI															
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.		
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.		
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI															
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00		58,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1	52,00		58,00		58,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1		
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00		70,00			62,76		70,00		70,00				



<b>LOTTO 38: KIT LAPAROSCOPICO MONOUSO PER ISTERECTOMIA (LOTTO INTERO)</b> composto da:
N° 1 Trocar ottico da 12 mm, senza lama con riduttore incorporato e cannula da 100 mm circa
N° 1 Trocar ottico da 5 mm senza lama, cannula da 100 mm circa
N° 2 Cannule per Trocar ottico da 5 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Forbice da 5 mm.
N° 1 Aspiratore ed irrigatore da 5 mm completo di tubi per sistema a caduta
N° 1 Clippatrice da 10 mm. Misura M/L

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		APPLIED	CONMED	INNOVAMEDICA	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	JOHNSON & JOHNSON						
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Scarsa finitura del materiale costruttivo (la clippatrice si inceppa)	4,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Scarsa resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	4,00	Ottima resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	10,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Ottima resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	10,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35													
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	N.V.		Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	N.V.		Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	N.V.		Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI													
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.		Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.		Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI													
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.		Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00		58,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1		70,00		58,00		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00		58,00				70,00		58,00		70,00	

LOTTO 39: KIT LAPAROSCOPICO MONOUSO PER MIOMECTOMIA (LOTTO INTERO) composto da:
N° 1 Trocar ottico da 12 mm, senza lama con riduttore incorporato e cannula da 100 mm circa
N° 1 Trocar ottico da 5 mm senza lama, cannula da 100 mm circa
N° 1 Cannule per Trocar ottico da 5 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Cannule per Trocar ottico da 12 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Aspiratore ed irrigatore da 5 mm completo di tubi per sistema a caduta

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		APPLIED	CONMED	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDILINE	MEDTRONIC	SANIC							
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Scarsa finitura del materiale costruttivo	4,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00	Ottima resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	10,00	Nel complesso scarsa resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	4,00	Ottima resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	10,00	Discreta resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	7,00	Ottima resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	10,00	Buona resistenza e indeformabilità degli strumenti che compongono il kit	8,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35															
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	N.V.	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	12,00	
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	N.V.	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Buona ergonomia dell'impugnatura	8,00	
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	N.V.	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Discreta affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	7,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI															
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	
Etichettatura: inlesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI															
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00	70,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1		70,00	52,00	70,00	58,00						
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00	70,00			70,00	52,00	70,00	58,00						

<b>LOTTO 40: KIT LAPAROSCOPICO PER COLECISTECTOMIA PERCUTANEA (LOTTO INTERO) composto da:</b>
N° 2 strumenti da presa percutanei (Alligator e Clutch) da 2,4 mm circa con integrata pinza da presa tipo Minigrip
N° 1 blister tipo Hem-o-lok misura ML
N° 1 trocar ottico da 10 mm
N° 1 trocar da 10 mm
N° 1 sacchetto da 200 ml - 10 mm

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		TELEFLEX	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	Strumento resistente ed indeformabile	10,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

<b>LOTTO 41: KIT LAPAROSCOPICO MONOUSO PER COLECISTECTOMIA</b> composto da:
N° 1 Trocar ottico da 12 mm, senza lama con riduttore incorporato e cannula da 100 mm circa
N° 1 Trocar ottico da 5 mm senza lama, cannula da 100 mm circa
N° 1 Cannule per Trocar ottico da 5 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Cannule per Trocar ottico da 12 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Sacchetto da 10 mm
N° 1 Clippatrice da 10 mm con clip misura M/L

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		APPLIED	CONMED	INNOVAMEDICA	JOHNOSN & JOHNSON	MEDTRONIC	MOLNLYCKE						
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	Scarsa qualità finitura del materiale costruttivo (la clippatrice presente nel campione proposto si blocca)	4,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Scarsa qualità finitura del materiale costruttivo (la clippatrice presente nel campione proposto si blocca)	4,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo (clippatrice con doppia mandata)	15,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	N.V.	Buona resistenza ed indeformabilità degli strumenti	8,00	N.V.	Buona resistenza ed indeformabilità degli strumenti	8,00	Ottima resistenza ed indeformabilità degli strumenti	10,00	Buona resistenza ed indeformabilità degli strumenti	8,00		
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35													
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	N.V.	Buona maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	12,00	N.V.	Buona maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	15,00	Buona maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	12,00		
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	N.V.	Buona ergonomia	8,00	N.V.	Buona ergonomia	8,00	Ottima ergonomia	10,00	Buona ergonomia	8,00		
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	N.V.	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	N.V.	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00		
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI													
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00		
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00		
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI													
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1		58,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AL PARAMETRO Q1 - Punto 1		58,00	70,00	58,00				
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				58,00			58,00	70,00	58,00				

<b>LOTTO 42: KIT LAPAROSCOPICO MONOUSO PER COLECTOMIA (LOTTO INTERO) composto da:</b>
N° 1 Trocar ottico da 12 mm, senza lama con riduttore incorporato e cannula da 100 mm circa
N° 1 Trocar ottico da 5 mm senza lama, cannula da 100 mm circa
N° 1 Cannule per Trocar ottico da 5 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Cannule per Trocar ottico da 12 mm, cannula da 100 mm circa
N° 1 Aspiratore ed irrigatore da 5 mm completo di tubi per sistema a caduta
N° 1 Clippatrice da 10 mm con clip misura L
N° 1 Pinza da presa da 5 mm con dentatura smussa atraumatica e chiusura a cremagliera

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 25		INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDTRONIC	MOLNYCKE				
Finitura del materiale costruttivo	MAX 15 PUNTI	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	9,00	Buona finitura del materiale costruttivo	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	15,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	10,50
Indeformabilità e resistenza dello strumento	MAX 10 PUNTI	Sufficiente resistenza ed indeformabilità degli strumenti	6,00	Buona resistenza ed indeformabilità degli strumenti	8,00	Ottima resistenza ed indeformabilità degli strumenti	10,00	Discreta resistenza ed indeformabilità degli strumenti	7,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 35									
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Scarsa maneggevolezza e praticità d'uso	7,50	Buona maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	12,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	15,00	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	10,50
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Scarsa ergonomia	5,00	Buona ergonomia	8,00	Ottima ergonomia	10,00	Discreta ergonomia	7,00
Affidabilità del sistema di taglio/penetrazione	MAX 10 PUNTI	Sufficiente affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	6,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	10,00	Buona affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	8,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI									
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	N.V.		Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	N.V.		Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	N.V.		Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		58,00		70,00		53,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				58,00		70,00		53,00	

LOTTO 43
Forbice curva da 5 mm, stelo rotante 360, attacco bisturi elettrico

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		APPLIED	CONMED	GADA	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDLINE	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC	SIAD	SOVEM	SOFAR												
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Finitura del materiale costruttivo scarsa (lo strumento facilmente deformabile)	10,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Finitura del materiale costruttivo scarsa (lo stelo si piega, strumento facilmente deformabile)	10,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00		
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40																									
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Scarsa maneggevolezza del dispositivo (attacco del bisturi elettrico in posizione poco ergonomica)	7,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Scarsa maneggevolezza del dispositivo	7,50	Scarsa maneggevolezza del dispositivo	7,50	Discreta maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	10,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo	15,00	Scarsa maneggevolezza del dispositivo (attacco del bisturi elettrico in posizione poco ergonomica)	7,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	15,00	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit	15,00	Scarsa maneggevolezza del dispositivo	7,50	Scarsa maneggevolezza del dispositivo (attacco del bisturi elettrico in posizione poco ergonomica)	7,50		
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	5,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	5,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura (impugnatura rigida)	5,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura	7,00	Ottima ergonomia dell'impugnatura	10,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	5,00	Ottima ergonomia	10,00	Ottima ergonomia	10,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	5,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	5,00		
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Scarsa affidabilità del sistema di taglio	7,50	Ottima affidabilità del sistema di taglio	15,00	Scarsa affidabilità del sistema di taglio (apertura della forbice poco ampia)	6,00	Scarsa affidabilità del sistema di taglio (apertura della forbice poco ampia)	6,00	Discreta affidabilità del sistema di taglio	10,50	Ottima affidabilità del sistema di taglio	15,00	Sufficiente affidabilità del sistema di taglio	9,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	15,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione	15,00	Scarsa affidabilità del sistema di taglio (apertura forbici poco ampia e lunghezza taglio insufficiente)	7,50	Sufficiente affidabilità del sistema di taglio	9,00		
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI																									
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.		
Elicettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	N.V.	Elicettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	N.V.	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	Elicettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.		
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI																									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		52,00		70,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		70,00		70,00		---		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00								52,00		70,00				70,00		70,00		---					

LOTTO 44
Pinza da presa tipo grasper da 5 mm con meccanismo autostatico, stelo rotante 360°

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		APPLIED	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDLINE	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC	SOFAR	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Finitura del materiale costruttivo sufficiente 12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo 20,00	Discreta finitura del materiale costruttivo sufficiente 14,00	Finitura del materiale costruttivo scarsa 10,00	Buona finitura del materiale costruttivo sufficiente 16,00	Discreta finitura del materiale costruttivo sufficiente 14,00	Discreta finitura del materiale costruttivo sufficiente 14,00	Finitura del materiale costruttivo scarsa 10,00	
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40										
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 7,50	Ottima maneggevolezza e praticità d'uso dei componenti del kit 15,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 10,50	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 7,50	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 12,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 10,50	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 10,50	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 7,50	
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Impugnatura scarsamente ergonomica 5,00	Ottima ergonomia 10,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura 7,00	Impugnatura scarsamente ergonomica 5,00	Buona ergonomia dell'impugnatura 8,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura 7,00	Discreta ergonomia dell'impugnatura 7,00	Impugnatura scarsamente ergonomica 5,00	
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Scarsa affidabilità del sistema di presa (il cuscinetti in punta non agevolano la presa) 7,50	Ottima affidabilità del sistema di taglio e penetrazione 15,00	Discreta affidabilità del sistema di presa 10,50	Scarsa affidabilità del sistema di presa (si blocca il sistema di chiusura esterno) 7,50	Buona affidabilità del sistema di presa 12,00	Discreta affidabilità del sistema di presa 10,50	Discreta affidabilità del sistema di presa 10,50	Scarsa affidabilità del sistema di presa 7,50	
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI										
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	N.V.	
Etichettatura: Intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	N.V.	Etichettatura adeguata 2,00	Etichettatura adeguata 2,00	N.V.	Etichettatura adeguata 2,00	Etichettatura adeguata 2,00	Etichettatura adeguata 2,00	N.V.	
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI										
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	N.V.	Servizio post vendita adeguato 6,00	Servizio post vendita adeguato 6,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato 6,00	Servizio post vendita adeguato 6,00	Servizio post vendita adeguato 6,00	N.V.	
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO			70,00	52,00		58,00	52,00	52,00		
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			70,00	52,00		58,00	52,00	52,00		
		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2				ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		



LOTTO 45
Cavo per Pinza Bipolare
Pinza Bipolare laparoscopica monouso da 5 mm

Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40		INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	SANIC			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità del dispositivo	32,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00
Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI							
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00
Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO			62,00		70,00		70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			62,00		70,00		70,00

LOTTO 46

Pinza Babcock da 10 mm laparoscopica stelo rotante 360° autostatico

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		JOHNSON & JOHNSON	MEDTRONIC	SANIC			
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	10,50
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Discreta ergonomia e facilità dell'impugnatura	7,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	Discreta affidabilità del sistema di presa	10,50
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00		70,00		52,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00		70,00		52,00	

LOTTO 47

Tampone monouso per dissezione da 5 mm

Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40		CONMED	JOHNSON & JOHNSON	MEDTRONIC	SANIC	SCS INTERNATIONAL
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Buona maneggevolezza e praticità del dispositivo 32,00	Buona maneggevolezza e praticità del dispositivo 32,00	Buona maneggevolezza e praticità del dispositivo 32,00	Buona maneggevolezza e praticità del dispositivo 32,00	Buona maneggevolezza e praticità del dispositivo 32,00
Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI						
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	Etichettatura adeguata 10,00	Etichettatura adeguata 10,00	Etichettatura adeguata 10,00	Etichettatura adeguata 10,00	Etichettatura adeguata 10,00
Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI						
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato 10,00	Servizio post vendita adeguato 10,00	Servizio post vendita adeguato 10,00	Servizio post vendita adeguato 10,00	Servizio post vendita adeguato 10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

LOTTO 48
Retrattori da 10 mm a 5 rebbi articolabili

<b>Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20</b>		MEDTRONIC	
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
<b>Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40</b>			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima maneggevolezza del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00
<b>Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI</b>			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00
<b>Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

LOTTO 49
Retrattori a paletta rivestiti

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ARS CHIRURGICA	MEDTRONIC		
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI					
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI					
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		67,00		67,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00		70,00	

LOTTO 50
Retrattore/protettore cutaneo di ferite per laparotomia ad anelli flessibili e/o rigidi mis. Piccola 2,5 x 6 circa
Retrattore/protettore cutaneo di ferite per laparotomia ad anelli flessibili e/o rigidi mis. Media 5 x 9 mm circa
Retrattore/protettore cutaneo di ferite per laparotomia ad anelli flessibili e/o rigidi mis. Grande 9 x 15 mm circa

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		APPLIED	CHIRURMEDICA	EUROCLONE	ID&CO	INNOVAMEDICA	MEDTRONIC						
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Finitura del materiale costruttivo scarsa	5,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	6,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40													
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Sufficiente praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	9,00	Sufficiente praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	9,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	7,50	Sufficiente praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	9,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Impugnatura sufficientemente ergonomica	6,00	Impugnatura sufficientemente ergonomica	6,00	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00	Impugnatura sufficientemente ergonomica	6,00	Impugnatura sufficientemente ergonomica	6,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	Sufficiente affidabilità del sistema di presa	9,00	Sufficiente affidabilità del sistema di presa	9,00	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	Scarsa affidabilità del sistema di presa	7,50	Sufficiente affidabilità del sistema di presa	9,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI													
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.		N.V.		Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.		N.V.	
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.		N.V.		Etichettatura adeguata	2,00	N.V.		N.V.	
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI													
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.		N.V.		Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.		N.V.	

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	70,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2	58,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70,00			58,00		

LOTTO 51
Pinza da presa fenestrata da 5 mm con dentatura atraumatica e blocco autostatico

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		CONMED	INNOVAMEDICA	MEDILINE	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC	SOFAR							
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40															
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	9,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	9,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Sufficiente praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	9,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00	Impugnatura sufficientemente ergonomica	6,00	Impugnatura sufficientemente ergonomica	6,00	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Discreta ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Impugnatura sufficientemente ergonomica	6,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	Sufficiente affidabilità del sistema di presa	9,00	Sufficiente affidabilità del sistema di presa	9,00	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	Sufficiente affidabilità del sistema di presa	9,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI															
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.
Etichettatura: inlesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI															
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		70,00		56,00		70,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00						70,00		56,00		70,00			

LOTTO 52
Dissettore laparoscopico monouso da 5 mm con attacco monopolare, sileo rotante 360°

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		APPLIED	CONMED	INNOVAMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MEDLINE	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC	SOVEM	SOFAR												
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Finitura del materiale costruttivo discreta	14,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Finitura del materiale costruttivo discreta	14,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Discreta finitura del materiale costruttivo	14,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00	Finitura del materiale costruttivo sufficiente	12,00		
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40																							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (aggancio cavo non ergonomico, strumento pesante)	7,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (aggancio cavo non ergonomico)	7,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (aggancio cavo non ergonomico)	8,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	8,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	10,50	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	8,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (aggancio cavo non ergonomico)	7,00		
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	6,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura (ridotta escursione antero-posteriore)	6,00	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	6,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	6,00	Discreta ergonomia e facilità dell'impugnatura	7,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura	6,00	Scarsa ergonomia dell'impugnatura (ridotta escursione antero-posteriore)	6,00		
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	N.V.	N.V.	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	N.V.	N.V.	Discreta affidabilità del sistema di presa	10,50	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.		
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI																							
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.		
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.		
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI																							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q2 punti 1 e 2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		70,00		58,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q2 punti 1 e 2		58,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		52,00		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00						70,00		58,00				58,00				52,00					



LOTTO 53
Dissettore ad uncino * Crochet * da 5 mm monouso

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		CHIRURMEDICA	CONMED	EUROCLONE	INNOVAMEDICA	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC	SCS INTERNATIONAL	SO FAR									
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Sufficiente finitura del materiale costruttivo	12,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Sufficiente finitura del materiale costruttivo	12,00	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Sufficiente finitura del materiale costruttivo	12,00	Sufficiente finitura del materiale costruttivo	12,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40																			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (forma dell'uncino non ergonomica)	6,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (forma dell'uncino non ergonomica)	6,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (forma dell'uncino non ergonomica)	6,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (forma dell'uncino non ergonomica)	6,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia e facilità di impugnatura	8,00	Scarsa ergonomia e facilità di impugnatura	4,00	Ottima ergonomia e facilità di impugnatura	10,00	Scarsa ergonomia e facilità di impugnatura	4,00	Ottima ergonomia e facilità di impugnatura	10,00	Buona ergonomia e facilità di impugnatura	8,00	Buona ergonomia e facilità di impugnatura	8,00	Scarsa ergonomia e facilità di impugnatura	4,00	Scarsa ergonomia e facilità di impugnatura	4,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di taglio	12,00	Scarsa affidabilità del sistema di taglio	6,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio	15,00	Scarsa affidabilità del sistema di taglio	6,00	Ottima affidabilità del sistema di taglio	15,00	Buona affidabilità del sistema di taglio	12,00	Buona affidabilità del sistema di taglio	12,00	Scarsa affidabilità del sistema di taglio	6,00	Scarsa affidabilità del sistema di taglio	6,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI																			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.		Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.		Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	N.V.		N.V.	
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.		Etichettatura adeguata	2,00	N.V.		Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	N.V.		N.V.	
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI																			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.		Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.		Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	N.V.		N.V.	
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 e Q2		66,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 E Q2		70,00	58,00	58,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 E Q2		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1 E Q2						
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		58,00			66,00			70,00	58,00	58,00									

LOTTO 54
Sacchetti monouso da 10 mm con anello rigido

Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40		AB MEDICA	APPLIED	CHIRURMEDICA	CONMED	INNOVAMEDICA	GADA	JOHNSON & JOHNSON	MEDILINE	MEDTRONIC	MOLNLYKE	SANIC	SOFAR	TELEFLEX											
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (chiusura ed estrazione difficoltose)	16,00	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	40,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (chiusura ed estrazione difficoltose)	16,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	32,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (dispositivo indaginoso e poco ergonomico)	16,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (chiusura ed estrazione difficoltose, sistema indaginoso)	16,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	32,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (chiusura ed estrazione difficoltose, sistema indaginoso)	16,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	32,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	28,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (chiusura ed estrazione difficoltose, sistema indaginoso)	16,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (chiusura ed estrazione difficoltose, sistema indaginoso)	16,00
Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI																									
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	N.V.	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
Elicettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	N.V.	Elicettatura adeguata	10,00	N.V.	Elicettatura adeguata	10,00	N.V.	N.V.	Elicettatura adeguata	10,00	N.V.	Elicettatura adeguata	10,00	Elicettatura adeguata	10,00	Elicettatura adeguata	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI																									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	N.V.	Servizio post vendita adeguato	10,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	10,00	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	10,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		70,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		62,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		62,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		62,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		62,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		58,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		58,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				70,00			62,00			62,00			62,00			62,00			58,00			58,00			

LOTTO 55
Sacchetti monouso da 15 mm con anello rigido

Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40		APPLIED	CHIRURMEDICA	CONMED	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 40,00	Scarsa praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo (chiusura ed estrazione difficoltose) 16,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 32,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 32,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 32,00	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 28,00
Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI							
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	N.V.	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 10,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	Etichettatura adeguata 10,00	N.V.	Etichettatura adeguata 10,00	Etichettatura adeguata 10,00	Etichettatura adeguata 10,00	Etichettatura adeguata 10,00
Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato 10,00	N.V.	Servizio post vendita adeguato 10,00	Servizio post vendita adeguato 10,00	Servizio post vendita adeguato 10,00	Servizio post vendita adeguato 10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00	ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1	62,00	62,00	62,00	58,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00		62,00	62,00	62,00	58,00

LOTTO 56
Sacchetto sterile e monouso per estrazione pezzi anatomici in laparoscopia da 10 mm con supporto semirigido dello stesso
Sacchetto sterile e monouso per estrazione pezzi anatomici in laparoscopia da 12 mm con supporto semirigido dello stesso

Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40		ANTONIO PELLECCIA	CONMED	MEDTRONIC	MOLNLYCKE	SANIC					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00
Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI											
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00
Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI											
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00					
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00					

LOTTO 59
Liquido anti appannante, sterile in flaconi da 5/10 ml

Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40		CONMED	INNOVAMEDICA	MEDILINE	MEDTRONIC				
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00
Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI									
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00
Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI									
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00		70,00		70,00		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00		70,00		70,00		70,00	

LOTTO 60
Dispositivo monouso per la lubrificazione, pulizia e riscaldamento dell'ottica con batterie incluse, completo di panni in microfibra e tamponi per la pulizia del trocar

<b>Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40</b>		MEDTRONIC	
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00
<b>Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI</b>			
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	Etichettatura adeguata	10,00
<b>Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

LOTTO 61
Dispositivo sterile e monouso per la chiusura delle brecce (Fascia) da incisione da trocar composto da guide compatibili con accessi 5/12 mm e 8/15 mm con fili di sutura e sistema di ancoraggio riassorbibili

<b>Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40</b>		MEDTRONIC	
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00
<b>Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI</b>			
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	10,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 10 PUNTI	Etichettatura adeguata	10,00
<b>Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI</b>			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	10,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	

LOTTO 42
Dispositivo per irrigazione e aspirazione da 5mm preferibilmente completo di tubi per solvente a celula

Q1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40		SAD HEALTHCARE	AB MEDICA		ARIS CHIRURGICA		COMED		COLOPLAST		GABA		IBICO		INNOVAMEDICA		MEDLINE		MEDLINE		MEDTRONIC		MOLNLYCKE		SANC		SOFAR		STRYKER	
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 40 PUNTI	OFFERTA NON CONFERMATTA	Discriminazione maneggevolezza e praticità del dispositivo	28,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Discriminazione maneggevolezza e praticità del dispositivo	28,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Buona maneggevolezza e praticità del dispositivo	32,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Sufficiente maneggevolezza e praticità del dispositivo	24,00	Ottima maneggevolezza e praticità del dispositivo	40,00		
Q2 CONFEZIONAMENTO FINO A 20 PUNTI			Praticità e facile l'apertura della confezione	10,00	N.V.	Praticità e facile l'apertura della confezione	10,00	Praticità e facile l'apertura della confezione	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Praticità e facile l'apertura della confezione	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Praticità e facile l'apertura della confezione	10,00		
Facilità di apertura della confezione	MAX 10 PUNTI		Etichettatura idonea come facilità di lettura e visibilità	10,00	N.V.	Etichettatura adeguata	10,00	Etichettatura adeguata	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Etichettatura adeguata	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Etichettatura adeguata	10,00		
Q3 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 10 PUNTI			Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 10 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	Servizio post vendita adeguato	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	10,00	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Servizio post vendita adeguato	10,00		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	----	58,00	58,00	70,00	58,00	70,00	58,00	70,00	58,00	70,00	58,00	70,00	58,00	70,00	58,00	70,00	58,00	70,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	----		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1		ESCLUSI AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (Sono, altresì, escluse dalle successive fasi di gara le offerte che, su giudizio della Commissione, non raggiungono il punteggio di 7/10 per ogni singolo parametro di qualità) PER NON AVER CONSEGUITO ALMENO 7/10 DI PUNTEGGIO AI PARAMETRI Q1	



**LOTTO 63: MORCELLATORE GINECOLOGICO**

Kit completo monouso per la morcellazione e l'estrazione di reperti laparoscopici con la fornitura in comodato d'uso della parte riutilizzabile

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		EUROCLONE	OLYMPUS
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Discreta finitura del materiale costruttivo 14,00	Ottima finitura del materiale costruttivo 20,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Discreta praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 10,50	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 15,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Discreta ergonomia e facilità dell'impugnatura 7,00	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura 10,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Discreta affidabilità del sistema di presa 10,50	Ottima affidabilità del sistema di presa 15,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata 2,00	Etichettatura adeguata 2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato 6,00	Servizio post vendita adeguato 6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		52,00	70,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		52,00	70,00

**LOTTO 64: SET PER COLANGIOGRAFIA**

Set percutaneo per colangiografia laparoscopica 4,5F lungh circa 46cm

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		APPLIED	CONMED		
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Ottima finitura del materiale costruttivo	20,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40					
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Ottima praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	15,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	12,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Ottima ergonomia e facilità dell'impugnatura	10,00	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Ottima affidabilità del sistema di presa	15,00	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI					
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI					
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		70,00		58,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00		58,00	

LOTTO 65

Dissetore ad uncino " Crochet " da 5 mm monouso

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		AB MEDICA	MOVI
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo 16,00	Buona finitura del materiale costruttivo 16,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40			
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 12,00	Buona praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo 12,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura 8,00	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura 8,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di presa 12,00	Buona affidabilità del sistema di presa 12,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI			
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione 2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata 2,00	Etichettatura adeguata 2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI			
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato 6,00	Servizio post vendita adeguato 6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		58,00	58,00
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	70,00

**LOTTO 66: MANIPOLATORE UTERINO CON SISTEMA TENUTA PNEUMOPERITONEO**

Manipolatore uterino monouso con sistema di tenuta pneumoperitoneo, per isterectomia, misure S-M-L-XL

Q1 QUALITA' DEL MATERIALE FINO A PUNTI 20		ARS CHIRURGICA	CONMED	INNOVAMEDICA			
Finitura del materiale costruttivo	MAX 20 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00
Q2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI FINO A PUNTI 40							
Praticità d'uso e maneggevolezza del dispositivo	MAX 15 PUNTI	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00	Buona finitura del materiale costruttivo	16,00
Facilità di impugnatura	MAX 10 PUNTI	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00	Buona ergonomia e facilità dell'impugnatura	8,00
Affidabilità del sistema di presa o di taglio/penetrazione	MAX 15 PUNTI	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00	Buona affidabilità del sistema di presa	12,00
Q3 CONFEZIONAMENTO FINO A 4 PUNTI							
Facilità di apertura della confezione	MAX 2 PUNTI	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00	Pratica e facile l'apertura della confezione	2,00
Etichettatura: intesa come facilità di lettura e visibilità	MAX 2 PUNTI	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00	Etichettatura adeguata	2,00
Q4 SERVIZIO POST VENDITA FINO A 6 PUNTI							
Disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi	MAX 6 PUNTI	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00	Servizio post vendita adeguato	6,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO		62,00		62,00		62,00	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00		70,00		70,00	