

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **1936** del **19 NOV. 2021**

U.O.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O.) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI LABORATORI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA (C.D. CAMERE BIANCHE) DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DI GIULIANOVA, PER LA DURATA DI ANNI 4. CIG: ZF033E7FC3

Data 16/11/2021 Firma [Signature]  
Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Dott. Severino Di Sabatino Garbati)

Data 16/11/2021 Firma [Signature]  
Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Emanuela Teodorì)

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo  
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)  
[Signature]  
Dott. Vittorio D'Ambrosio

Data 17.11.2021 Firma [Signature]  
Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole

Data 18-11-2021



Firma [Signature]  
Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Franco Santarelli)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole

Data 19/11/2021



Firma [Signature]  
Il Direttore Sanitario  
(Dott. Maurizio Brucchi)

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DOTT. VITTORIO D'AMBROSIO**

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione n.1020/2018, è stata affidata la fornitura del servizio triennale di manutenzione ed assistenza tecnica dei laboratori a contaminazione controllata (c.d. camere bianche) della Farmacia Ospedaliera di Giulianova, con decorrenza dal 01/07/2018 al 31/06/2021, per un ammontare complessivo di € 25.950,96 iva esclusa e di € 31.660,17 iva inclusa (22%);
- con Deliberazione n.1161/2021, è stato disposto il differimento al 31/12/2021 degli effetti giuridici del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica dei laboratori sopra citati, giusta deliberazione n.1020/2018, per un ammontare complessivo di € 4.325,16 iva esclusa e di € 5.276,69 iva inclusa (22%);
- frattanto è stata affidata la fornitura di n. 2 nuove cappe a flusso laminare verticale, da destinare ai medesimi laboratori, per un ammontare complessivo di € 15.600,00 iva esclusa e di € 19.032,00 iva inclusa (22%), giusta Deliberazione n.1077/2021;

**DATO ATTO** che la bozza di capitolato tecnico è stata aggiornata a seguito della installazione delle nuove cappe (allegato 1);

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire la continuità del servizio in argomento, di procedere all'avvio della procedura per l'affidamento della manutenzione ed assistenza tecnica dei laboratori a contaminazione controllata (c.d. camere bianche) della Farmacia Ospedaliera di Giulianova, per la durata di anni 4;

**CONSIDERATO** che il valore stimato per la fornitura di quanto in oggetto, ammonta ad € 39.000,00 iva esclusa;

**VISTI** gli artt.:

- 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e stabilisce che: *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni...si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice..."*;
- 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina, in particolare, i principi da seguire nell'affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del quale *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"*;
- 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) della legge n.108/2021, ai sensi del quale fino al 30 giugno 2023 in deroga a quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono per servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00;



- 1 comma 450 delle legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 ai sensi del quale: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero dal sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa";
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";
- 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

**ATTESO** che:

ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM dell' 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;

- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che il servizio richiesto è presente nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip;

**RILEVATO** che, sebbene ai sensi della normativa richiamata ed in ragione del valore della procedura, sia consentito di ricorrere all'affidamento diretto, nel caso di specie, trattandosi di servizio fornito da una pluralità di operatori economici, si ritiene opportuno attivare sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) una specifica procedura di gara (R.d.O.), aperta a tutti gli operatori iscritti al bando/categoria di riferimento, ciò al fine di dare piena e concreta attuazione ai principi enunciati agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo così la massima concorrenza e realizzando, nel contempo, economie di spesa;

**PRESO ATTO** del seguente quadro economico determinato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso iva inclusa		€ 39.000,00
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		€
A4	<b>Totale "A" somme a disposizione A1+A2+A3</b>		€ 39.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		€ 286,00
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		€ 156,00
B3	Spese pubblicità		
B4	Contributo Anac		
B5	I.V.A. su valore procedura	22 % di A	€ 8.580,00
B6	I.V.A. su valori B3	22 % di B3	€
B	<b>Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5</b>		€ 9.022,00
A+B	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		€ 48.022,00

**RITENUTO** pertanto, sulla scorta della normativa richiamata di:

- attivare apposita procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei laboratori a contaminazione controllata (c.d. camere bianche) della Farmacia Ospedaliera di Giulianova, per la durata di anni 4, tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della P.A., secondo quanto più dettagliatamente previsto nella documentazione di gara, agli atti della proponente U.O.C.;
- stabilire quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4. del D.Lgs 50/2016;
- precisare che nel caso di formale attivazione di specifiche Convenzioni Consip o iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore regionale aventi ad oggetto forniture comparabili, con quella oggetto del presente appalto, nelle more dell'espletamento della gara e comunque fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione si riserva sin d'ora l'adozione di ogni opportuno provvedimento in merito, e comunque secondo quanto meglio previsto negli atti di gara;
- nominare quale Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante la Dott.ssa Emanuela Teodori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- procedere in sede di aggiudicazione, alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida Anac n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnologico che pertanto impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente;
- dare atto che il codice cig che identifica la presente procedura è: **ZF033E7FC3**;

**RITENUTO** infine di rendere il presente atto immeritamente esecutivo, al fine di avviare tempestivamente la procedura di gara che trattasi:

#### PROPONE DI

1. **ATTIVARE** apposita procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei laboratori a contaminazione controllata (c.d. camere bianche) della Farmacia Ospedaliera di Giulianova, della durata di anni 4, tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della P.A., secondo quanto più dettagliatamente previsto nella documentazione di gara, agli atti della proponente U.O.C.;
2. **STABILIRE** quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4. del D.Lgs 50/2016;
3. **APPROVARE** il seguente quadro economico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso iva inclusa		€ 39.000,00
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		€
A4	<b>Totale "A" somme a disposizione A1+A2+A3</b>		€ 39.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		€ 286,00
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		€ 156,00
B3	Spese pubblicità		
B4	Contributo Anac		
B5	I.V.A. su valore procedura	22 % di A	€ 8.580,00
B6	I.V.A. su valori B3	22 % di B3	€
B	<b>Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5</b>		€ 9.022,00
A+B	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		€ 48.022,00

BENI E SERVIZI

4. **PRENDERE ATTO** della bozza di capitolato tecnico che si allega al presente atto;
5. **PRECISARE** che:
  - agli importi di cui all'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, si farà fronte con il fondo incentivazioni di cui al sotto conto n. 02.03.05.05.09.00;
  - nel caso di formale attivazione di specifiche Convenzioni Consip o iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore regionale aventi ad oggetto forniture comparabili, con quella oggetto del presente appalto, nelle more dell'espletamento della gara e comunque fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione si riserva sin d'ora l'adozione di ogni opportuno provvedimento in merito, e comunque secondo quanto meglio previsto negli atti di gara;
6. **NOMINARE** quale Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante la Dott.ssa Emanuela Teodori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
7. **DARE ATTO** che in sede di aggiudicazione si procederà alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida Anac n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnologico che pertanto impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente;
8. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

#### IL DIRETTORE GENERALE

##### Preso atto:

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

- che il Direttore Sanitario ha espresso formalmente parere favorevole;

#### DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata



**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Maurizio Di Giosia*

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

ALLEGATI ALLA DELIBERA:

1. Bozza Capitolato Tecnico.

*allegati n. 9*



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

## Capitolato tecnico per la manutenzione dei Laboratori a contaminazione controllata della Farmacia Ospedaliera di Giulianova.

Per il corretto funzionamento e la sicurezza degli operatori e per garantire la qualità dei prodotti farmaceutici, gestiti, manipolati e prodotti presso i laboratori a contaminazione controllata della Farmacia Ospedaliera di Giulianova e destinati alla somministrazione ai Pazienti è necessario che vengano effettuati almeno una volta ogni 12 mesi gli interventi di manutenzione ordinaria con la sostituzione filtri e altro materiale di consumo, verifiche e taratura strumentazione come meglio dettagliato nel prospetto seguente e come previsto dalle norme ISO.

È necessario inoltre n° 1 visita semestrale di manutenzione preventiva per verifiche strumentali e tarature.

Infine è necessario provvedere entro e non oltre 48 ore ad interventi di manutenzione straordinaria su chiamata in numero illimitato. Il mancato intervento entro 48 ore dalla chiamata comporterà la revoca alla Ditta aggiudicataria del contratto di manutenzione ed avviata la procedura di negoziazione con la seconda Ditta idonea, oltre all'eventuale imputazione del costo relativo ai danni subiti da questa ASL in sede di contenzioso civile e penale qualora venga ravvisata l'interruzione di pubblico servizio causato dal mancato e corretto funzionamento dei laboratori in oggetto conseguente appunto al mancato intervento di manutenzione straordinaria.

Al termine della manutenzione la Ditta dovrà rilasciare documentazione sui test svolti oltre ai certificati di calibrazione e alla Certificazione di appartenenza alla classe ISO 5 secondo la normativa ISO 14444-1 ovvero grado A secondo l'Annex 1-EC Guide to Good Manufacturing Practice/GMP.

I test di validazione struttura dovranno essere almeno i seguenti:

- test ROYCO (conta particelle)
- test temperatura
- smoke test
- test Igrometrico
- test velocità
- test tenuta guarnizioni
- test pressione ambiente
- Test tenuta filtri
- Test portata d'aria a velocità terminale dei filtri

1

- Piastre da contatto per la verifica della contaminazione batteriologica da effettuare sui piani all'interno delle cappe con rilascio di successiva certificazione da parte di un laboratorio accreditato e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

La parti oggetto di sostituzione e manutenzione sono elencate nello schema di seguito **riportato**:

## Gruppo Laboratorio Galenico

### RIMOZIONE FILTRI MANDATA LABORATORIO

<b>1</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRI HEPA  1220X610	N.PZ2
<b>2</b>	ESTRAZIONE F. CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	PREFILTRO IN LANA DI VETRO	N. PZ 16
<b>3</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRI HEPA 610X610	N.PZ 1

### POSIZIONAMENTO FILTRI MANDATA LABORATORIO

#### FILTRI SPASCIANI CON STRUTTURA IN ALLUMINO

<b>4</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI CASSONETTI PORTAFILTRO	FILTRO HEPA 99,999	N.PZ2
<b>5</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI CASSONETTI PORTAFILTRO	PREFILTRO IN LANA DI VETRO	N.PZ T6
<b>6</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI CASSONETTI PORTAFILTRO	FILTRO HEPA 99,999	N.PZ2





7	PULIZIA STRAORDINARIA CONDOTTO DI RIPRESA SU PORTA PRINCIPALE	GRIGLIA IN ALLUMINIO	
8	PULIZIA STRAORDINARIA CONDOTTE DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI ACCESSO AL LABORATORIO	FILTRO HEPA 99.999	
9	TARATURA SERRANDE MANUAU LAR		
<b>RIMOZIONE FILTRI CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE</b>			
10	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	1220X540X66
11	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	457X457X66
12	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	915X457X66
<b>POSIZIONAMENTO FILTRI CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALI</b>			
13	INSTALLAZIONE	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	1220X540X66
14	INSTALLAZIONE	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	457X457X66
15	INSTALLAZIONE	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	915X457X66
<b>RIMOZIONE E POSIZIONAMENTO LAMPADA GERMICIDA U/V dal 30 W SULLA CAPPA</b>			
16	RIMOZIONE E POSIZIONAMENTO	LAMPADA GERMICIDA U/V da 30 W	N. PZ 1
<b>RIMOZIONE LAMPADE UVC VANO PASSAMATERIALI</b>			
17	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	TUB1 15w	N. PZ 2

<b>POSIZIONAMENTO LAMPADE UVC VANO PASSAMATERIALI</b>			
<b>18</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI PORTA LAMPADE	TUBI 15 w	N.PZ 2

**RIMOZIONE TUBI AL MERCURIO LAMPADE GERMICIDE**

<b>19</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	TUBI 9w	N.PZ 2
		TUBI 15W	N.PZ 2

**POSIZIONAMENTO TUBI AL MERCURIO LAMPADE GERMICIDE**

<b>20</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DI PORTA LAMPADE	TUBI 9w	N. PZ 2
		TUBI 15 W	N.PZ 2

**RIMOZIONE TUBI AL NEON 18w**

<b>21</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	TUBI 18w	N. PZ 22
-----------	--	----------	----------

**POSIZIONAMENTO TUBI AL NEON 18w**

<b>22</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI PORTA LAMPADE	TUBI 18W	N. PZ 22
-----------	--	----------	----------

**20 ESECUZIONE TEST DI VALIDAZIONE STRUTTURA**



# gruppo laboratorio Oncologia

## RIMOZIONE FILTRI MANDATA LABORATORIO

01	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRI HEPA 1220X610	N.PZ 2
02	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	PREFILTRO IN LANA DI VETRO	N.PZ 16
03	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	ALTRI HEPA 610X610	N.PZ 1

## POSIZIONAMENTO FILTRI MANDATA LABORATORIO

### FILTRI SPASCIANI CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

04	POSIZIONAMENTO e FISSAGGIO ALL'INTERNO DB CASSONETTI PORTAFILTRO	FILTRO HEPA 99.999	N.PZ 2
----	--	--------------------	--------

05	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI CASSONETTI PORTAFILTRO	PREFILTRO IN LANA DI VETRO	N.PZ 16
06	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DB CASSONETTI PORTAFILTRO	FILTRO HEPA 99.999	N.PZ 2
07	PULIZIA STRAORDINARIA CONDOTTO DI RIPRESA SU PORTA PRINCIPALE	GRIGLIA IN ALLUMINIO	

<b>8</b>	PULIZIA STRAORDINARIA CONDOTTE DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL LABORATORIO	FILTRO HEPA 99,999	
<b>9</b>	TARATURA SERRANDE MANUALI LAB.		

#### RIMOZIONE FILTRI CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE

<b>10</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	1220X540X66
<b>11</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO PN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	457X5457X66
<b>12</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO PN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	915X540X66

#### POSIZIONAMENTO FILTRI CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE

<b>13</b>	INSTALLAZIONE	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	1220X540X66
<b>14</b>	INSTALLAZIONE	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	457X5457X66
<b>15</b>	INSTALLAZIONE	FILTRO HEPA H 14 99,995% EN 1822	915X540X66

#### RIMOZIONE E POSIZIONAMENTO LAMPADA GERMICIDA U/V da 30 W SULLA CAPPA

<b>16</b>	RIMOZIONE E POSIZIONAMENTO	LAMPADA GERMICIDA U/V da 30 W	N. PZ 1
-----------	----------------------------	-------------------------------	---------

#### RIMOZIONE LAMPAD E UVC VANO PASSAMATERIALI

<b>14</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	TUBI 15 W	N. PZ 2
-----------	--	-----------	---------



**POSIZIONAMENTO LAMPADE UVC VANO PASSAMATERIALI**

<b>15</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI PORTA LAMPADE	TUBI 15 w	N.PZ 2
-----------	--	-----------	--------

**RIMOZIONE TUBI AL MERCURIO LAMPADE GERMICIDE**

<b>16</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	TUBI 9 w	N.PZ 2
		TUBI 15	N.PZ 2
		W	

**POSIZIONAMENTO TUBI AL MERCURIO LAMPADE GERMICIDE**

<b>17</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI PORTA LAMPADE	TUBI 9W	N.PZ 2
		TUBI 15	N.PZ. 2
		W	

**RIMOZIONE TUBI AL NEON 18w**

<b>18</b>	ESTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO IN DOPPIA BUSTA DI CONTENIMENTO	TUBI 18 w	N.PZ.22
-----------	--	-----------	---------

**POSIZIONAMENTO TUBI AL NEON 18w**

<b>19</b>	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO ALL'INTERNO DEI PORTA LAMPADE	TUBI 18 w	N. PZ. 22
-----------	--	-----------	-----------

## 20 ESECUZIONE TEST DI VALIDAZIONE STRUTTURA

N. B. La sostituzione dei filtri e lampada germicida UV da 30 W sulle due cappe è a cura della ditta aggiudicataria della gara delle cappe fino al 31 Luglio 2023.

Pertanto, a decorrere dal 01 Agosto 2023 la manutenzione oggetto della presente procedura comprenderà anche le cappe.

Si precisa, altresì, che lo smaltimento dei ricambi sarà a cura della ditta affidataria del servizio e quindi ogni onere dovrà essere compreso nel prezzo di offerta.



## ELENCO APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRESENTI ALL' INTERNO DEI LABORATORI.

### Sala Filtro etilenici

- n. 1 motoventilatore Multiplo
- n. 1 lampada UVC
- n. 1 Pass-box elettrico
- n. 1 climatizzatore

### Laboratorio Galenici

- n. 1 cappa flusso laminare verticale Alpina Mod. Bio 130 CYTO A2
- n. 2 motoventilatori Multiplo
- n. 1 lampada UVC
- n. 1 Contaparticelle con stampante

### Sala Filtro Chemin

- n. 1 motoventilatore Multiplo
- n. 1 lampada UVC n. 1 Pass-box elettrico n. 1 climatizzatore

### Laboratorio Cliemio

- n. 1 cappa flusso laminare verticale Alpina Mod. Bio 130 CYTO A2
- n. 2 motoventilatori Multiplo
- n. 1 lampada UVC
- n. 1 Contaparticelle con stampante







(proponente)  
**U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Spesa anno \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ sottoconto \_\_\_\_\_ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Fonte di finanziamento: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno

\_\_\_\_\_.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

**22 NOV. 2021**

con prot. n. **3676/21**

all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della d.lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal \_\_\_\_\_ quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma \_\_\_\_\_

**L'Addetto alla pubblicazione informatica**

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		