

ORIGINALE

**REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO**

**DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO
U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA**

Il giorno 08 FEB. 2023, l'Ing. Fabiola Fiore, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ingegneria Clinica, in forza della Deliberazione n. 1555 del 26/08/2022, nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011, modificata ed integrata con Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente:

ORDINANZA N. 0227

OGGETTO: REPAIR EXCHANGE DI SONDA ECOGRAFICA CANON MOD. PVI 475BT (I8C1) IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. PRONTO SOCCORSO E OSSERVAZIONE BREVE DEL P.O. DI TERAMO. NEGOZIAZIONE MEPA N. 3406472. CIG ZE839A4B71.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- D.Lgs. 46/97 (*"Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici"*);
- D.Lgs. 81/08 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*);
- La Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero della Salute per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
- D.lgs. 106/2009 (*"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*);
- Direttiva CEE 2009/104 (*"Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro"*);
- CEI EN 62353 (CEI 62-148:2015) (*"Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali"*);

ATTESO che la vigente normativa di settore sopra richiamata impone l'obbligo di un'adeguata ed efficace manutenzione per le apparecchiature elettromedicali ed a titolo esemplificativo si rinvia a:

- art 3 del D.Lvo 46/97, in attuazione della direttiva 93/42 CEE, riguardante i dispositivi medici in generale: *"(cit.) i dispositivi possono essere ... messi in servizio unicamente se sono oggetto di un'adeguata manutenzione ..."*;
- par. 5.41 della norma CEI 62-148:2015 "Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali" : *"(cit.) Tutte le attività di manutenzione, ispezione, assistenza e riparazione effettuate secondo le istruzioni del fabbricante mantengono la conformità alla Norma utilizzata per la progettazione dell'apparecchiatura. In caso contrario, la conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe essere valutata e verificata prima di effettuare le prove indicate nella presente Norma"*;
- la Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero della Salute, per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali: *"(cit.) è, quindi, assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace"*;

PREMESSO che:

1. con ordinanza n. 276 del 23/02/2022 è stata acquistata una sonda ecografica (inv. 20008), marca Canon modello PVI 475BT (I8C1), per le esigenze cliniche operative della U.O.C. Pronto Soccorso e Osservazione breve del P.O. di Teramo;
2. con richiesta di intervento n. 2022/02433 del 03/10/2022 (**all.1**), la citata unità operativa ha segnalato il guasto della sonda in parola;
3. come da rapporto tecnico del 06/10/2022 (**all. 2**) in seguito ad intervento di manutenzione correttiva effettuato da tecnici di casa madre è stato riscontrato un grave malfunzionamento della sonda dovuto all'evidente rottura della lente acustica, causalmente compatibile con un presunto urto accidentale della stessa;
4. con mail del 24/01/2023 il Dirigente Medico Responsabile del reparto utilizzatore, Dott.ssa Anna Rita Gabriele, ha confermato che in effetti trattasi di danno accidentale (**all.3**);

CONSIDERATO che:

- la sonda danneggiata non risulta più possibile riparabile e pertanto ne è stato disposto il fuori uso (**all. 4**);
- l'intervento di sostituzione predetto non può considerarsi a carico del Fornitore poiché, a norma dell'art. 11, lett. f (Garanzia) delle condizioni generali di vendita relative all'acquisto della sonda in parola (**all.4**) i danni conseguenti ad urti e/o cadute non rientrano nell'ambito contrattuale della garanzia;

- trattasi di un intervento tecnico necessario e da realizzare con urgenza per consentire l'utilizzo dell'ecografo ad esso collegato e, conseguentemente, l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche ad esso sottese;

PRESO ATTO dell'offerta formulata per vie brevi dalla casa produttrice Canon prev n. Q1481610 del 10/10/2022 (*all. 5*) per la sostituzione urgente in repair exchange della sonda PVI-475BT con equivalente nuova di fabbrica al prezzo di € 7.564,00 iva esclusa;

DATO ATTO che in seguito a negoziazioni con la proponente U.O.S.D. di Ingegneria Clinica, il Fornitore ha applicato un ulteriore sconto sul prezzo e offerto il servizio di cui sopra al costo di € 6.000,00 iva esclusa;

VISTI:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. ii.;
- Le norme del cd. "regime transitorio", ossia: D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in l. 108 del 29 luglio 2021;

CONSIDERATI in particolare i seguenti lemmi giuridici relativi all'affidamento diretto di servizi e forniture:

- 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- 51 comma 2 del D.lgs. 77/2021, convertito in l. 108 del 29 luglio 2021, che in deroga a quanto stabilito dal predetto art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere per l'acquisizione di servizi e forniture mediante affidamento diretto fino alla soglia di € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando i principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

RICHIAMATI i precetti normativi relativi agli obblighi procedurali di ricorso a convenzioni Consip ed agli altri sistemi digitali di acquisto messi a disposizione sul M.E.P.A.:

- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: *"...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";*
- 9 comma 3-bis della Legge n. 89/2014 ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetto aggregatori, ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai comma 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";*
- 1 comma 450 della l. n. 296/2006, così modificato dall'art. 1 comma 130 della l. n. 145/2018, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";*

ATTESO che:

- ad oggi non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM dell'11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16/08/2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, quindi è possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che il servizio in oggetto è presente nei cataloghi del M.E.P.A. posti a disposizione da Consip alla voce *"Apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico";*

DATO ATTO che in data 24/01/2023 sul Portale degli Acquisti in Rete P.A./MEPA è stata avviata un'apposita Trattativa Diretta, n. 3406472 (**all. 6**), con invito rivolto alla ditta CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO, P.I. 00897041000, per il servizio repair exchange della sonda Canon PVI-475BT, n. inv. 20008, in dotazione presso l'U.O.C. Pronto Soccorso e OBI del P.O. di Teramo;



PRESO ATTO che in data 25/01/2023 l'interpellato Fornitore ha risposto alla trattativa di che trattasi (*all. doc. 7*) offrendo il servizio di repair exchange della sonda Canon PVI-475BT al prezzo di € 6.000,00 iva esclusa;

PRECISATO che l'importo in parola:

- è ricompreso nella fascia di valore che, ai sensi delle prescrizioni codicistiche e delle norme aventi carattere derogatorio in narrativa richiamate, consente l'affidamento diretto alle stazioni appaltanti;
- è stato valutato congruo dai tecnici della Unità Operativa disponente il presente provvedimento dirigenziale

RITENUTO opportuno, alla luce del richiamato quadro normativo e delle considerazioni di merito esposte, di doversi:

1. affidare mediante stipula della Trattativa Diretta Mepa n. 3406472 alla ditta CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO, P.I. 00897041000, per il servizio repair exchange della sonda Canon PVI-475BT, n. inv. 20008, in dotazione presso l'U.O.C. Pronto Soccorso e OBI del P.O. di Teramo, al prezzo di € 6.000,00 iva esclusa;
2. dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento e ammontante ad € 7.320,00 iva inclusa, si farà fronte con l'impegno di spesa di cui al prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
3. precisare che in ragione del valore dell'affidamento in oggetto e delle motivazioni esposte in narrativa, la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
4. nominare Direttore dell'esecuzione del presente contratto l'Ing. Claudio Castagnola Melchiorre, Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTI i Decreti legislativi nn. 502/92 e 286/99 e s.m.i. riguardanti la dirigenza pubblica;

DISPONE

1. **AFFIDARE** mediante stipula della Trattativa Diretta Mepa n. 3406472 alla ditta CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO, P.I. 00897041000, per il servizio repair exchange della sonda Canon PVI-475BT, n. inv. 20008, in dotazione presso l'U.O.C. Pronto Soccorso e OBI del P.O. di Teramo, al prezzo di € 6.000,00 iva esclusa;



2. **DARE ATTO** che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento e ammontante ad € 7.320,00 iva inclusa, si farà fronte con l'impegno di spesa di cui al prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
3. **PRECISARE** che in ragione del valore dell'affidamento in oggetto e delle motivazioni esposte in narrativa, la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
4. **NOMINARE** Direttore dell'esecuzione del presente contratto l'Ing. Claudio Castagnola Melchiorre, Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
5. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Letto, confermato e sottoscritto.



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom left of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

**DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO
U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA**

ALLEGATI ALL'ORDINANZA


Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati alla presente deliberazione sono costituiti da n. 10 pagine e segnatamente:

- **Allegato n. 1** – richiesta di intervento (pag. 1)
- **Allegato n. 2** – rapporto tecnico Canon (pag. 2-3)
- **Allegato n. 3** – dichiarazione responsabile reparto utilizzatore (pag. 4 - 5)
- **Allegato n. 4** – fuoriusso sonda (pag. 6)
- **Allegato n. 5** – preventivo Canon (pag. 7 - 8)
- **Allegato n. 6** – Riepilogo Trattativa Mepa (pag. 9 - 10)
- **Allegato n. 7** – Offerta Canon Trattativa Mepa (pag. 11 - 13)



Il Responsabile del Procedimento

(Fto Ing. Mirco Fredducci)



ASL Teramo

U.O.C. Fisica Medica e Tecnologie Biomediche

Direttore Dr. Giovanni Orlandi


RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO

VR6

AUEGATZ
1

n° Inventario : 17606
20008

Riportare il numero prescripto sull'etichetta applicata all'apparecchiatura. Esempio:



PRESIDIO OSPEDALIERO / STRUTTURA AMBULATORIALE:

UNITA' OPERATIVA: PS. Teramo

TEL.

PERSONA DI RIFERIMENTO: COSE

APPARECCHIATURA SU CUI INTERVENIRE:

ECOGRAFO Canon

N° SERIE O MATRICOLA (in mancanza di numero inventario): 17606

DESCRIZIONE DEL GUASTO: PROBLEMI SU Sonda
CONVER

ALTRE EVENTUALI NOTE:

DATA: 1/10/2022

IL RICHIEDENTE

[Signature]
(a stampato)

ORA: 10:05

TIMBRO E FIRMA:

[Signature]

FAX ASSISTENZA

linea interna 29938

linea esterna 0861/429938

TEL. ASSISTENZA

linea interna 29945

linea esterna 0861/429945

Riservato all'ATI

Hospital Consulting S.p.a. - G.S.



Numero richiesta 2022/02633

IAS
TEF
AZ

[Handwritten mark]

P. 1

RAPPORTO
TECNICO

Cliente

OSPEDALE CIVILE 'G. MAZZINI'
RADIOLOGIA
PIAZZA ITALIA, 1
64100 TERAMO

N.ro rif. Canon 1471829

Riportare questo numero in caso di contatti con Canon

Riferimenti assistenza tecnica

Telefono: 06 52077208
Fax: 06 5204739
Email: info.it@eu.medical.canon

Riferimenti cliente

Richiesto da:
Ordine cliente: Richiesta 2022/02433
del 03/10/2022

Attività svolta: Call Out

Nome tecnico: Pernice, Vincenzo

Descrizione apparecchiatura

Numero di serie: AKE19Z2214
Apparecchiatura tipo: TUS-AI600/AK
Descrizione: Aplio i600
Tipo contratto: TMSI STBY GOLD
Software: 4.0SP0010
Version:
N.ro di slices - data:

Descrizione del problema

CRISTALLI ROTTI SONDA ECOGRAFICA

Pagina 1 / 2

Attività svolte

Nr. Attività.	Inizio	Fine	Descrizione	Ore
3221871	06-10-2022 09:00:00	06-10-2022 11:15:00	Ore di Lavoro	2,25

Parti utilizzate

Nr. Attività.	Prodotto	Descrizione	Quantità
---------------	----------	-------------	----------

Una parte guasta può contenere dati personali

Nessuna parte con dati sensibili è stata prelevata presso questo sito

Altro

Nr. Attività.	Descrizione
---------------	-------------

Note

Nr. Attività.	Descrizione
3221871	Verifica del funzionamento della sonda PVI-475BT S/N FSB2235261. Riscontrati due coni d'ombra sull'immagine creandone artefatti e zona d'ombra durante l'utilizzo. La sonda presenta in corrispondenza della lente acustica segni di urto accidentale e dunque non può essere sostituita in garanzia. Seguirà il preventivo di acquisto di una nuova sonda.

RAPPORTO TECNICO

Cliente

OSPEDALE CIVILE 'G. MAZZINI'
RADIOLOGIA
PIAZZA ITALIA, 1
64100 TERAMO

N.ro rif. Canon 1471829

Riportare questo numero in caso di contatti con Canon

Riferimenti assistenza tecnica

Telefono: 06 52077208
Fax: 06 5204739
Email: info.it@eu.medical.canon

Riferimenti cliente

Richiesto da:
Ordine cliente: Richiesta 2022/02433
del 03/10/2022

Attività svolta: Call Out

Nome tecnico: Pernice, Vincenzo

Descrizione apparecchiatura

Numero di serie: AKE19Z2214
Apparecchiatura tipo: TUS-AI600/AK

Tipo contratto: TMSI STBY GOLD
Software: 4.0SP0010
Version:

Descrizione: Aplio i600

N.ro di slices - data:

Descrizione del problema

CRISTALLI ROTTI SONDA ECOGRAFICA

Pagina 2 / 2

Dott. Girolamo Cretara:
Task Num 3221871

06-10-2022

Nome Cliente

Timbro e firma Cliente

Data

R: Q 1428580 - preventivo HC per TUS-AI600 osp. Teramo - RIPARAZIONE SONDA -
GUASTO ACCIDENTALE

Gabriele Annarita <annarita.gabriele@asiteramo.it>

mar 24/01/2023 10:36

A: Ingegneria Clinica <ingegneria.clinica@asiteramo.it>; Di Quinzio Luigi <luigi.diquinzio@asiteramo.it>

Confermo che trattasi di danno accidentale.

Cordiali saluti

Dott.ssa Anna Rita Gabriele

Da: Ingegneria Clinica <ingegneria.clinica@asiteramo.it>

Inviato: martedì 24 gennaio 2023 09:46

A: Di Quinzio Luigi <luigi.diquinzio@asiteramo.it>; Gabriele Annarita <annarita.gabriele@asiteramo.it>

Oggetto: I: Q 1428580 - preventivo HC per TUS-AI600 osp. Teramo - RIPARAZIONE SONDA - GUASTO
ACCIDENTALE

Si reinoltra la pratica di repair-exchange della sonda.

Per poter procedere con la pratica abbiamo bisogno che ci confermi che sia stato un danno
ACCIDENTALE e che si necessita della nuova sonda in repair exchange

Saluti,

Castagnola



ASL TERAMO

e.mail: _____

Le informazioni e gli allegati contenuti in questa email potrebbero essere confidenziali e riservati. Qualora non foste i destinatari, siete pregati di eliminare questo messaggio e notificarci il problema immediatamente. In ogni caso, non è possibile spedire a terze parti questa email. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.L. n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Da: Ingegneria Clinica <ingegneria.clinica@asiteramo.it>

Inviato: mercoledì 12 ottobre 2022 12:37

A: Gabriele Annarita <annarita.gabriele@asiteramo.it>; Di Quinzio Luigi <luigi.diquinzio@asiteramo.it>

Cc: Fiore Fabiola <fabiola.fiore@asiteramo.it>; Castagnola Melchiorre Claudio <claudio.castagnolamelchiorre@asiteramo.it>; Fredducci Mirco <mirco.fredducci@asiteramo.it>
Oggetto: I: Q 1428580 - preventivo HC per TUS-AI600 osp. Teramo - RIPARAZIONE SONDA - GUASTO ACCIDENTALE

Salve,

la presente per richiedere conferma della tipologia di guasto come indicato dal fornitore CANON; in particolare risulta che la sonda abbia ricevuto un colpo/urto che ne ha danneggiato i cristalli.

Questo tipo di guasto (GUASTO ACCIDENTALE) non è incluso nel contratto di manutenzione FULL RISK attivo sullo strumento e si dovrà procedere con la sostituzione EXTRA CONTRATTO, a pagamento, della sonda ecografica.

in allegato trovate rapporto di intervento tecnico CANON, relativo preventivo per la sostituzione della sonda e documentazione fotografica attestante il guasto.


Restiamo in attesa di un Vs riscontro per procedere con le azioni conseguenti.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Grazie.

Mirco Fredducci



ASL Ingegneria Clinica

e.mail: _____

Le informazioni e gli allegati contenuti in questa email potrebbero essere confidenziali e riservati. Qualora non foste i destinatari, siete pregati di eliminare questo messaggio e notificarci il problema immediatamente. In ogni caso, non è possibile spedire a terze parti questa email. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.L. n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Da: Crestini, Claudio <Claudio.Crestini@eu.medical.canon>

Inviato: mercoledì 12 ottobre 2022 11:42

A: Ingegneria Clinica <ingegneria.clinica@asiteramo.it>

Cc: Fiore Fabiola <fabiola.fiore@asiteramo.it>; Castagnola Melchiorre Claudio

<claudio.castagnolamelchiorre@asiteramo.it>; SIC Teramo <sic.teramo@hcspa.it>; Maria Grazia Mazzoccoli

<MariaGrazia.Mazzoccoli@hcspa.it>; micheladignazio.sicteramo@gmail.com

<micheladignazio.sicteramo@gmail.com>; Cianfaglioni, Anna <Anna.Cianfaglioni@eu.medical.canon>;

Montalesi, Simona <Simona.Montalesi@eu.medical.canon>

Oggetto: RE: Q 1428580 - preventivo HC per TUS-AI600 osp. Teramo

Ingegneria Clinica	<i>Modulistica</i> RICHIESTA DI FUORI USO DI APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	Documento: PA 07 04
		Revisione n.: 4
		Data: 01/10/2021
		pag. 1 di 1

N° Inventario Tecnico(bianco): AEM 20008

N° Inventario Patrimoniale(grigio): IP _____

PRESIDIO OSPEDALIERO / STRUTTURA AMBULATORIALE: PI TERAMO

UNITA' OPERATIVA: PRONTO SOCCORSO

Centro di Costo: _____

Tipo di apparecchiatura: SOLIDA ELETTRICA

Motivazione della richiesta di fuori uso: QUALITÀ ACQUISITA - NON RIPARABILE

N.B. L'apparecchiatura non possiede alcun valore storico, culturale o scientifico.

DATA: 1/1/2023 vedi doc allegato


TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA U.O./SERVIZIO: _____

Parere tecnico IC: FAVOREVOLE - vedi relazione, data CANON


Data: 23-11-2023

Collaboratore tecnico IC
timbro e firma

Responsabile IC
timbro e firma



**AUSL 4
TERAMO**
INGEGNERIA CLINICA
DIRIGENTE INGEGNERE BIOMEDICO
ING. MIRCO FREDDUCCI



**AUSL 4
TERAMO**
U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA
DIRIGENTE RESPONSABILE
ING. FABIOLA FIORE

[Handwritten signature] 6

PREVENTIVO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO

Jessica.Rosini@hcspa.it
CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1
TERAMO TE

OSPEDALE CIVILE 'G. MAZZINI'
RADIOLOGIA
PIAZZA ITALIA, 1
TERAMO

Prodotto: TUS-AI600/AK
Descrizione: Apilo i600
N.ro di Serie: AKE19Z2214
Sistema: 91.TUS-AI600/AK.IT.0846928
Modalità di pagamento: 60 GG DATA FATTURA

Da: Data: 10-OTT-2022

Numero rif. Canon: Q1481610

Codice cliente: T0B49K4



Descrizione: Offerta sonda PVI-475BT in formula exchange repair

Descrizione	Articolo	Q.tà		IVA
Convex transducer	PVI-475BT	1	6.200,00	22,00%
Prezzo Netto			6.200,00	
IVA			1.364,00	22,00%
Importo Totale			EUR 7.564,00	

Offerta in formula exchange repair tramite sonda nuova di fabbrica con 12 mesi di garanzia.
Inclusa consegna, installazione, collaudo sul posto e ritiro della sonda guasta.

6.000 € + IVA

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

Direttore Tecnico
Procuratore Speciale
Roberto Gargiulo

ING. MIRCO FREDDUCCI
INGEGNERIA CLINICA
BIO MEDICO
TERAMO
AUSL 4

PREVENTIVO

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Tecnico
Procurettore Speciale
Roberto Gargiulo

<p><u>Accettazione Cliente:</u> Numero rif. Canon: Q1481610 Vostro ordine n.ro: Azienda: Nome: Posiz. az.le: Firma: Data:</p>

Nostro Fax n.ro: 06-5204739

PARIALIN

28

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Repair Exchange per Sonda Canon PVI-475BT in uso al Pronto Soccorso del P.O. di Teramo.

Si chiede conferma del preventivo offerta Q 1481610 come modificata con successivi accordi di cui alla mail Crestini/Ingegneria Clinica del 12/10/2022.

Dati Principali

Tipologia di procedura

Affidamento Diretto per Lavori fino a 40.000

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

CIG

ZE839A4B71

CUP



Responsabile

Responsabile del procedimento

LAURA PROSPERI
PRSLRA82B59L103M

Stazione Appaltante


AMMINISTRAZIONI ENTI ED
AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI
> ASL 4 Teramo

Ente Committente


AMMINISTRAZIONI ENTI
ED AZIENDE DEL S.S.N. >
AZIENDE SANITARIE
LOCALI E PROVINCIALI >
ASL 4 Teramo

Date


Inizio presentazione offerte

 24/01/2023 16:52

Termine ultimo presentazione offerte

 27/01/2023 09:00

Limite stipula contratto

 31/05/2023 00:00

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
33124120-2	Apparecchi a ultrasuoni per	Apparecchiature	100

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

00897041000

CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner, with the number '10' written below it.

ACLF

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Repair Exchange per Sonda Canon PVI-475BT in uso al Pronto Soccorso del P.O. di Teramo

NUMERO RDO 3406472

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL 4 Teramo

CF AMMINISTRAZIONE 00115590671

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO

PARTITA IVA

00897041000

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)



Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome**Valore****Valore offerto****6000,00**

Elenco dichiarazioni abilitazione

M

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	22298766,53
---	-------------

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente da: GARGIULO
ROBERTO
Unità organizzativa: non presente
Data: 25/01/2023 09:22:41

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom left corner of the page.

U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA

Ditta: CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO

CIG : ZE839A4B71

Sottoconto: 07.03.03.01.01.00

Spesa anno 2023: € 7.320,00 iva inclusa UA_ING_CLINICA/2023/1/54

Fonte di finanziamento: BILANCIO – FSN

Data 2/2/2023

Il Dirigente Responsabile Ing. Clinica
(Ing. Fabiola Fiore)




U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO

Originale

Il Responsabile
dell'Istruttoria:
Dott.ssa Laura Prosperi

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Mirco Fredducci

Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.S.D.
Ingegneria Clinica
Ing. Fabiola Fiore

Laura Prosperi

Mirco Fredducci

Fabiola Fiore

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale Informatico in data 08 FEB. 2023 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'addetto alla pubblicazione informatica



Gle Ceale

Inviata al Collegio Sindacale in data