

VERBALE DEL 13.09.2022

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

Il giorno **13 del mese di settembre 2022 alle ore 10.02** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1 – III piano – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce in seduta pubblica telematica il Seggio di gara costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. dott.ssa Laura Muscianese Claudiani - funzionario amministrativo presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività telematiche e con funzione di verbalizzante dal dott. Emiliano Capasso, funzionario amministrativo presso la citata U.O.C..

Si procederà allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 20 del disciplinare di gara con rinvio all'art. 5 in caso di partecipazione in forma associata, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE. Preliminarmente, il RUP verificherà a sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, controllerà la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, commi 2. Lettera a), 2-bis e 5, lettera b), del Codice (avviso ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica/PEC, entro cinque giorni).

Si dà atto che la stazione appaltante ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica la nota di chiarimento del 28.07.2022 e che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato all'art.13 del disciplinare per il giorno 19 settembre 2022 ore 12:00, risultano pervenuti n. 13 plichi telematici.

Si procede quindi, in base all'ordine di arrivo, alla effettuazione delle operazioni atte a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara, le cui risultanze vengono sinteticamente descritte nel prospetto allegato denominato "Allegato 1".

Il seggio conclude le operazioni di gara alle ore 14:02 e dichiara conclusa la seduta pubblica.

A conclusione dell'odierna seduta si procederà alla verifica dei *PassOE* prodotti dai concorrenti ed all'acquisizione dei partecipanti sul sistema *AVCPASS* nonché all'attivazione, in caso di ammissione con riserva, dei sub-procedimenti di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 così come richiamato dall'art.14 del disciplinare.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) pagina oltre all'allegato 1 (risultanze istruttorie apertura busta amministrativa).

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Seggio di gara

Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani R.U.P.

Dott. Emiliano Capasso (con funzione verbalizzante)



Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

**Provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni
ex art. 76, comma 2 bis, D. Lgs. n. 50/2016**

Il RUP, come riportato nel verbale della seduta pubblica del 13.09.2022 tenutasi per l'apertura della busta telematica contenete la documentazione amministrativa, ha proceduto allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 20 del disciplinare di gara e precisamente:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, commi 2. Lettera a), 2-bis e 5, lettera b), del Codice (avviso ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica/PEC, entro cinque giorni)

Al termine delle attività istruttorie sulla documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti si riportano, nella tabella che segue, le determinazioni assunte.

N. plico	Ragione sociale ditta	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa	Esito
1	B. Braun Milano Spa	La documentazione presentata è completa e conforme.	Ammesso al prosieguo della procedura.
2	Bertoni Nello Srl	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante; non ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio in sostituzione delle nr. 2 dichiarazioni bancarie; non ha prodotto la ricevuta afferente al pagamento del contributo in favore di ANAC; non ha prodotto la dichiarazione in merito all'accesso agli atti.	Ammesso con riserva.
3	HMC Premedical Spa	La documentazione presentata è completa e conforme.	Ammesso al prosieguo della procedura.
4	Becton Dickinson Italia	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis), f-ter).	Ammesso con riserva.

5	Sanic Srl a socio unico	La documentazione presentata è completa e conforme.	Amnesso al prosieguo della procedura.
6	Cair Italia	La documentazione presentata è completa e conforme.	Amnesso al prosieguo della procedura.
7	SBM Srl	La documentazione presentata è completa e conforme.	Amnesso al prosieguo della procedura.
8	Rays Spa	La documentazione presentata è completa e conforme.	Amnesso al prosieguo della procedura.
9	Benefis Srl	La documentazione presentata è completa e conforme.	Amnesso al prosieguo della procedura.
10	Laws Medical Equipment Srl	La documentazione presentata è completa e conforme.	Amnesso al prosieguo della procedura.
11	Tau Medical Srl	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis). Il Seggio ha rilevato la mancata presentazione della campionatura a corredo dell'offerta e invita l'operatore ad effettuare l'invio.	Amnesso con riserva.
12	ICU Medical Europe Srl	La documentazione presentata è completa e conforme.	Amnesso al prosieguo della procedura.
13	Macropharm Srl	L'operatore economico non ha apposto l'importo di bollo sull'istanza di partecipazione; non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis), f-ter); non ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio in sostituzione delle nr. 2 dichiarazioni bancarie; non ha prodotto la certificazione ISO 9001; l'importo a base di gara sul quale è stata calcolata la polizza è errato.	Amnesso con riserva.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della stazione appaltante.

Teramo, 13.09.2022

VERBALE DEL 03.10.2022

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

Il giorno **03 del mese di ottobre 2022 alle ore 09:00** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1 – III piano – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce in seduta riservata il Seggio di gara costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. dott.ssa Laura Muscianese Claudiani - funzionario amministrativo presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività telematiche e con funzione di verbalizzante dal dott. Emiliano Capasso, funzionario amministrativo presso la citata U.O.C..

Si dà atto che la stazione appaltante, a seguito dell'apertura delle buste amministrative avvenuta in modalità telematica in data 13.09.2022, ha ammesso con riserva gli operatori economici Bertoni Nello srl, Becton Dickinson Italia, Tau medica srl e Macropharm srl per le motivazioni riportate nel provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni, cui si fa espresso rinvio *per relationem* e, per conseguenza, ha attivato la procedura di soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del disciplinare di gara.

I concorrenti hanno trasmesso la documentazione richiesta a mezzo di piattaforma telematica che, in data odierna, viene acquisita e valutata dal seggio di gara come da tabella di seguito riportata:

Ragione sociale ditta	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa post soccorso istruttorio	Esito
Bertoni Nello Srl	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante; non ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio in sostituzione delle nr. 2 dichiarazioni bancarie; non ha prodotto la ricevuta afferente al pagamento del contributo in favore di ANAC; non ha prodotto la dichiarazione in merito all'accesso agli atti.	L'operatore economico non ha prodotto il DGUE messa a disposizione dalla stazione appaltante contenente anche le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative. che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative. L'operatore economico non ha prodotto la ricevuta afferente al pagamento del contributo in favore di ANAC ma ha riprodotto il Pass.OE. Il pagamento è previsto a pena d'esclusione dall'art. 12 del disciplinare di gara.	Escluso
Becton Dickinson Italia	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis), f-ter).	L'operatore economico ha prodotto quanto richiesto	Ammesso
Tau Medical Srl	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)	L'operatore economico ha prodotto quanto richiesto	Ammesso

	lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis). Il Seggio ha rilevato la mancata presentazione della campionatura a corredo dell'offerta e invita l'operatore ad effettuare l'invio.		
Macropharm Srl	L'operatore economico non ha apposto l'importo di bollo sull'istanza di partecipazione; non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis), f-ter); non ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio in sostituzione delle nr. 2 dichiarazioni bancarie; non ha prodotto la certificazione ISO 9001; l'importo a base di gara sul quale è stata calcolata la polizza è errato.	L'operatore economico ha trasmesso imposta di bollo annullata. L'operatore economico non ha prodotto il DGUE messa a disposizione dalla stazione appaltante contenente anche le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative. che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative. L'operatore economico ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio ed ha prodotto la certificazione ISO 9001. L'operatore economico ha presentato una polizza provvisoria (relativa ai lotti nr. 1 e 3) calcolata su una base di € 680.000,00 anziché € 740.000,00. La garanzia presentata, di valore inferiore a quanto richiesto negli atti di gara, non è stata sanata.	Escluso

Pertanto il seggio ammette gli operatori economici Becton Dickinson Italia e Tau Medical Srl al prosieguo della procedura mentre esclude i concorrenti Bertoni Nello Srl e Macropharm Srl, dando mandato al segretario per le comunicazioni di rito.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) pagina oltre all'allegato 1 (risultanze istruttorie apertura busta amministrativa post soccorso istruttorio).

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Seggio di gara

Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani R.U.P.

Dott. Emiliano Capasso (con funzione verbalizzante)



Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

**Provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni
 ex art. 76, comma 2 bis, D. Lgs. n. 50/2016 post procedimento di soccorso istruttorio**

Il RUP, come riportato nel verbale della seduta riservata del 03.10.2022 tenutasi per la verifica della documentazione trasmessa a seguito dell'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio, ha assunto le seguenti determinazioni:

Ragione sociale ditta	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa post soccorso istruttorio	Esito
Bertoni Nello Srl	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante; non ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio in sostituzione delle nr. 2 dichiarazioni bancarie; non ha prodotto la ricevuta afferente al pagamento del contributo in favore di ANAC; non ha prodotto la dichiarazione in merito all'accesso agli atti.	L'operatore economico non ha prodotto il DGUE messa a disposizione dalla stazione appaltante contenente anche le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative. che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative. L'operatore economico non ha prodotto la ricevuta afferente al pagamento del contributo in favore di ANAC ma ha riprodotto il Pass.OE. Il pagamento è previsto a pena d'esclusione dall'art. 12 del disciplinare di gara.	Escluso
Becton Dickinson Italia	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis), f-ter).	L'operatore economico ha prodotto quanto richiesto	Ammesso
Tau Medical Srl	L'operatore economico non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis). Il Seggio ha rilevato la mancata presentazione della campionatura a corredo dell'offerta e invita l'operatore ad effettuare l'invio.	L'operatore economico ha prodotto quanto richiesto	Ammesso
Macropharm Srl	L'operatore economico non ha apposto l'importa di bollo sull'istanza di partecipazione; non ha compilato il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante bensì un altro modello. Nel DGUE trasmesso mancano, in relazione alla sezione "PARTE III: MOTIVI DI	L'operatore economico ha trasmesso imposta di bollo annullata. L'operatore economico non ha prodotto il DGUE messa a disposizione dalla stazione appaltante contenente anche le cause di esclusione di cui all'art. 80,	Escluso

	<p>ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice lettera D" le dichiarazioni di cui all'art. articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f-bis), f-ter); non ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio in sostituzione delle nr. 2 dichiarazioni bancarie; non ha prodotto la certificazione ISO 9001; l'importo a base di gara sul quale è stata calcolata la polizza è errato.</p>	<p>comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative. che, tuttavia, sono state rese nel modello dichiarazioni integrative.</p> <p>L'operatore economico ha presentato le motivazioni in merito alla presentazione del bilancio ed ha prodotto la certificazione ISO 9001.</p> <p>L'operatore economico ha presentato una polizza provvisoria (relativa ai lotti nr. 1 e 3) calcolata su una base di € 680.000,00 anziché € 740.000,00. La garanzia presentata, di valore inferiore a quanto richiesto negli atti di gara, non è stata sanata.</p>	
--	--	--	--

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della stazione appaltante.

Teramo, 03.10.2022

VERBALE DEL 26.10.2022

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

Il giorno **26 del mese di ottobre 2022 alle ore 09.30** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1 – III piano – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce in seduta riservata il Seggio di gara costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. dott.ssa Laura Muscianese Claudiani - funzionario amministrativo presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito con funzione di verbalizzante dal dott. Emiliano Capasso, funzionario amministrativo presso la citata U.O.C..

A seguito della verifica della busta amministrativa inviata dall'operatore economico Macropharm, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per le seguenti non conformità:

- 1 il DGUE è stato presentato su modello differente da quello messo a disposizione dalla stazione appaltante (mancano alcune dichiarazioni);
- 2 in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara il seggio di gara ha rilevato l'assenza delle motivazioni circa la presentazione del bilancio;
- 3 non è stata presentata una garanzia provvisoria di importo errato (inferiore a quanto previsto all'art. 10 del Disciplinare di Gara);
- 4 non è stata presentata la certificazione iso 9001 eventualmente utile alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- 5 la domanda di partecipazione non è corredata da marca da bollo opportunamente annullata (si richiede documento attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo anche in maniera virtuale).

L'operatore economico Macropharm Srl, con successivo provvedimento del 03/10/2022, trasmesso in pari data sulla piattaforma telematica S.tella, è stato escluso dalla partecipazione alla procedura di che trattasi (nello specifico lotti nnrr. 1 e 3) poiché, ha prodotto tutta la documentazione richiesta ad eccezione dell'integrazione della polizza fideiussoria che è stata calcolata su una base d'asta di € 680.000,00 anziché € 740.000,00.

Il concorrente, con formale nota del 24/10/2022, lamenta la *"non chiara e di dubbia interpretazione richiesta di soccorso istruttorio"* e chiede la riammissione per il solo lotto nr. 1, sufficientemente coperto dalla cauzione allegata all'offerta di gara.

Dall'analisi delle richieste della stazione appaltante e delle doglianze mosse dal concorrente è in effetti emerso che al punto 3 delle richieste integrative vi è un errore di battitura nella misura in cui è riportato che: **"non** è stata presentata una garanzia provvisoria di importo errato (inferiore a quanto previsto all'art. 10 del Disciplinare di Gara)". Tuttavia, il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni del 13/09/2022 riporta la dicitura *"L'importo a base di gara sul quale è stata calcolata la polizza è errato"*, senza ulteriori specificazioni.

Tutto ciò premesso, poiché la dicotomia tra quanto riportato nella comunicazione di integrazione e nel pedissequo provvedimento può generare una dubbia interpretazione e, in effetti, la cauzione è tale da soddisfare i requisiti di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara per uno solo dei lotti di partecipazione, il seggio ritiene di riammettere il concorrente alla procedura per il solo lotto nr. 1 e conferma l'esclusione per il lotto nr. 3.

Concluse le operazioni alle ore 10:15 il seggio dichiara conclusa la seduta pubblica e demanda al segretario per la convocazione della seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica, presentata dal concorrente Macropharm, in relazione al solo lotto nr. 1.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) pagina oltre all'allegato 1 (risultanze istruttorie apertura busta amministrativa rettificata).

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Seggio di gara

Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani R.U.P.

Dott. Emiliano Capasso (con funzione verbalizzante)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Laura Muscianese Claudiani'.

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

**Provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni
ex art. 76, comma 2 bis, D. Lgs. n. 50/2016. Riammissione**

Il RUP, come riportato nel verbale della seduta riservata del 26.10.2022 tenutasi per la verifica delle doglianze mosse dall'operatore economico Macropharm srl a seguito della comunicazione di esclusione, ha assunto le seguenti determinazioni:

Ragione sociale ditta	Eccezioni sollevate a seguito della comunicazione di esclusione	Istruttoria stazione appaltante	Esito
Macropharm Srl	Il concorrente, con formale nota del 24/10/2022, lamenta la "non chiara e di dubbia interpretazione richiesta di soccorso istruttorio" e chiede la riammissione per il solo lotto nr. 1, sufficientemente coperto dalla cauzione allegata all'offerta di gara.	<p>Dall'analisi delle richieste della stazione appaltante e delle doglianze mosse dal concorrente è in effetti emerso che al punto 3 delle richieste integrative vi è un errore di battitura nella misura in cui è riportato che: "non è stata presentata una garanzia provvisoria di importo errato (inferiore a quanto previsto all'art. 10 del Disciplinare di Gara)". Tuttavia, il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni del 13/09/2022 riporta la dicitura "L'importo a base di gara sul quale è stata calcolata la polizza è errato", senza ulteriori specificazioni.</p> <p>Poiché la dicotomia tra quanto riportato nella comunicazione di integrazione e nel pedissequo provvedimento può generare una dubbia interpretazione e, in effetti, la cauzione è tale da soddisfare i requisiti di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara per uno solo dei lotti di partecipazione, il seggio ritiene di riammettere il concorrente alla procedura per il solo lotto nr. 1 e conferma l'esclusione per il lotto nr. 3.</p>	Lotto 1: ammesso Lotto 3: escluso

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della stazione appaltante.

Teramo, 26.10.2022

VERBALE SEDUTA RISERVATA DEL 29.11.2022

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

Il giorno **29 del mese di novembre 2022 alle ore 15:00** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1 – III piano – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce in seduta riservata la commissione giudicatrice nominata con provvedimento n. 94777 del 05/10/2022, presieduta dalla dott.ssa Emanuela Di Francesco Dirigente Farmacista dell'U.O.S.D. Farmacia Ospedaliera del P.O. di Atri, sono altresì presenti la dott.ssa Gabriella Caliendo Dirigente Farmacista dell'U.O.S.D. Farmacia Ospedaliera del P.O. di S. Omero e la dott.ssa Filomena Cannita Coordinatore dell'UOSD di P.S./OBI del P.O. di S. Omero in qualità di componenti, assistita per il disbrigo delle attività, dal dott. Emiliano Capasso, collaboratore Amm.vo dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi quest'ultimo con funzione verbalizzante

La commissione riprende le attività di valutazione delle offerte tecniche così come previste all'art. 21 del disciplinare di gara secondo le modalità e sulla base dei criteri previsti all'art. 19 dello stesso.

Al termine dell'attività di valutazione le risultanze della stessa sono riportate sinteticamente nelle schede allegate al presente verbale

La commissione termina i lavori alle ore 15:50 e dichiara conclusa la seduta riservata.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) pagina oltre all'allegato 1 (risultanze valutazione commissione giudicatrice).

Letto, confermato, sottoscritto.


La commissione giudicatrice

Dott.ssa Emanuela Di Francesco - Presidente

Dott.ssa Gabriella Caliendo - componente

Dott.ssa Filomena Cannita - componente

Dott. Emiliano Capasso segretario (con funzione verbalizzante)



Three handwritten signatures are present, corresponding to the members of the judging commission listed on the left. The first signature is clearly legible as 'Emanuela Di Francesco'. The other two are less legible but appear to be 'Gabriella Caliendo' and 'Filomena Cannita'.

3	9249919A40	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm</p> <p>Camera di gocciolamento grande e max. 20 e min 18 azzaggi cm), con filtro da 15 micron</p> <p>tubo flessibile, privo di strozzatura e di effetto memoria, lunghezza 200 cm +/- 10 cm, diametro interno circa 2,5 mm (range +/- 10%), raccordo a "Y" needle free multidirezionale a valle della roller clamp</p> <p>Luer lock girevole dotato di tappino</p> <p>1 Roller Clamp</p> <p>Latax- Free e Flatli Free</p>	ICU MEDICAL EUROPE SRL	NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA IL PUNTO DI INIEZIONE NEEDLE FREE SUL RACCORDO AD Y	
3	9249929E23	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm</p> <p>Clamp a pressione, connettore ad Y, valvola bidirezionale needle free a monte della clamp a pressione.</p> <p>Valvola Unidirezionale con attacco Luer Lock per la connessione alla linea principale, con capsula con filtro idrofobico.</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 2,5 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	HMC FREMEDICAL SPA	NON CONFORME IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA IL TAPPO APRICHIUDI E NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA MANCA LA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA FUNZIONALE COME RICHIESTA DALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO TECNICO.	70,00
3	9249929E23	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm</p> <p>Clamp a pressione, connettore ad Y, valvola bidirezionale needle free a monte della clamp a pressione.</p> <p>Valvola Unidirezionale con attacco Luer Lock per la connessione alla linea principale, con capsula con filtro idrofobico.</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 2,5 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	SANIC SRL	CONFORME	70,00
3	9249929E23	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm</p> <p>Clamp a pressione, connettore ad Y, valvola bidirezionale needle free a monte della clamp a pressione.</p> <p>Valvola Unidirezionale con attacco Luer Lock per la connessione alla linea principale, con capsula con filtro idrofobico.</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 2,5 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	SBM SRL	CONFORME	60,00
3	9249929E23	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm</p> <p>Clamp a pressione, connettore ad Y, valvola bidirezionale needle free a monte della clamp a pressione.</p> <p>Valvola Unidirezionale con attacco Luer Lock per la connessione alla linea principale, con capsula con filtro idrofobico.</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 2,5 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL	NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA IL TAPPO APRICHIUDI E NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA MANCA LA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA FUNZIONALE COME RICHIESTA DALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO TECNICO.	
3	9249929E23	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm</p> <p>Clamp a pressione, connettore ad Y, valvola bidirezionale needle free a monte della clamp a pressione.</p> <p>Valvola Unidirezionale con attacco Luer Lock per la connessione alla linea principale, con capsula con filtro idrofobico.</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 2,5 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	ICU MEDICAL EUROPE SRL	CONFORME	60,00
4	9249944F40	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm. Valvola unidirezionale in linea. Camera di gocciolamento, 20 gocce/ml, filtro 15 µm, volume di riempimento circa 13 ml, dotato di copri vaschetta ambrato.</p> <p>1 Clamp a pressione</p> <p>1 Roller clamp</p> <p>5 connettori ad Y, valvola bidirezionale needle free a valle della clamp a pressione</p> <p>Luer Lock maschio girevole con capsula con filtro idrofobico</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 11,9 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	HMC FREMEDICAL SPA	NON CONFORME IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA 4 CONNETTORI AD Y ANCHE 5	
4	9249944F40	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm. Valvola unidirezionale in linea. Camera di gocciolamento, 20 gocce/ml, filtro 15 µm, volume di riempimento circa 13 ml, dotato di copri vaschetta ambrato.</p> <p>1 Clamp a pressione</p> <p>1 Roller clamp</p> <p>5 connettori ad Y, valvola bidirezionale needle free a valle della clamp a pressione</p> <p>Luer Lock maschio girevole con capsula con filtro idrofobico</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 11,9 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	SANIC SRL	CONFORME	70,00
4	9249944F40	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm. Valvola unidirezionale in linea. Camera di gocciolamento, 20 gocce/ml, filtro 15 µm, volume di riempimento circa 13 ml, dotato di copri vaschetta ambrato.</p> <p>1 Clamp a pressione</p> <p>1 Roller clamp</p> <p>5 connettori ad Y, valvola bidirezionale needle free a valle della clamp a pressione</p> <p>Luer Lock maschio girevole con capsula con filtro idrofobico</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 11,9 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	SBM SRL	CONFORME	70,00
4	9249944F40	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm. Valvola unidirezionale in linea. Camera di gocciolamento, 20 gocce/ml, filtro 15 µm, volume di riempimento circa 13 ml, dotato di copri vaschetta ambrato.</p> <p>1 Clamp a pressione</p> <p>1 Roller clamp</p> <p>5 connettori ad Y, valvola bidirezionale needle free a valle della clamp a pressione</p> <p>Luer Lock maschio girevole con capsula con filtro idrofobico</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 11,9 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL	NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA IL TAPPO APRICHIUDI E NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA MANCA LA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA FUNZIONALE COME RICHIESTA DALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO TECNICO.	
4	9249944F40	<p>Perforatore a due vie per filarene/saccalcofilas, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo apribili) idrofobico con porosità 1,2 µm. Valvola unidirezionale in linea. Camera di gocciolamento, 20 gocce/ml, filtro 15 µm, volume di riempimento circa 13 ml, dotato di copri vaschetta ambrato.</p> <p>1 Clamp a pressione</p> <p>1 Roller clamp</p> <p>5 connettori ad Y, valvola bidirezionale needle free a valle della clamp a pressione</p> <p>Luer Lock maschio girevole con capsula con filtro idrofobico</p> <p>Tubalismo in Polietilene (PE) ambrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (ipid, emodivertivi e chemioterapici)</p> <p>Volume di riempimento: circa 11,9 ml</p> <p>PVC DEHP -FREE - Latax- Free e Flatli Free</p>	ICU MEDICAL EUROPE SRL	NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA IL TAPPO APRICHIUDI E NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA MANCA LA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA FUNZIONALE COME RICHIESTA DALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO TECNICO.	

del. con Emanuele Di Francesco - Presidente
del. con Gabriella Calabro - Componente
del. con Flaminia Corrao - Componente

Emmanuel Di Francesco
Gabriella Calabro
Flaminia Corrao

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di deflussori per le esigenze della ASL di Teramo.
N. gara Simog 8581748

MR Loto	CIG	DESCRIZIONE	OPERATORE ECONOMICO	CONFORME NON CONFORME	PUNTEGGIO TECNICO
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	B. BRAUN MILANO SPA	<p>NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA LA ROLLER CLAMP NE LA DOPPIA SCALA SUL REGOLATORE</p>	
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	HMC FREMEDICAL SPA	<p>NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NELLA SCHEDA TECNICA NON E' INDICATO IL VOLUME DI RIEMPIMENTO RICHIESTO ESPlicitAMENTE COME "NON INFERIORE A 18 ML"</p>	66,42
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria, con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	BECTON DICKINSON	<p>CONFORME</p>	66,42
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria, con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	SANIC SRL	<p>CONFORME</p>	66,42
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	CAR ITALIA	<p>NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' NON PRESENTA IL PUNTO DI IGNEZIONE AD Y</p>	
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	SBM SRL	<p>NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA POICHE' SEBBENE VI SIA UNA DICHIARAZIONE AFFERENTE AL VOLUME DI RIEMPIMENTO (CHE INDICA, GENERICAMENTE >>> A 18 ML), LA STESSA NON E' VERIFICABILE NELLA SCHEDA TECNICA.</p>	70,000
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	RAYS SPA	<p>CONFORME</p>	70,000
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	BENEFS SRL	<p>NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA PER LA QUALITA' DEI MATERIALI IN QUANTO PRESENTA UN ECCESSIVO "EFFETTO MEMORIA"</p>	
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	TAU MEDICA SRL	<p>NON CONFORME. IL DISPOSITIVO NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAGLI ATTI DI GARA PER LA QUALITA' DEI MATERIALI IN QUANTO PRESENTA UN ECCESSIVO "EFFETTO MEMORIA" E STROZZATURE</p>	
1	9249905F11	<ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idrofilo con tappo apertochiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needs free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock grande - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Flatiti free 	MACROPHARM SRL	<p>NON CONFORME. NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NON SONO PRESENTI LE CERTIFICAZIONI E LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAGLI ATTI DI GARA E NELLA SCHEDA TECNICA NON E' INDICATO IL VOLUME DI RIEMPIMENTO</p>	
1	9249919A40	<ul style="list-style-type: none"> - Perforatore con capogocce di protezione - presa d'aria antibatterica - Camera di gocciolamento grande o max. 20 e min. 18 altezza(9 cm), con filtro da 15 micron - tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria. lunghezza 200 cm +/- 10 cm, diametro interno circa 2,5 mm (range +/- 10%). - raccordo a "Y" needs free bidirezionale a valle della roller clamp - Luer lock grande dotato di stoppo - 1 Roller Clamp - Latex- Free e Flatiti free 	BENEFS SRL	<p>CONFORME</p>	70,000

Emble
Abs 6 Ad

LOTTO 1

9249905F11

Deflussore a gravità con regolatore di flusso: - Lunghezza totale del dispositivo 200 cm (range +/- 10%) - Volume di riempimento: non inferiore a 18 ml - tubo flessibile , privo di strozzature e di effetto memoria,con diametro interno di circa 3 mm (range +/- 10%). - 1 Spike con presa d'aria con filtro idroibico con tappo aperto/chiuso - 1 punto di iniezione valvolato a Ya valle della roller clamp, sistema needle free bidirezionale - 1 Roller Clamp - Regolatore di flusso a tamburo a doppia scala graduata con velocità impostabili da 5 a 250 ml/h - Luer lock girevole - camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron - PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Ftalati free

CRITERI	DITTE	D.F.	Cal	Can	Moe	Mpg	V(a)	WI	C(a)	VALUTAZIONE SINTETICA
CRITERIO 1 Caratteristiche dello spike: Indormabilità, Assenza di asperità, Qualità della presa d'aria	BECTON DICKINSON	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	15	15	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		15	
	RAYS SPA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		15	
CRITERIO 2 Caratteristiche della camera di gocciolamento e tubo di deflusso: Trasparenza (per deflussori dedicati a farmaci non fotosensibili), Flessibilità, Superficie utile di filtrazione.	BECTON DICKINSON	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	20	20	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		20	
	RAYS SPA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		20	
CRITERIO 3 Caratteristiche del dispositivo stringitubo e della rotella: Capacità di arrestare completamente la caduta di liquido e di controllare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo e senza alterare il proprio funzionamento	BECTON DICKINSON	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,85714286	15	12,86	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Rays risponde al criterio in esame e per capacità di arrestare completamente la caduta di liquido e di controllare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo e senza alterare il proprio funzionamento, attribuisce un giudizio in termini di buono. Al prodotti offerti dai concorrenti BD e Sanic, seppur rispondenti a quanto richiesto, la commissione in relazione a quanto sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	SANIC SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,85714286		12,86	
	RAYS SPA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		15	
CRITERIO 4 Maneggevolezza e praticità d'uso	BECTON DICKINSON	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	10	10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		10	
	RAYS SPA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		10	
CRITERIO 5 Confezionamento ed etichettatura: caratteristiche afferenti al confezionamento con invito all'apertura e facilità nell'apertura che garantisce la sterilità e qualità/chiarità/immediatezza delle informazioni	BECTON DICKINSON	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,85714286	10	8,57	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Rays risponde al criterio in esame e per maggiore chiarezza ed immediatezza delle informazioni attribuisce un giudizio in termini di buono. Al prodotti offerti dai concorrenti BD e Sanic, seppur rispondenti a quanto richiesto, la commissione in relazione a quanto sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	SANIC SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,85714286		8,57	
	RAYS SPA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		10	

PUNTEGGI FINALI RIPARAMETRATI	
BECTON DICKINSON	66,42
SANIC SRL	66,42
RAYS SPA	70,00

dott.ssa Emanuela Di Francesco - Presidente
dott.ssa Gabriella Caliendo - Componente
dott.ssa Fiorenza Cannita - Componente

Emanuela Di Francesco
Gabriella Caliendo
Fiorenza Cannita



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di deflussori per le esigenze della ASL di Teramo.
N. gara Simog 8581748

LOTTO 2

9249919AA0

Deflussore per la somministrazione di soluzioni infusionali a caduta: - Perforatore con cappuccio di protezione - presa d'aria antibatterica - Camera di gocciolamento grande Ø max 20 e min 18 altezza(9 cm), con filtro da 15 micron, tubo flessibile, privo di strozzature e di effetto memoria, lunghezza 200 cm +/- 10 cm, diametro interno circa 2,5 mm (range +/- 10%). Raccordo a "Y" needle free multidirezionale a valle della roller clamp, luer lock girevole dotato di tappino, 1 Roller Clamp, Latex- Free e Flatall free

CRITERI	DITTE	D.F.	Cal	Can	Moe	Mpg	V(a)	WI	C(a)	VALUTAZIONE SINTETICA
CRITERIO 1 Caratteristiche dello spike: Indeformabilità, Assenza di asperità, Qualità della presa d'aria	BENEFIS SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	15	15	La commissione all'unanimità attribuisce un giudizio in termini di appena accettabile
CRITERIO 2 Caratteristiche della camera di gocciolamento e tubo di deflusso: Trasparenza (per deflussori dedicati a farmaci fotosensibili), Flessibilità, Superficie utile di filtrazione.	BENEFIS SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	20	20	La commissione all'unanimità attribuisce un giudizio in termini di appena accettabile
CRITERIO 3 Caratteristiche del dispositivo stringitubo e della rotella: Capacità di arrestare completamente la caduta di liquido e di controllare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo e senza alterare il proprio funzionamento	BENEFIS SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	15	15	La commissione all'unanimità attribuisce un giudizio in termini di appena accettabile
CRITERIO 4 Maneggevolezza e praticità d'uso	BENEFIS SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	10	10	La commissione all'unanimità attribuisce un giudizio in termini di appena accettabile
CRITERIO 5 Confezionamento ed etichettatura: caratteristiche afferenti al confezionamento con invito all'apertura e facilità nell'apertura che garantisce la sterilità e qualità/chiarzza/medietàzza delle informazioni	BENEFIS SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	10	10	La commissione all'unanimità attribuisce un giudizio in termini di appena accettabile

PUNTEGGI FINALI RIPARAMETRATI	70,000
BENEFIS SRL	70,000

dott.ssa Emanuela Di Francesco - Presidente
 dott.ssa Gabriella Calendo - Componente
 dott.ssa Filomena Canita - Componente
Emanuela Di Francesco
Gabriella Calendo
Filomena Canita



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di diffusori per le esigenze della ASL di Teramo.
N. gara Simog 8581748

LOTTO 3

92499292E3

Dispositivo ambato per diluizione di farmaci fotosensibili: Perforatore a due vie per fiascone/sacca/colliac, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo aprichiusura) idrofobico con porosità 1,2 µm, Clamp a pressione, connettore ad Y, valvola bidirezionale needle free a monte della clamp a pressione, Valvola Unidirezionale con attacco Luer Lock per la connessione alla linea principale, con capsula con filtro idrofobico; Tubatismo in Poluretano (PUR) ambato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%),o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (lipidi, emoderivati e chemioterapici). Volume di riempimento: circa 2,5 ml, PVC DEHP -FREE - Latex- Free e Ftalati free

CRITERI	DITTE	D.F.	Cal	Can	Moe	Mpg	Va)	Wl	C(a)	VALUTAZIONE SINTETICA
CRITERIO 1 Caratteristiche dello spike: Indelormabilità, Assenza di asperità, Qualità della presa d'aria	SANIC SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	15	15	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per qualità dello spike attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	SBM SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	12,5	12,5	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche della camera di gocciolamento e tubo di deflusso attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	ICU MEDICAL EUROPE SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	12,5	12,5	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche del dispositivo stringitubo e della rotella attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
CRITERIO 2 Caratteristiche della camera di gocciolamento e tubo di deflusso: Trasparenza (per diffusori dedicati a farmaci non fotosensibili), Flessibilità, Superficie utile di filtrazione.	SANIC SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	20	20	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche della camera di gocciolamento e tubo di deflusso attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	SBM SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	16,67	16,67	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche del dispositivo sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	ICU MEDICAL EUROPE SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	16,67	16,67	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche del dispositivo sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
CRITERIO 3 Caratteristiche del dispositivo stringitubo e della rotella: Capacità di arrestare completamente la caduta di liquido e di controllare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo e senza alterare il proprio funzionamento	SANIC SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	15	15	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche del dispositivo stringitubo e della rotella attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	SBM SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	12,5	12,5	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche del dispositivo sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	ICU MEDICAL EUROPE SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	12,5	12,5	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per le caratteristiche del dispositivo sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
CRITERIO 4 Maneggevolezza e praticità d'uso	SANIC SRL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	10	10	La commissione all'unanimità ritiene che il prodotto dell'operatore Sanic risponde al criterio in esame e per maneggevolezza del dispositivo attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	SBM SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	8,33	8,33	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in relazione a quanto sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	ICU MEDICAL EUROPE SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,83	8,33	8,33	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in relazione a quanto sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
CRITERIO 5 Confezionamento ed etichettatura: caratteristiche afferenti al confezionamento con invito all'apertura e facilità nell'apertura che garantisce la sterilità e qualità/chiarrezza/medialtezza delle informazioni	SANIC SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	10	10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in relazione a quanto sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	SBM SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	10	10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in relazione a quanto sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.
	ICU MEDICAL EUROPE SRL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	10	10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in relazione a quanto sopra attribuisce un giudizio in termini di accettabile.

PUNTEGGI FINALI RIPARAMETRATI	
70,000	SANIC SRL
60,000	SBM SRL
60,000	ICU MEDICAL EUROPE SRL

dott.ssa Emanuela Di Francesco - Presidente

dott.ssa Gabriella Caliendo - Componente

dott.ssa Filomena Cannita - Componente

Chiaro De Luca
Roberto
Filomena Cannita



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di diffusori per le esigenze della ASL di Teramo.
N. gara Simog 8581748

LOTTO 4
9249944F40

Dispositivo ambrato per somministrazione di farmaci fotosensibili: Perforatore a due vie per flacone/sacca/colliac, con cappuccio di protezione, dotato di filtro aria (con tappo aprichiodi) idrobico con porosità 1,2 µm. Valvola unidirezionale in linea. Camera di Gocciolamento, 20 gocce/ml, filtro 15 µm, volume di riempimento circa 13 ml, dotata di copri vaschetta ambrato. 1 Clamp a pressione, 1 Roller clamp, 5 connettori ad Y, valvola bidirezionale needle free a valle della clamp a pressione, Luer Lock maschio girevole con capsula con filtro idrobico, Tubatomo in Poliuretano (PUR) ambtrato, diametro interno circa 3 mm (range +/- 10%), o materiale con analoghe proprietà di stabilità chimica e biocompatibilità (lipidi, emoderivati e chemioterapici), Volume di riempimento: circa 11,9 ml, PVC DEHP -FREE- Latex- Free e Ftalati free

CRITERI	DITTE	D.F.	Cal	Can	Moe	Mpg	V(a)	Wt	C(a)	VALUTAZIONE SINTETICA
CRITERIO 1 Caratteristiche dello spike: indeformabilità, Assenza di asperità, Qualità della presa d'aria	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	15	15	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SBM SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		15	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
CRITERIO 2 Caratteristiche della camera di gocciolamento e tubo di diffusore: Trasparenza (per diffusori dedicati a farmaci non fotosensibili), Flessibilità, Superficie utile di filtrazione.	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	20	20	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SBM SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		20	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
CRITERIO 3 Caratteristiche del dispositivo stringitubo e della rotella: Capacità di arrestare completamente la caduta di liquido e di controllare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo e senza alterare il proprio funzionamento	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	15	15	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SBM SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		15	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
CRITERIO 4 Maneggevolezza e praticità d'uso	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	10	10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SBM SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
CRITERIO 5 Confezionamento ed etichettatura: caratteristiche afferenti al confezionamento con invito all'apertura e facilità nell'apertura che garantisce la sterilità e qualità/chiarzza/immediatezza delle informazioni	SANIC SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	10	10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono
	SBM SRL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1		10	La commissione all'unanimità ritiene che i prodotti si equivalgono e pertanto attribuisce un giudizio in termini di buono

PUNTEGGI FINALI RIPARAMETRATI	
70,000	SANIC SRL
70,000	SBM SRL

dott.ssa Emanuela Di Francesco - Presidente
dott.ssa Gabriella Caliendo - Componente
dott.ssa Filomena Canilla - Componente

Emilia Di Francesco
Gabriella Caliendo
Filomena Canilla

VERBALE DEL 20.12.2022

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di deflussori da destinare alla ASL di Teramo. Nr. gara Simog 8581748

Verbale seduta riservata per procedimento anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016

Il giorno **20 del mese di dicembre 2022 alle ore 10.30** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo sita in Teramo Circonvallazione Ragusa 1 – III piano – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, il R.U.P. dott.ssa Laura Muscianese Claudiani assistita per il disbrigo delle attività telematiche e con funzione di verbalizzante dal dott. Emiliano Capasso, entrambi funzionari amministrativi presso la citata U.O.C., procede all'esame della documentazione giustificativa trasmessa dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto a seguito di comunicazione a mezzo di piattaforma telematica, le cui offerte sono risultate in sospetto di anomalia come da verbale di seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 29.11.2022.

Il R.U.P. esamina le giustificazioni prodotte e procede alla valutazione delle stesse. Dopo un accurato ed attento esame, ritiene le giustificazioni prodotte, a cui si fa rinvio *per relationem*, sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte presentate che risultano quindi essere congrue, serie e sostenibili.

Le risultanze di valutazione sono analiticamente descritte nell'allegato riassuntivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale (all.1).

A questo punto il R.U.P., in base alla graduatoria scaturita nella richiamata seduta pubblica del 29.11.2022, procederà a formalizzare le proposte di aggiudicazione sulla piattaforma telematica e provvederà a comunicare l'esito del procedimento di anomalia agli operatori economici partecipanti alla procedura di che trattasi.

Alle ore 11:20 il R.U.P. dichiara chiusa la seduta demandando al segretario le consequenziali comunicazioni.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale composto di n. 1 (una) pagina oltre allegato.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Seggio di gara

Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani R.U.P.

Dott. Emiliano Capasso (con funzione verbalizzante)



Ragione Sociale	Graduatoria	Posizione	Lotto	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	TIPOLOGIA FORNITURA	QUANTITA'	UM OGGETTO INIZIATIVA	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UMI IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)
RAVS S.p.A.	1	Aggiudicatario proposto	1	9249905F11	Deflussore a gravità con regolatore di flusso	ACQUISTO	280.000,000	PEZZO	560.000,00	0,72	201.600,00
BENEFIS S.R.L.	1	Aggiudicatario proposto	2	9249919AA0	Deflussore per la somministrazione di soluzioni infusionali a caduta	ACQUISTO	1.600.000,000	PEZZO	800.000,00	0,38	608.000,00
SANIC SRL A SOGIO UNICO	1	Aggiudicatario proposto	3	92499292E3	Dispositivo ambrato per diluizione di farmaci fotosensibili	ACQUISTO	60.000,000	PEZZO	180.000,00	1,22	73.200,00
SANIC SRL A SOGIO UNICO	1	Aggiudicatario proposto	4	9249944F40	Dispositivo ambrato per somministrazione di farmaci fotosensibili	ACQUISTO	4.000,000	PEZZO	20.000,00	3,28	13.120,00