

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1234 del 22 GIU. 2022

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service, di sistemi analitici per emogasanalisi per le esigenze dell'ASL di Teramo - CIG 902072381B - C.U.I. F00115590671201900117. Provvedimento di aggiudicazione e approvazione quadro economico.

Data 15/06/2022 Firma [Signature] Data 15/06/2022 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)
Data 17.6.2022 Firma [Signature]
Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole
(con motivazioni allegata al presente atto)

Data 20-6-2022



Firma [Signature]
Direttore Amministrativo: Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole
(con motivazioni allegata al presente atto)

Data 20-6-2022



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671
Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 1245/2021 è stata indetta "procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in lotti distinti, di sistemi analitici per emogasanalisi e sistemi per l'esecuzione di analisi in sedi decentrate (POCT) per le esigenze dell'ASL di Teramo" del valore complessivo di € 4.743.000,00 iva esclusa, comprensivo dell'opzione di: rinnovo biennale, estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità e proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016;
- con il richiamato atto deliberativo n. 1245/2021 sono stati altresì approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., schema di disciplinare di gara e schema capitolato speciale d'appalto;
- sono stati quindi assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto, con pubblicazione e invio dell'avviso di gara e del bando secondo le prescrizioni e procedure previste dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 (GUUE n. 2021/S 243-639996 e G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 145/2021) e la documentazione di gara è stata oggetto di pubblicazione sul profilo del committente alla sezione "bandi di gara e procedure" (Gara n. G00889);
- con delibera n. 94/2022, agli atti, si è reso necessario procedere ad una rivisitazione tecnico/economica dei lotti di gara (revoca del lotto n. 2: Sistemi diagnostici POCT), determinandosi in tal senso una riduzione del valore complessivo di gara ad € 4.199.000,00 iva esclusa riferito alla sua durata quinquennale, comprensivo di: rinnovo biennale, 6 mesi per esercizio opzione differimento scadenza contrattuale ed estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità, ai sensi dell'art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016, come da documentazione in atti;
- in data 27/01/2022 sono stati forniti i chiarimenti inerenti alla procedura in argomento mediante pubblicazione sul profilo del committente (agli atti);
- entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte fissato al 14/02/2022 è pervenuto un solo plico telematico da parte della Ditta A.DE MORI SPA;
- con verbale di seduta pubblica telematica del 17/02/2022, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'apertura e alla verifica della documentazione contenuta nella "busta n. 1 – contiene documentazione amministrativa" con le risultanze di seguito riportate:

N.	Operatore economico	Partita IVA	Esito verifica amm.va	Motivazione
1	A DE MORI SPA	10220860158	Ammesso	Documentazione regolare

- con provvedimento prot. n. 26278/2022 (agli atti), è stata nominata, per la valutazione tecnica inerente alla gara in argomento, la seguente Commissione Giudicatrice:
 - Dott. Valerio Di Giamberardino – UOC Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica Teramo (Presidente)
 - Dott. Marco Cargoni – UOC Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica Teramo (Componente)
 - Dott. Giuseppe Di Giuseppe – UOC Anestesia e Rianimazione Generale Teramo (Componente)
 - Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio – UOC Acquisizione Beni e Servizi ASL Teramo (Segretario non componente);
- con verbale di seduta pubblica telematica del 14/04/2022, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento unitamente ai componenti la Commissione Giudicatrice di cui al precedente punto, ciascuno collegato da remoto per il tramite delle proprie credenziali, ha proceduto all'apertura e alla verifica della documentazione contenuta nella "busta n. 2 – contiene documentazione tecnica" riscontrando la conformità della documentazione tecnica prodotta a quanto richiesto con il Disciplinare di Gara;

D'ambrosio

VISTI:

- il verbale riepilogativo ed esplicativo redatto dalla Commissione Giudicatrice in esito alle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica presentate dall'operatore economico partecipante e conseguente attribuzione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa, agli atti;
- il verbale di seduta pubblica telematica del 10/06/2022 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, unitamente ai componenti la Commissione Giudicatrice di cui al precedente punto, ciascuno collegato da remoto per il tramite delle proprie credenziali, ha proceduto all'apertura dell'offerta economica della ditta A. DE MORI SPA, le cui risultanze sono riportate nell'allegato prospetto riassuntivo (allegato n. 1);

PRESO ATTO che è stato verificato tramite il sistema AVCPASS, con esito positivo, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo alla citata ditta A. DE MORI SPA aggiudicataria della fornitura in oggetto;

RITENUTO, alla luce delle suesposte risultanze di gara:

- procedere alla proposta di aggiudicazione della presente procedura in favore della Ditta A. DE MORI SPA con sede in Via Dante, 4 – 20121 Milano – P.I. 10220860158;
- procedere alla conseguente aggiudicazione dell'appalto per la fornitura, in service, di sistemi analitici per emogasanalisi in favore della Ditta A. DE MORI SPA, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relative schede tecniche nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara;
- approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO			
VALORE complessivo dell'Accordo Quadro			
A1	Valore complessivo della procedura		2.470.000,00 €
A2	Importo rinnovo biennale		988.000,00 €
A3	Importo proroga tecnica semestrale		247.000,00 €
A4	Importo quinto d'obbligo		494.000,00 €
A5	Importo di aggiudicazione		2.292.690,00 €
A	Totale "A" valore della procedura		4.199.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		28.177,76 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		9.880,00 €
B3	Spese pubblicità		5.737,70 €
B4	Contributo Anac		600,00 €
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione	22% di A5	504.391,80 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	1.262,29 €
B	Totale "B" somme a disposizione		550.049,55 €
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		2.842.739,55 €

- dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e gli Assistenti al D.E.C., sono individuati rispettivamente, nelle persone degli Ingegneri Fabiola Fiore (D.E.C.) e Claudio Melchiorre Castagnola (Assistente al D.E.C.), entrambi in servizio presso il Servizio di Ingegneria Clinica del P.O. di Teramo;
- dover rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione in considerazione della necessità di dare tempestivo avvio alla fornitura oggetto del presente affidamento,

DELIBERA

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

1. **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa.
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura la fornitura in service di sistemi analitici per emogasanalisi e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'ASL di Teramo in favore della Ditta A. DE MORI con sede in Via Dante, 4 – 20121 Milano – P.I. 10220860158, per un valore complessivo quinquennale di € 2.292.690,00 iva esclusa, così suddiviso:
 - € 246.600,00 + iva: canone quinquennale assistenza tecnica full risk su apparecchiature per emogasanalisi
 - € 15.500,00 + iva: canone quinquennale noleggio apparecchiature per emogasanalisi
 - € 2.030.590,00 + iva: materiale di consumo dedicato per emogasanalisi per la durata quinquennale del contrattoe per l'effetto:
3. **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la suddetta gara, ai patti e condizioni di cui al disciplinare di gara, al capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara, all'operatore economico di cui al precedente punto 2.
4. **APPROVARE** il quadro economico così come in premessa riportato, precisando che agli importi di cui all'art. 113, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016 si farà fronte con il fondo incentivazioni di cui al sotto conto 02 03 05 050900.
5. **PRECISARE** che:
 - il numero di C.I.G. che identifica la presente procedura è: 902072381B;
 - in base a quanto previsto negli atti di gara, la fornitura in oggetto avrà durata quinquennale (sessanta mesi) a decorrere dalla data di effettivo inizio che verrà stabilita in sede di stipula;
 - la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si riserva, ricorrendone i presupposti, di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.
6. **DETERMINARE** il valore complessivo quinquennale dei canoni di assistenza tecnica full risk e di noleggio delle apparecchiature per emogasanalisi in € 319.762,00 iva inclusa, **precisando** che le relative autorizzazioni di spesa saranno assunte a bilancio al momento della messa in funzione delle nuove apparecchiature con decorrenza data collaudo positivo.
7. **DETERMINARE** il valore complessivo quinquennale per la fornitura dei materiali di consumo dedicati per l'utilizzo delle apparecchiature per emogasanalisi in € 2.477.319,80 iva inclusa, **dando atto** che alla relativa spesa si farà fronte con le autorizzazioni di spesa assunte dall'UOC Controllo di Gestione in sede di contrattazione di budget, come da prospetto finanziario in calce al presente provvedimento.
8. **NOMINARE**, ai sensi della normativa vigente, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e gli Assistenti al D.E.C., sono individuati rispettivamente, nelle persone degli Ingegneri Fabiola Fiore (D.E.C.) e Claudio Melchiorre Castagnola (Assistente al D.E.C.), entrambi in servizio presso il Servizio di Ingegneria Clinica del P.O. di Teramo.
9. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza rappresentata.

D. De



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole,

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Maurizio Di Giosia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Di Giosia".




Di Giosia

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1. Allegato n. 1: verbale di seduta pubblica telematica apertura offerte economiche e relativi allegati (verbale di valutazione tecnica + offerta economica ditta A. DE MORI SPA).



Deuy

VERBALE del 07/06/2022

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in lotti distinti, di sistemi analitici per emogasanalisi e sistemi per l'esecuzione di analisi in sedi decentrate (POCT) per le esigenze dell'ASL di Teramo – Numero Gara Simog 8189642

Lotto n. 1: Sistemi analitici per emogasanalisi – CIG 902072381B.

Seduta pubblica telematica di apertura offerte economiche.

Il giorno 10 giugno 2022 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1, la Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, funzionario dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, RUP della procedura in oggetto, unitamente ai componenti la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016 con provvedimento prot. n. 26278/2022 per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in intestazione nelle persone di:

- Dott. Valerio Di Giamberardino – UOC Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica Teramo (Presidente)
- Dott. Marco Cargoni – UOC Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica Teramo (Componente)
- Dott. Giuseppe Di Giuseppe – UOC Anestesia e Rianimazione Generale Teramo (Componente)

si riunisce in seduta pubblica telematica, a decorrere dalle ore 13:00, per procedere allo svolgimento delle attività di cui all'art. 21 del disciplinare di gara e, in particolare, per la valutazione dell'offerta economica.

I Componenti la Commissione presenziano in collegamento da remoto per il tramite delle credenziali di accesso messe loro a disposizione ed il presidente dà mandato al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, di aprire sulla piattaforma telematica le buste economiche dando visione del valore complessivo delle offerte presentate.



Il RUP preso atto delle risultanze della valutazione tecnica dell'offerta tecnica della Ditta concorrente A. DE MORI SPA così come da verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente verbale (all. 1), e collegatosi al sistema della piattaforma telematica della S.A.,

- procede, dopo aver inserito la relativa password criptata, all'apertura telematica dell'offerta economica,
- verifica la conformità della documentazione economica a quanto richiesto nel disciplinare di gara, riportandone le risultanze nel prospetto seguente:

Concorrente	Punteggio qualitativo conseguito	Punteggio qualitativo riparametrato	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio quantitativo	Punteggio complessivo (qualitativo + quantitativo)
A. DE MORI SRL	59,40	70,00	€ 2.292.690,00	30,00	100,00
				Punteggio complessivo massimo	100,00
				Migliore offerta	€ 2.292.690,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in lotti distinti, di sistemi analitici per emogasanalisi e sistemi per l'esecuzione di analisi in sedi decentrate (POCT) per le esigenze dell'ASL di Teramo – Numero Gara Simog 8189642

Lotto n. 1: Sistemi analitici per emogasanalisi e relativo materiale di consumo – CIG 902072381B

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE


La Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 26278/2022 ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura emargina in oggetto, composta dal Dott. Valerio Di Gamberardino – UOC Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica Teramo – in qualità di presidente, dal Dott. Marco Cargoni – UOC Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica Teramo – e dal Dott. Giuseppe Di Giuseppe – UOC Anestesia e Rianimazione Generale Teramo – in qualità di componenti, e dalla Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, Funzionario della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, si è riunita presso la sede ASL di Teramo, in sedute riservate, nei seguenti giorni:

- 09 maggio 2022
- 23 maggio 2022

per procedere alla valutazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi delle apparecchiature materiale proposto in sede di gara dalla Ditta A. DE MORI.

Premesso che:

- con delibera n. 1245/2021 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in lotti distinti, di sistemi analitici per emogasanalisi e sistemi per l'esecuzione di analisi in sedi decentrate (POCT) per le esigenze dell'ASL di Teramo;
- con delibera n. 94/2022 si è proceduto, su richiesta del Dott. Valerio Profeta, Direttore del Dipartimento di Coordinamento Assistenza Territoriale, alla revoca del lotto n. 2 avente ad oggetto la fornitura di "sistemi per l'esecuzione di analisi in sedi decentrate (POCT)";
- entro il termine di scadenza prefissato (14.02.2022 ore 13:00) è pervenuto un solo plico telematico da parte della Ditta A. DE MORI SPA;
- i membri della suddetta Commissione Giudicatrice sono stati invitati a dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis lettera c) del D. Lgs. 165/2001 e a prendere visione del Regolamento e del Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione n. 101 del 28.01.2014, disponibile sul sito aziendale;
- sono stati acquisiti agli atti d'ufficio le prescritte dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà debitamente sottoscritte;



Handwritten signatures of the commission members: a large signature on the left, the name "D. Gamberardino" in the center, and another signature on the right. A smaller signature is also visible at the bottom center.

la Commissione Giudicatrice, nelle sedute come sopra indicate, sulla base dei criteri di valutazione di cui agli atti di gara, di quanto descritto nella documentazione tecnica proposta dalla Ditta A. DE MORI SPA e delle prove pratiche dei sistemi proposti effettuate nel periodo dal 9 al 16 maggio 2022 presso i reparti di Anestesia e Terapia Intensiva di Cardiochirurgia e di Anestesia e Rianimazione Generale del P.O. di Teramo, come da calendario in atti e comunicato alla ditta concorrente in data 20.04.2022, ha proceduto, all'unanimità, all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Dott. Valerio Di Giamberardino – Presidente

Valerio Di Giamberardino

Dott. Marco Cargoni – Componente

Marco Cargoni

Dott. Giuseppe Di Giuseppe – Componente

Giuseppe Di Giuseppe

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Maria Teresa D'Eugenio

Segretario non componente con funzione verbalizzante








D'Eug

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SUB 2: STRUMENTI ANALITICI A CARTUCCA AB90 FLEX PLUS completi di UPS - RADIOMETER

Caratteristica	Criteri di valutazione	Punteggio	valutazione
1. Tempo di esecuzione analisi. Per tempo di analisi si intende il tempo impiegato dall'analizzatore per l'esecuzione del test dall'inserimento del campione alla stampa del risultato Evidenziare pagine manuale operatore	Punteggio proporzionalmente inverso (il maggior punteggio sarà assegnato al minor tempo impiegato)	Max 3 pti.	3,00
2. Volume di campione necessario per l'esecuzione del test profilo completo prelievo arterioso Evidenziare pagine manuale operatore	Punteggio proporzionalmente inverso (il maggior punteggio sarà assegnato al minor volume sangue necessario)	Max 3 pti.	3,00
3. Possibilità di scambiare <u>tutti</u> i materiali di consumo a bordo ed in uso tra diversi analizzatori	- SI 2 pti - NO 0 pti	Max 2 pti.	2,00
4. Controllo di qualità. Il controllo di qualità offerto deve garantire di verificare la qualità dell'intero sistema analitico e, conseguentemente la qualità analitica dei risultati. Il CQ deve: 1. Rilevare e qualificare le non conformità con stampa e visualizzazione del CQ in tempo reale. 2. Utilizzare soluzioni differenti da quelle di calibrazione presenti nella cartuccia reagenti.	- SI: 2 pti No: 0 pti - SI: 1 pti No: 0 pti	MAX 3 pti.	3,00
5. Esecuzione QC non conteggiati come campioni	- SI 3 pti - NO 0 pti	Max 3 pti.	3,00
6. Software per l'ausilio interpretativo del dato emogasanalitico che riconosca i disturbi singoli e multipli	- SI 1 pti - NO 0 pti	Max 1 pti.	1,00
7. Stampa del grafico acido-base Siggaard-Andersen per campioni arteriosi	- SI 1 pti - NO 0 pti	MAX 1 pti.	1,00
8. Strumento leggero e con dimensioni compatte per adattarsi al meglio alle diverse collocazioni nei reparti	Punteggio proporzionale (il maggior punteggio sarà assegnato allo strumento più leggero)	Max 2 pti.	2,00
9. Misurazione diretta e non calcolata di: - Emoglobina Fetale - Bilirubina Totale (con range di misura adulti, pediatrici e neonatali) Evidenziare pagine manuale operatore	- Si: 2 pti se solo 2 presenti - Si: 1 pt se solo 1 presente - NO: 0 pti nessuno presente	MAX 2 pti.	2,00
10. Misura dell'emoglobina con lisi del campione (stessa tecnologia del laboratorio) Evidenziare le pagine di riferimento sul manuale dell'operatore	- SI 3 pti - NO 0 pti	MAX 3 pti.	3,00
11. Minor numero di cartucce o materiale offerto (reagenti, sensori, CQ, lavaggio, scarico, validatori, attivatori o altro) per la messa in routine delle singole strumentazioni a pannello completo. Verranno valutati i materiali presenti nell'offerta senza i prezzi (ad esclusione della carta stampante)	- Uno: 3 pti - Due: 2 pti - Tre o più: 0 pti	MAX 3 pti.	2,00
12. Modalità di conservazione delle cartucce o altro materiale fino a data di scadenza: verranno presi in considerazione i materiali sotto evidenziati (cartucce reagenti, cartucce sensori, cartuccia CQ, validatori, attivatori) necessari alla messa in routine dello strumento a pannello completo. Evidenziare pagine manuale operatore	- Tutte a temperatura ambiente: 2 pti - Una a temperatura controllata: 1 pti - Maggiore di una a temperatura controllata: 0 pti	MAX 2 pti.	2,00
13. Numero di parametri derivati (non misurati) <u>Evidenziare pagine del manuale operatore</u>	Punteggio proporzionale (il maggior punteggio sarà assegnato al maggior numero di parametri derivati)	MAX 2 pti.	2,00
14. Valutazione della prova pratica in riferimento ai seguenti aspetti: - Semplicità di installazione ed attivazione cartuccia/e: punti 3 - Sicurezza operatore durante esecuzione del test: punti 1 - Ergonomia e semplicità di utilizzo: punti 1	Alle singole voci verranno applicati i seguenti Coefficienti di valutazione: - Ottimo: 1 - Buono: 0,8 - Discreto: 0,6 - Sufficiente: 0,4 - Quasi sufficiente: 0,2 - Insufficiente: 0	MAX 4 pti.	3,20
TOTALE PUNTEGGIO SUB 1		32,20	
TOTALE PUNTEGGIO SUB 1 + SUB 2		59,40	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,00	





GRIGLIA DI VALUTAZIONE SUB 1: STRUMENTI ANALITICI DA BANCO ABL835GLA FEQX PLUS completi di UPS - RADIOMETER

Caratteristica	Criteri di valutazione	Punteggio	valutazione
1. Caratteristiche tecniche generali	Coefficienti di valutazione: - Ottimo: 1 - Buono: 0,8 - Discreto: 0,6 - Sufficiente: 0,4 - Quasi sufficiente: 0,2 - Insufficiente: 0	Max 8 pti.	6,40
2. Possibilità di eseguire almeno il parametro PH con volume di 40 ul Evidenziare pagine manule peratore	- SI 2 pti - NO 0 pti	Max 2 pti.	2,00
3. Capacità di misurare l'ossimetria con lisi del sangue mediante ultrasuoni, direttamente in cuvetta interna Evidenziare pagine manuale operatore	- SI 2 pti - NO 0 pti	Max 2 pti.	2,00
4. Strumento dotato campionatore automatico	- SI 2 pti - NO 0 pti	Max 2 pti.	2,00
5. Controlli di qualità pronti all'uso, su più livelli, gestibili in automatico dallo strumento secondo i codici colori identificativi	Coefficienti di valutazione: - Ottimo: 1 - Buono: 0,8 - Discreto: 0,6 - Sufficiente: 0,4 - Quasi sufficiente: 0,2 - Insufficiente: 0	MAX 3 pti.	3,00
6. Capacità del sistema di memorizzare ed archiviare il lotto dei reagenti, controlli e calibratori	- SI 1 pti - NO 0 pti	Max 1 pti.	1,00
7. Stampa del grafico acido-base Siggaard-Andersen per campioni arteriosi	- SI 2 pti - NO 0 pti	MAX 2 pti.	2,00
8. Intervallo tra le calibrazioni (stabilità dello strumento) Evidenziare pagine manuale operatore	Coefficienti di valutazione: - Ottimo: 1 - Buono: 0,8 - Discreto: 0,6 - Sufficiente: 0,4 - Quasi sufficiente: 0,2 - Insufficiente: 0	Max 2 pti.	1,60
9. Dispositivo per la miscelazione del campione Evidenziare pagine manuale operatore	- SI 2 pti - NO 0 pti	MAX 2 pti.	2,00
10. Numero di parametri derivati (non misurati) Evidenziare pagine del manuale operatore	Punteggio proporzionale (il maggior punteggio sarà assegnato al maggior numero di parametri derivati)	MAX 2 pti.	2,00
11. Valutazione della prova pratica in riferimento ai seguenti aspetti: Sicurezza operatore durante esecuzione del test - Semplicità e velocità esecuzione del campione - Ergonomia e semplicità di utilizzo	Coefficienti di valutazione: - Ottimo: 1 - Buono: 0,8 - Discreto: 0,6 - Sufficiente: 0,4 - Quasi sufficiente: 0,2 - Insufficiente: 0	MAX 4 pti.	3,20
TOTALE PUNTEGGIO SUB 1		27,20	

Antonio De Leo

[Signature]

De Leo

Ampt5

De Leo

Riga	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Descrizione/Configurazione tecnica offerta	Canone mensile di assistenza tecnica ful risk (per singola macchina)	Canone mensile di noleggio (per singola macchina)	Canone complessivo (service + noleggio) quinquennale (iva esclusa) per tutte le macchine
1	STRUMENTI ANALITICI DA BANCO	Pezzo	13	Radiometer e Medical Aps	W0201040102	1310228/R	393-825	ABL835GLA FLEXQ PLUS completi di UPS	150,00 €	8,33 €	123.500,00 €
2	STRUMENTI ANALITICI A CARTUCCIA	Pezzo	18	Radiometer e Medical Aps	W0201040102	1425374/R	393-092	ABL90 FLEX PLUS completi di UPS	120,00 €	8,33 €	138.600,00 €
											262.100,00 €

Riga	Descrizione	Unità di misura	N. presunto test complessivi per la durata quinquennale del contratto	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Descrizione/Configurazione tecnica offerta	Prezzo di listino	% di sconto applicata	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale presunto per n. di test previsti per la durata quinquennale del contratto
1	STRUMENTI ANALITICI DA BANCO: elencare i codici dei prodotti di consumo occorrenti per l'esecuzione dei test indicati (aggiungere ulteriori	Pezzo	317.500									
2		Pezzo	390	Radiometer Medical	W0201040185	1310608/R	944-126	Cleaning Sol. S8375, 175mL	423,00 €	66,90%	140,00 €	54.600,00 €
3		Pezzo	845	Radiometer Medical	W0201040185	1310843/R	944-128	Cal 1 Solution S1820, 200mL	423,00 €	66,90%	140,00 €	118.300,00 €
4		Pezzo	455	Radiometer Medical	W0201040185	1310847/R	944-129	Cal 2 Solution S1830, 200mL	423,00 €	66,90%	140,00 €	63.700,00 €
5		Pezzo	3.630	Radiometer Medical	W0201040185	1310610/R	944-132	Rinse Solution S4980, 600mL	326,00 €	63,19%	120,00 €	435.600,00 €
6		Conf.	195	Radiometer Medical	W0201040185	1312262/R	942-058	Kit membrane Rif. D711, 4 pz	1.788,00 €	86,02%	250,00 €	48.750,00 €
7		Conf.	65	Radiometer Medical	W0201040185	1312276/R	942-064	Kit membrane pO2 D799, 4 pz	1.788,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
8		Conf.	65	Radiometer Medical	W0201040185	1312273/R	942-063	Kit membrane pCO2 D788, 4 pz	1.788,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
9		Conf.	30	Radiometer Medical	W0201040185	1312271/R	942-062	Kit membrane Na D755, 4 pz	3.023,00 €	66,92%	1.000,00 €	30.000,00 €
10		Conf.	35	Radiometer Medical	W0201040185	1312271/R	942-062	Kit membrane Na D755, 4 pz	3.023,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
11		Conf.	30	Radiometer Medical	W0201040185	1312263/R	942-059	K Membr. Kit D722, 4 pcs.	3.023,00 €	66,92%	1.000,00 €	30.000,00 €
12		Conf.	35	Radiometer Medical	W0201040185	1312263/R	942-059	K Membr. Kit D722, 4 pcs.	3.023,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
13		Conf.	65	Radiometer Medical	W0201040185	1312266/R	942-060	Kit membrane Ca D733, 4 pz	3.023,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
14		Conf.	65	Radiometer Medical	W0201040185	1312268/R	942-061	Kit membrane Cl D744, 4 pz	3.023,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
15		Conf.	195	Radiometer Medical	W0201040185	1312278/R	942-065	Kit membrane glucosio D7066, 4 pz	1.014,00 €	70,41%	300,00 €	58.500,00 €
16		Conf.	195	Radiometer Medical	W0201040185	1312280/R	942-066	Kit membrane lattato D7077, 4 pz	1.014,00 €	70,41%	300,00 €	58.500,00 €

D. Bay

17		Pezzo	335	Radiometer Medical	W0201040185	1311525/R	962-169	Cal Gas 1, 1 cartuccia	386,00 €	68,91%	120,00 €	40.200,00 €
18		Pezzo	195	Radiometer Medical	W0201040185	1311527/R	962-170	Cal Gas 2, 1 cartuccia	386,00 €	68,91%	120,00 €	23.400,00 €
19		Conf.	205	Radiometer Medical	n.a.	n.a.	984-070	Carta termica, 8 rotoli a confezione	376,00 €	85,37%	55,00 €	11.275,00 €
20		Pezzo	1.475	Radiometer Medical	W0201040185	1312505/R	905-802	Contenitore scarico, D513, 600ml	85,00 €	70,59%	25,00 €	36.875,00 €
21		Conf.	195	Radiometer Medical	W0101059001	1310436/R	944-074	Autocheck 5+ livello 1 S7735 box 30 file	719,00 €	74,97%	180,00 €	35.100,00 €
22		Conf.	208	Radiometer Medical	W0101059001	1310550/R	944-075	Autocheck 5+ livello 2 S7745 box 30 file	719,00 €	74,97%	180,00 €	37.440,00 €
23		Conf.	195	Radiometer Medical	W0101059001	1310551/R	944-076	Autocheck 5+ livello 3 S7755 box 30 file	719,00 €	74,97%	180,00 €	35.100,00 €
24		Conf.	195	Radiometer Medical	W0101059001	1310552/R	944-077	Autocheck 5+ livello 4 S7765 box 30 file	719,00 €	74,97%	180,00 €	35.100,00 €

25	STRUMENTI ANALITICI A CARTUCCIA: elencare i codici dei prodotti di consumo occorrenti per l'esecuzione dei test indicati (aggiungere ulteriori righe)	Pezzo	111.000									
26		Pezzo	1.180	Radiometer Medical	W0201040185	1310857/R	944-157	ABL90 FLEX SOL.PACK	665,00 €	78,95%	140,00 €	165.200,00 €
27		Pezzo	910	Radiometer Medical	W0201040185	1312090/R	946-010	SC90 100/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	3.299,00 €	80,75%	635,00 €	577.850,00 €
28		Pezzo	75	Radiometer Medical	W0201040185	1312090/R	946-010	SC90 100/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	3.299,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
29		Pezzo	180	Radiometer Medical	W0201040185	1312086/R	946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	3.687,00 €	80,47%	720,00 €	129.600,00 €
30		Pezzo	15	Radiometer Medical	W0201040185	1312086/R	946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	3.687,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
31		Conf.	100	Radiometer Medical	n.a.	n.a.	984-070	Carta termica, 8 rotoli a confezione	376,00 €	85,37%	55,00 €	5.500,00 €

La proposta A. De Mori SpA è inclusiva del middleware Aqure completo di hardware/software necessario per la realizzazione del progetto

2.030.590,00 €

TOTALE COMPLESSIVO (CANONE SERVICE (ASSISTENZA + NOLEGGIO) + MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI) VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE	2.292.690,00 €
---	----------------

Ditta offerente : A. De Mori S.p.A. con socio unico, in persona del legale rappresentante Ing. Antonio De Mori, con sede legale in Via Dante n. 4, 20121 MILANO e sede commerciale in Via P. Portaluppi n. 15, 20138 MILANO, tel. 02580011, fax 0258012883, e-mail gare.ademori@ademorigroup.it, PEC: ufficio.gare@ademori-cert.it con P. I.V.A. 10220860158, C.F. 00152680203,

NS OFFERTA PROT N. G010/2022/PL DEL 10/02/2022

Tutti i prezzi esposti sono IVA ESCLUSA 22%



Validità offerta: 180 giorni data ultima presentazione offerta

1) rispetto all'entità della base d'appalto ribassata la quota percentuale di incidenza delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è pari al € 2.292,69 .=-

2) Il costo della manodopera, ex art. 95, co. 10, codice appalti è pari € 229.269,00.=-



Ing. Antonio De Mori
Presidente A. De Mori SpA con socio unico
(firmato digitalmente)



DBuy

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UOC – ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Rif. AREAS: =====

Ditta: A. DE MORI SPA

CIG: 902072381B

Uffici Autorizzativi: UA_FARM_TERAMO, UA_FARM_ATRI, UA_FARM_S_OMERO, FARM_GIULIANOVA

Valore complessivo quinquennale per la fornitura di materiali di consumo per apparecchiature per emogasanalisi occorrenti all'Asl di Teramo: € 2.477.319,80 iva inclusa da imputare nei rispettivi esercizi in coerenza con le esigenze delle unità operative utilizzatrici – autorizzazioni secondo CND di competenza

Spesa anno _____ € _____ sottoconto _____ autorizzazione _____ sub _____

Fonte di finanziamento: fondo sanitario nazionale

Data 17.6.2014

Il Dirigente




U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno _____.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 23 GIU. 2022 con prot. n. 2267/22 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



Firma _____
L'Addetto alla pubblicazione informatica

- La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
- La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		