

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **0095** del **20 GEN. 2022**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili" in uso presso l'Asl di Teramo - CIG 8190582A14 - C.U.I. S00115590671201900106. Provvedimento di aggiudicazione e approvazione quadro economico.

Data 04/01/2022 Firma [Signature] Data 04/01/2022 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)

Data 11.1.2021 Firma [Signature]
Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18-01-2022



Firma [Signature]
Direttore Amministrativo: Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/01/2022



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Brucchi

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 1444/2019 è stata indetta Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili e delle sonde transesofagee" in uso presso l'Asl di Teramo del valore complessivo di € 4.046.000,00 iva esclusa, comprensivo dell'opzione di: rinnovo biennale, estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità e proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016;
- con il richiamato atto deliberativo n. 1444/2019 sono stati altresì approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., schema di disciplinare di gara e schema capitolato speciale d'appalto;
- sono stati quindi assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto, con pubblicazione e invio dell'avviso di gara e del bando secondo le prescrizioni e procedure previste dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 (GUUE n. 2020/S 026-058555 e G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 16/2020) e la documentazione di gara è stata oggetto di pubblicazione sul profilo del committente alla sezione "bandi di gara e procedure" (Gara n. G00488);
- successivamente alla pubblicazione della procedura sul portale appalti dell'ASL (gara n. G00488 del 10/02/2020), causa lo stato di emergenza sanitaria nazionale, il termine per la presentazione delle offerte è stato rinviato a data da destinarsi (avvisi GUUE n. 2020/S 057-136014 e GURI n. 33/2020);
- a seguito dell'esame delle richieste di chiarimento pervenute, si è reso necessario procedere ad una rivisitazione tecnico/economica del lotto di gara (stralcio delle lavasonde TEE), determinandosi in tal senso una riduzione del valore complessivo di gara ad € 3.757.000,00 iva esclusa riferito alla sua durata quinquennale, comprensivo di: rinnovo biennale, 6 mesi per esercizio opzione differimento scadenza contrattuale ed estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità, ai sensi dell'art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016, come da documentazione in atti;
- le suddette variazioni sono state approvate con deliberazione n. 699/2021 e sono state oggetto di pubblicazione sulla GUUE n. 2021/S 077-197204 e sulla GURI n. 43/2021;
- con i suddetti bandi il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato all' 11 giugno 2021 – ore 13:00;
- in data 21/04/2021 sono stati forniti i chiarimenti inerenti alla procedura in argomento mediante pubblicazione sul profilo del committente (agli atti);
- entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte fissato al 11/06/2021 sono pervenuti n. 3 (tre) plichi telematici da parte dei seguenti operatori economici:

Ragione sociale ditta

- 1 CANTEL MEDICAL (ITALY)
- 2 NUOVA FARMEC SRL
- 3 PAOLETTI SRL UNIPERSONALE

- con verbale di seduta pubblica telematica del 17/06/2021, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'apertura e alla verifica della documentazione contenuta nella "busta n. 1 – contiene documentazione amministrativa" con le risultanze di seguito riportate:

N.	Operatore economico	Partita IVA	Esito verifica amm.va	Motivazione
1	CANTEL MEDICAL (ITALY)	01893311009	Ammesso	Documentazione regolare
2	NUOVA FARMEC	01737830230	Ammesso	Documentazione regolare
3	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	01572210449	Ammesso	Documentazione regolare

D'Bej

- con provvedimento prot. n. 90094/2021 (agli atti), è stata nominata, per la valutazione tecnica inerente alla gara in argomento, la seguente Commissione Giudicatrice:
 - Dott. Carmelo Barbera – Direttore UOC Gastroenterologia Teramo (Presidente)
 - Sig.ra Tania Pecorale – Coll. Prof. Sanitario Infermerie – Coordinatore Gastroenterologia Teramo (Componente)
 - Sig.ra Antonella Fagnani – Coll. Prof. Sanitario Infermiere Gastroenterologia Teramo (Componente)
 - Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio – UOC Acquisizione Beni e Servizi ASL Teramo (Segretario non componente);
- con verbale di seduta pubblica telematica del 14/07/2021, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento unitamente ai componenti la Commissione Giudicatrice di cui al precedente punto, ciascuno collegato da remoto per il tramite delle proprie credenziali, ha proceduto all'apertura e alla verifica della documentazione contenuta nella "busta n. 2 – contiene documentazione tecnica" riscontrando la conformità della documentazione tecnica prodotta a quanto richiesto con il Disciplinare di Gara;

VISTI:

- il verbale riepilogativo ed esplicativo redatto dalla Commissione Giudicatrice in esito alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti e conseguente attribuzione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa, agli atti;
- il verbale di seduta pubblica telematica del 30/11/2021 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, unitamente ai componenti la Commissione Giudicatrice di cui al precedente punto, ciascuno collegato da remoto per il tramite delle proprie credenziali, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte concorrenti ammesse alla successiva fase di gara di apertura offerte economiche, le cui risultanze sono riportate nell'allegato prospetto riassuntivo (allegato n. 1);

PRESO ATTO che, in esito al giudizio di valutazione tecnica e all'apertura delle offerte economiche di cui al precedente punto, dopo aver effettuato le verifiche ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2019, si è proceduto, con nota prot. 149847/2021, all'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della Ditta CANTEL MEDICAL (ITALY) la cui offerta è risultata anomala come da documentazione in atti;

ATTESO che le giustificazioni prodotte dalla CANTEL MEDICAL (ITALY), acquisite agli atti della proponente UOC al protocollo aziendale n. 157622/2021, a seguito di opportuna valutazione, sono state ritenute idonee e sufficienti a dimostrare la congruità delle offerte presentate e che risultano quindi, serie e sostenibili, tali da escludere l'incongruità dell'offerta, come riportato nel verbale del RUP redatto in data 20/12/2021 (agli atti);

PRESO ATTO che è stato verificato tramite il sistema AVCPASS, con esito positivo, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo alla citata ditta CANTEL MEDICAL (ITALY) affidataria della fornitura in oggetto;

RITENUTO, alla luce delle suesposte risultanze di gara:

- procedere alla proposta di aggiudicazione della presente procedura in favore della Ditta CANTEL MEDICAL (ITALY) con sede in Via Laurentina 169 – 00071 Pomezia – Roma – P.I. 01893311009;
- procedere alla conseguente aggiudicazione dell'appalto per la fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili" in uso presso l'Asl di Teramo in favore della Ditta CANTEL MEDICAL (ITALY), ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relative schede tecniche nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara;
- dare atto che ai sensi di quanto disposto con deliberazione n. 1328/2021, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e gli Assistenti al D.E.C., sono individuati rispettivamente, nelle persone di: Dott. Giovanni Orlandi (D.E.C.) e Ingegneri Fabiola Fiore e Claudio Melchiorre Castagnola (Assistenti al D.E.C.);
- approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione:



QUADRO ECONOMICO			
VALORE DELLA PROCEDURA			
A1	Valore complessivo della procedura		2.210.000,00 €
A2	Importo proroga tecnica semestrale		221.000,00 €
A3	Importo quinto d'obbligo		442.000,00 €
A4	Importo rinnovo		884.000,00 €
A5	Importo di aggiudicazione		980.200,00 €
A	Totale "A" valore della procedura		3.757.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		21.145,28 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		8.840,00 €
B3	Spese pubblicità		5.737,70 €
B4	Contributo Anac		600,00 €
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione	22% di A6	215.644,00 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	1.262,29 €
B	Totale "B" somme a disposizione		253.229,27 €
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		1.233.429,27 €

- dare atto ai sensi di quanto disposto con deliberazione n. 1328/2021, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e gli Assistenti al D.E.C., sono individuati rispettivamente, nelle persone di: Dott. Giovanni Orlandi (D.E.C.) e Ingegneri Fabiola Fiore e Claudio Melchiorre Castagnola (Assistenti al D.E.C.)
- dare atto che le attività di collaborazione, supporto amministrativo e assistenza all'istruttoria nell'ambito del presente intervento sono state svolte dal Dott. Severino Garbati Di Sabatino e dalla Sig.ra Stefania Di Giacomo, entrambi in servizio presso l'unità operativa proponente;
- dover rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione in considerazione della necessità di dare tempestivo avvio alla fornitura oggetto del presente affidamento,

DELIBERA

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

1. **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa.
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura per la fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili" in uso presso l'Asl di Teramo in favore della Ditta CANTEL MEDICAL (ITALY) con sede in Via Laurentina 169 – 00071 Pomezia – Roma – P.I. 01893311009, per un valore complessivo quinquennale di € 980.200,00 iva esclusa (costo a ciclo € 7,54 iva esclusa),

e per l'effetto:

3. **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la suddetta gara, ai patti e condizioni di cui al disciplinare di gara, al capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara, all'operatore economico di cui al precedente punto 2.
4. **APPROVARE** il quadro economico così come in premessa riportato, precisando che agli importi di cui all'art. 113, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016 si farà fronte con il fondo incentivazioni di cui al sotto conto 02 03 05 050900.
5. **DARE ATTO** che:
 - le attività di collaborazione, supporto amministrativo e assistenza all'istruttoria nell'ambito del presente intervento sono state svolte dal Dott. Severino Garbati Di Sabatino e dalla Sig.ra Stefania Di Giacomo, entrambi in servizio presso l'unità operativa proponente;

D. Orlandi



- ai sensi di quanto disposto con deliberazione n. 1328/2021, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e gli Assistenti al D.E.C., sono individuati rispettivamente, nelle persone di: Dott. Giovanni Orlandi (D.E.C.) e Ingegneri Fabiola Fiore e Claudio Melchiorre Castagnola (Assistenti al D.E.C.).

6. **PRECISARE** che:

- il numero di C.I.G. che identifica la presente procedura è: 8190582A14;
- in base a quanto previsto negli atti di gara, la fornitura in oggetto avrà durata quinquennale (sessanta mesi) a decorrere dalla data di effettivo inizio che verrà stabilita in sede di stipula;
- la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si riserva, ricorrendone i presupposti, di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

7. **DETERMINARE** il valore complessivo quinquennale per la fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili" in uso presso l'Asl di Teramo in € 1.195.844,00 iva inclusa (costo a ciclo € 9,1988 iva inclusa), **dando atto** che alla relativa spesa si farà fronte con le autorizzazioni di spesa assunte dall'UOC Controllo di Gestione in sede di contrattazione di budget, come da prospetto finanziario in calce al presente provvedimento.

8. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza rappresentata.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole,

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia

D. G.

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1. Allegato n. 1: verbale di seduta pubblica telematica apertura offerte economiche e relativi allegati (verbale di valutazione tecnica + offerta economica ditta Cantel Medical).

allegati n. 4.



D. Deez

VERBALE del 30/11/2021

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo. CIG 8190582A14.

Seduta pubblica telematica di apertura offerte economiche.

Il giorno 30 novembre 2021 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1, la Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, funzionario dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, RUP della procedura in oggetto, unitamente ai componenti la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016 con provvedimento prot. n. 90094/21 per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in intestazione nelle persone di:

- Dott. Carmelo Barbera – Direttore UOC Gastroenterologia Teramo (Presidente)
- Sig.ra Tania Pecorale – Coll. Prof. Sanitario Infermiere – Coordinatore Gastroenterologia P.O. Teramo (Componente)
- Sig.ra Antonella Fagnani – Coll. Prof. Sanitario Infermiere – Coordinatore Gastroenterologia P.O. Teramo (Componente)

si riunisce in seduta pubblica telematica, a decorrere dalle ore 14:30, per procedere allo svolgimento delle attività di cui all'art. 22 del disciplinare di gara e, in particolare, per la valutazione dell'offerta economica.

I Componenti la Commissione presenziano in collegamento da remoto per il tramite delle credenziali di accesso messe loro a disposizione ed il presidente dà mandato al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, di aprire sulla piattaforma telematica le buste economiche dando visione del valore complessivo delle offerte presentate.

Il RUP preso atto delle risultanze della valutazione tecnica delle offerte degli operatori economici partecipanti così come da verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente verbale (all. 1), e collegatosi al sistema della piattaforma telematica della S.A.,

- procede, dopo aver inserito la relativa password criptata, all'apertura telematica delle offerte economiche,
- verifica la conformità della documentazione economica a quanto richiesto nel disciplinare di gara,
- da visione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi riportandone le risultanze nel prospetto seguente:


Concorrente	Punteggio qualitativo	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio quantitativo	Punteggio complessivo (qualitativo + quantitativo)
CANTEL MEDICAL (ITALY)	61,22	€ 980.200,00	30,00	91,22
NUOVA FARMEC SRL	62,39	€ 1.501.500,00	19,58	81,97
PAOLETTI SRL	70,00	€ 1.813.500,00	16,21	86,21
Punteggio complessivo massimo				91,22
Migliore offerta				€ 980.200,00

Preso atto che la ditta CANTEL MEDICAL (ITALY) ha conseguito un punteggio tecnico e un punteggio economico (punteggio tecnico 61,22 – punteggio economico 30,00) entrambi superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 50/2016, art. 97, comma 3 (soglia punteggio tecnico 56 e soglia punteggio economico 24), si darà avvio al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5, del citato D. Lgs. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione viene rinviata all'esito del procedimento di anomalia dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Maria Teresa D'Eugenio

Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 90094/2021 ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura emargina in oggetto, composta dal **Dott. Carmelo Barbera** – Direttore UOC Gastroenterologia P.O. Teramo – in qualità di presidente, dalla **Sig.ra Tania Pecorale** – Coll. Prof. Sanitario Infermiere – Coordinatore Gastroenterologia P.O. Teramo – e dalla **Sig.ra Antonella Fagnani** – Coll. Prof. Sanitario Infermiere P.O. di Teramo – in qualità di componenti, e dalla **Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio**, Funzionario della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, si è riunita presso la sede ASL di Teramo, in sedute riservate, nei seguenti giorni:

- 14 luglio 2021 (di seguito alla seduta pubblica telematica di apertura busta tecnica)
- 12 ottobre 2021
- 29 ottobre 2021
- 16 novembre 2021
- 23 novembre 2021

per procedere alla valutazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi del materiale proposto in sede di gara dalle ditte concorrenti: CANTEL MEDICAL (ITALY), NUOVA FARMEC e PAOLETTI SRL UNIPERSONALE.

Premesso che:

- con delibera n. 1444/2019 è stata indetta procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo;
- successivamente alla pubblicazione della procedura sul portale appalti dell'ASL (gara n. G00488 del 10/02/2020), causa lo stato di emergenza sanitaria nazionale, il termine per la presentazione delle offerte è stato rinviato a data da destinarsi (avvisi GUUE 2020 s 057-136014 e GURI 33/2020);
- a seguito dell'esame delle richieste di chiarimento pervenute, si è reso necessario procedere ad una rivisitazione tecnico/economica del lotto di gara (stralcio delle lavasonde TEE) con conseguente adeguamento dei relativi atti di gara precedentemente approvati con deliberazione n. 1444/2019;
- le suddette integrazioni sono state approvate con deliberazione n. 699/2021 e sono state oggetto di pubblicazione sulla GUUE bando 2021/S 077-197204 e sulla GURI n. 43/2021;
- con i suddetti bandi il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato all' 11/06/2021 ore 13:00;
- entro il nuovo termine di scadenza (11/06/2021 ore 13:00) hanno presentato offerta le seguenti ditte:
 - 1 CANTEL MEDICAL (ITALY)
 - 2 NUOVA FARMEC
 - 3 PAOLETTI SRL UNIPERSONALE



- i membri della suddetta Commissione Giudicatrice sono stati invitati a dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis lettera c) del D. Lgs. 165/2001 e a prendere visione del Regolamento e del Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione n. 101 del 28.01.2014, disponibile sul sito aziendale;
- sono stati acquisiti agli atti d'ufficio le prescritte dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà debitamente sottoscritte;

la Commissione Giudicatrice, nelle sedute come sopra indicate, sulla base dei criteri di valutazione di cui agli atti di gara, di quanto descritto nella documentazione tecnica proposta dagli operatori economici partecipanti e delle prove pratiche dei sistemi proposti effettuate nei periodi sotto elencati:

	Denominazione concorrente	Data esecuzione prova pratica
1	CANTEL MEDICAL (ITALY)	da lunedì 06/09/2021 a sabato 11/09/2021
2	NUOVA FARMEC SRL	da lunedì 13/09/2021 a sabato 18/09/2021
3	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	da lunedì 20/09/2021 a sabato 25/09/2021

ha proceduto, all'unanimità, all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.


Dott. Carmelo Barbera – Presidente




Sig.ra Tania Pecorale – Componente



Sig.ra Antonella Fagnani – Componente



Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Segretario non componente con funzione verbalizzante



Capacità di stoccaggio	punti max 4 attribuiti all'ottimizzazione degli spazi in relazione al numero di endoscopi in dotazione ai vari presidi	2,00	2,00	Il progetto proposto è più performante in relazione al processo di utilizzo degli strumenti	4,00
Presenza Lampade UV	più di 1; punti 3 eguale a 1; punti 1 eguale a 0; punti 0	0,00	3,00	No	0,00
Garanzia di tenuta disinfezione per almeno 72 ore	punti 3	3,00	0,70	Tenuta disinfezione strumenti 31 giorni	2,90
Ritascio di ticket attestante la varie fasi di stoccaggio dello strumento	punti 2	2,00	2,00	Ticket rilasciato completo di tutte le informazioni necessarie	2,00
Apertura con codice d'accesso o codice a barre	punti 1	1,00	1,00	Apertura con codice	1,00
Connessioni strumento/armadio compatibili con connessioni strumentolare-endoscopi	si; punti 2 no; punti 0	2,00	2,00	Connessioni compatibili	2,00
TOTALE 15 PUNTI					
TRACCIABILITA'					
Descrizione					
Parametri					
Sistema in grado di interfacciarsi integralmente con tutte le apparecchiature per la gestione integrata dei dati acquisiti, e la loro archiviazione remota.	si; 4 punti no; 0 punti	4,00	4,00	Si; previsto cambio lavandino presso il reparto di Teramo incluso nel progetto senza aggravio di costi	4,00
Monitoraggio centralizzato ed in real time dello stato degli strumenti endoscopici in uso e dello stato delle altre singole apparecchiature in dotazione in questa specifica fornitura di gara.	si; 3 punti no; 0 punti	3,00	3,00	Si	3,00
Comunicazione tra i vari nodi del sistema tramite protocollo TCP/IP attraverso rete LAN	si; 1 punto no; 0 punti	1,00	1,00	Si	1,00
Accessibilità da remoto ai nodi del sistema, tramite protocollo, ai fini dell'assistenza tecnica e della manutenzione evolutiva	si; 1 punto no; 0 punti	1,00	1,00	Si	1,00
Fornitura inclusiva di un server da installare localmente di caratteristiche idonee a garantire la completezza e sicura gestione di tutti i dati acquisiti	si; 1 punto no; 0 punti	1,00	1,00	Si	1,00
TOTALE 10 PUNTI					
SISTEMA AUTOMATIZZATO DILAVAGGIO					
Descrizione					
Parametri					
Numero e gestione programmi memorizzabili	punti max 2 (il punteggio sarà direttamente proporzionale al numero dei programmi di lavaggio; il punteggio max sarà attribuito al numero massimo di lavaggi proposti)	0,33	1,67	5 programmi	2,00
Disaggio automatico liquidi e loro controllo	si; 2 punti no; 0 punti	2,00	2,00	Si	2,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO					
10,00					

D. Bey

M. R. ...

Test di tenuta in continuo no: 0 punti	Si	2,00	Si	2,00	Si	2,00
Controllo del cibo in esecuzione e rilevamento informazioni no: 0 punti	Si	1,00	Si	1,00	Si	1,00
Banco lavello, porte scorrevoli e vasca in acciaio inox con possibilità realizzativa su misura	Si	2,00	Si	2,00	Si	2,00
Tubazione per irrigazione dei canali: rimovibile ed autoclavabile	Si	1,00	Si	1,00	Si	1,00
TOTALE 10 PUNTI						
		8,33		9,67		10,00

Descrizione		Parametri				
Eventual migliore proposto per ciascuna apparecchiatura punti max 3	La Commissione Giudicatrice ritiene che le caratteristiche proposte dalla ditta non apportano significative migliorie al sistema proposto	0,00	La Commissione Giudicatrice ritiene che le caratteristiche proposte dalla ditta non apportano significative migliorie al sistema proposto	0,00	Si apprezzano in particolare modo le caratteristiche migliorative del sistema di lavaggio: altezza regolabile, doppia pestola aria e acqua; piano in Corian; ogni singola vasca sviluppata in lunghezza rende ergonomicamente più agevole le operazioni di reprocessing; sostituzione dell'attuale lavello del Servizio di Endoscopia di Teramo con due livelli come da criteri.	3,00
	TOTALE 3 PUNTI					
		0,00		0,00		3,00

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO ASSEGNATO	57,77	58,87	66,05
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	61,22	62,39	70,00







PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, EX ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI COMPLETI PER IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA TRACCIABILITÀ DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI"

NUMERO GARA SIMBO 747623 - CIG 815932A14

OFFERTA ECONOMICA

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presentata per la fornitura quinquennale nel contratto	Importo a base d'asta per singola lista (iva esclusa)	Marca	Produttore	CND	RCM	Codice Articolato Fornitura prodotto edotto	Designazione commerciale del prodotto	Descrizione del prodotto offerto	Prezzo (iva esclusa) (ovvero alla UOM indicata (iva))	Importo complessivo quinquennale per la fornitura (iva esclusa)	Aliquota Iva applicabile
1	Costo di trasporto, installazione, di tutti i materiali di consumo necessari per tutti i programmi di lavaggio eseguibili dalle apparecchiature - Garanzie full risk	num	130.000	€ 17,00	Mechvator	Carde Medical	206602 (0000)	101704 144837	300 000 300 000 SANDITEZ	SANISCOPE Single Shot SACLEAN Citi per Saniscope	Specializzato in sistemi ad livello SANISCOPE Single Shot, conf. Tecnica S & S (incl. A&S), con il nuovo S5 Sistemi di conservazione SACLEAN, conf. Tecnica S & S, CDS Citi per saniscope pump/avvisi/monitoraggio Assistenza tecnica full risk comprensivo di Edt	7,34 €	960.200,00	22%
2	Mecchine Lavendoscopi complete di funzionamento	num	12		Mechvator	Carde Medical	Z12011301	133952	MTD 254	Mechvator USA	Lavandoscopia clinica a livello per endoscopi completa di Controller, Sosa unica, stampante, software RFD			SERVICE
4	Meccole di lavaggio, complete di accessori per il contratto	num	13		Mechvator	Carde Medical	Z1202009	177536 177537	15120 APERTURA SX 15121 APERTURA DX	Mechvator ENDOSCOPIC	Meccole lavaggio a tecnologia ultrasonica per 8 canali, completa di lavaggio escluso, lavaggio, sanificazione, sanificazione, forza smart IQR, lavaggio HIS, connect			SERVICE
5	Carrelli per trasporto strumenti	num	9		Oranacore	Carde Medical	Z1202009	184226	125833	Carrello CLEANSCOPE	Carrello lavaggio endoscopi da 5 vassoi completo di coperti			SERVICE
6	Tracciabilità del sistema	num				Ted Srl	N.A.	N.A.	CLEANTRACK	Sistema Oranacore	Sistema tracciabilità			SERVICE
7	Sistema di lavaggio automatico	num	3		Sureclean	MOB Engineering	00380	162752	BURECLEAN	Pompa lavaggio Sureclean	Pompa lavaggio completa di lavaggio automatici, completi, Sosa unica			SERVICE

TOTALE COMPLESSIVO VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

€ 862.200,00



Rispetto all'entità della base d'asta, la quota percentuale di incidenza delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è pari al 2%

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

[Firma]

7



D. Bay

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UOC – ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Rif. AREAS: =====

Ditta: CANTEL MEDICAL (ITALY)

CIG: 8190582A14

Uffici Autorizzativi: UA_FARM_TERAMO, UA_FARM_ATRI, UA_FARM_S_OMERO, FARM_GIULIANOVA

Valore complessivo quinquennale per la fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili" in uso presso l'Asl di Teramo: € 1.195.844,00 iva inclusa (costo unitario ciclo lavaggio: € 9,1988 iva inclusa) da imputare nei rispettivi esercizi in coerenza con le esigenze delle unità operative utilizzatrici – autorizzazioni secondo CND di competenza

Spesa anno _____ € _____ sottoconto _____ autorizzazione _____ sub _____

Fonte di finanziamento: fondo sanitario nazionale

Data 11.1.2012

Il Dirigente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno _____.


Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente

Deby

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 20 GEN. 2022 con prot. n. 9158/20 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



Firma [Signature]
L'Addetto alla pubblicazione informatica

- La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
- La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		

VERBALE DEL 18/09/2020

Verbale relativo alla Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo

Il giorno **17 giugno 2021 alle ore 10.00** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1 – III piano – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce in seduta pubblica telematica il Seggio di gara costituito, quale organo monocratico, dalla Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio - Funzionario Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e R.U.P. della procedura, assistito dalla Dott.ssa Emanuela Teodori, Funzionario Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Si procederà allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 20 del disciplinare di gara. Preliminarmente, il RUP verificherà a sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, controllerà la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 14 del disciplinare di gara;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis del Codice (avviso ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica/PEC, entro cinque giorni).

Si dà atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato all'art.13 del disciplinare per il giorno 11 giugno 2021 ore 13:00, risultano pervenuti n. 3 (tre) plichi telematici.

Si procede quindi, in base all'ordine di arrivo, alla effettuazione delle operazioni atte a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara, alla verifica dei PassOE prodotti dai concorrenti e all'acquisizione dei partecipanti sul sistema AVCPASS.

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente punto vengono di seguito sinteticamente descritte:

N.	Operatore economico	Partita IVA	Esito verifica doc. amm.va	Motivazione
1	CANTEL MEDICA (ITALY)	01893311009	Ammesso	Documentazione regolare
2	NUOVA FARMEC	01737830230	Ammesso	Documentazione regolare
3	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	01572210449	Ammesso	Documentazione regolare

Terminate le operazioni di cui sopra, il RUP dichiara conclusa la seduta pubblica.


Letto, confermato, sottoscritto.

Il Seggio di gara

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio R.U.P.

(con funzione verbalizzante)

Dott.ssa Emanuela Teodori



VERBALE DEL 14/07/2021

Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo. CIG 8190582A14. Codice gara G00488.

Seduta pubblica telematica di apertura offerte tecniche

Il giorno 14 luglio 2021 alle ore 8:00, si riunisce in seduta riservata telematica la Commissione Tecnica nominato con atto prot. nr. 90094/2021, relativamente alla procedura in intestazione nelle persone di:

Presidente: Dott. Carmelo Barbera – Direttore UOC Gastroenterologia Teramo

Componente: Sig.ra Tania Pecorale – Coll. Prof. Sanitario Infermerie – Coordinatore Gastroenterologia Teramo

Componente: Sig.ra Antonella Fagnani – Coll. Prof. Sanitario Infermiere Gastroenterologia Teramo

Segretario non componente: Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio – UOC Acquisizione Beni e Servizi ASL Teramo

La seduta per l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche è svolta interamente in modalità telematica ed i componenti della commissione, che hanno reso le dichiarazioni relative all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 (conservate agli atti), presenziano in collegamento da remoto per il tramite delle credenziali messe loro a disposizione.

Il segretario della commissione, quindi, procede all'apertura delle buste come stabilito all'art. 22 del disciplinare di gara e accerta che il sistema non ha rilevato errori formali nell'invio delle stesse.

La commissione, quindi, si riserva di valutare il contenuto delle offerte in successiva seduta riservata la cui data è da stabilire.


Sentito il Presidente, Dott. Carmelo Barbera, viene stabilito il calendario della prova pratica secondo quanto previsto all'art. 18 del Disciplinare. Le prove pratiche avranno inizio dal 6 settembre p.v.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Segretario, su delega del Presidente, chiude la seduta pubblica.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 90094/2021 ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura emargina in oggetto, composta dal **Dott. Carmelo Barbera** – Direttore UOC Gastroenterologia P.O. Teramo – in qualità di presidente, dalla **Sig.ra Tania Pecorale** – Coll. Prof. Sanitario Infermiere – Coordinatore Gastroenterologia P.O. Teramo – e dalla **Sig.ra Antonella Fagnani** – Coll. Prof. Sanitario Infermiere P.O. di Teramo – in qualità di componenti, e dalla **Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio**, Funzionario della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, si è riunita presso la sede ASL di Teramo, in sedute riservate, nei seguenti giorni:

- 14 luglio 2021 (di seguito alla seduta pubblica telematica di apertura busta tecnica)
- 12 ottobre 2021
- 29 ottobre 2021
- 16 novembre 2021
- 23 novembre 2021

per procedere alla valutazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi del materiale proposto in sede di gara dalle ditte concorrenti: CANTEL MEDICAL (ITALY), NUOVA FARMEC e PAOLETTI SRL UNIPERSONALE.

Premesso che:

- con delibera n. 1444/2019 è stata indetta procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo;
- successivamente alla pubblicazione della procedura sul portale appalti dell'ASL (gara n. G00488 del 10/02/2020), causa lo stato di emergenza sanitaria nazionale, il termine per la presentazione delle offerte è stato rinviato a data da destinarsi (avvisi GUUE 2020 s 057-136014 e GURI 33/2020);
- a seguito dell'esame delle richieste di chiarimento pervenute, si è reso necessario procedere ad una rivisitazione tecnico/economica del lotto di gara (stralcio delle lavasonde TEE) con conseguente adeguamento dei relativi atti di gara precedentemente approvati con deliberazione n. 1444/2019;
- le suddette integrazioni sono state approvate con deliberazione n. 699/2021 e sono state oggetto di pubblicazione sulla GUUE bando 2021/S 077-197204 e sulla GURI n. 43/2021;
- con i suddetti bandi il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato all' 11/06/2021 ore 13:00;
- entro il nuovo termine di scadenza (11/06/2021 ore 13:00) hanno presentato offerta le seguenti ditte:
 - 1 CANTEL MEDICAL (ITALY)
 - 2 NUOVA FARMEC
 - 3 PAOLETTI SRL UNIPERSONALE



- i membri della suddetta Commissione Giudicatrice sono stati invitati a dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis lettera c) del D. Lgs. 165/2001 e a prendere visione del Regolamento e del Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione n. 101 del 28.01.2014, disponibile sul sito aziendale;
- sono stati acquisiti agli atti d'ufficio le prescritte dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà debitamente sottoscritte;

la **Commissione Giudicatrice**, nelle sedute come sopra indicate, sulla base dei criteri di valutazione di cui agli atti di gara, di quanto descritto nella documentazione tecnica proposta dagli operatori economici partecipanti e delle prove pratiche dei sistemi proposti effettuate nei periodi sotto elencati:

	Denominazione concorrente	Data esecuzione prova pratica
1	CANTEL MEDICAL (ITALY)	da lunedì 06/09/2021 a sabato 11/09/2021
2	NUOVA FARMEC SRL	da lunedì 13/09/2021 a sabato 18/09/2021
3	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	da lunedì 20/09/2021 a sabato 25/09/2021

ha proceduto, all'unanimità, all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.


Dott. Carmelo Barbera – Presidente




Sig.ra Tania Pecorale– Componente



Sig.ra Antonella Fagnani – Componente



Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Segretario non componente con funzione verbalizzante

Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili" occorrenti all'Asl di Teramo
 Numero Gara Simog 7476253

CRITERI DI VALUTAZIONE TOTALE PUNTEGGIO MAX 70		DITTE CONCORRENTI					
		CANTEL MEDICAL (ITALY)		NUOVA FARMEC		PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	
LAVA-ENDOSCOPI							
Descrizioni	Parametri						
Tempo minimo durata ciclo	punti 5	18 minuti	4,44	16 minuti	5,00	18 minuti	4,44
Possibilità di lavaggio	lavaggio a spruzzo: 1 punto lavaggio a immersione: 1 punto lavaggio abbinato: 3 punti	lavaggio abbinato	3,00	lavaggio abbinato	3,00	lavaggio a spruzzo	1,00
Ergonomia e praticità d'uso	punti 8	Caricamento della macchina dall'alto meno ergonomico per movimentazione spalle.	4,00	Caricamento dall'alto meno ergonomico per movimentazione spalle. Inoltre non presenta lo stesso sistema di connessione pompe di lavaggio e lavaendoscopi. Ad ogni operazione tra pompe e lavaendoscopi è necessario ricollegare tutti i canali.	3,00	Ottima ergonomia e praticità d'uso; si apprezza in particolare la disposizione per l'agevole alloggiamento degli strumenti: caricamento e prelievo dello strumento frontale senza movimento di spalle; porta come piano d'appoggio; per Teramo si apprezza la proposta di macchine lavaendoscopi passanti che permettono la realizzazione del percorso sporco-pulito	8,00
Sistema che effettui in automatico il test di tenuta dello strumento	controllo in continuo: punti 3 controllo a spot: punti 0	Controllo in continuo	3,00	Controllo in continuo	3,00	Controllo in continuo	3,00
Temperatura di processo costante e non superiore a 40°	punti 2	Temperatura di processo 25° (+/-5°)	2,00	Temperatura di processo 40°	1,50	Temperatura di processo 35°	1,71
Possibilità di poter eseguire test microbiologici tramite apposita procedura	punti 3	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00
Lavaggio indipendente di tutti i canali e verifica di sicurezza di tutte le fasi del ciclo	si: punti 3 no: punti 0	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00
Ciclo di autodisinfezione impostabile in modo autonomo e che interessi non solo la vasca di lavaggio ma anche l'intera linea d'acqua da ingresso muro a scarico in fognatura	punti 5	Presente	5,00	Presente	5,00	Presente	5,00
Scarico in rete fognaria libero e documentato, senza pretrattamento	punti 2	Presente	2,00	Presente	2,00	Presente	2,00
TOTALE 32 PUNTI		totale punteggio assegnato	29,44	totale punteggio assegnato	28,50	totale punteggio assegnato	31,15
ARMADI DI STOCCAGGIO							
Descrizioni	Parametri						

D. Big... *F...* *EP* *...*

Capacità di stoccaggio	punti max 4 attribuiti all'ottimizzazione degli spazi in relazione al numero di endoscopi in dotazione ai vari presidi	2,00	2,00	Il progetto proposto è più performante in relazione al processo di utilizzo degli strumenti	4,00
Presenza Lampade UV	più di 1: punti 3 uguale a 1: punti 1 uguale a 0: punti 0	No 0,00	Si 3,00	No 0,00	0,00
Garanzia di tenuta disinfezione per almeno 72 ore	punti 3	Tenuta disinfezione strumenti 31 giorni 3,00	Tenuta disinfezione strumenti 7 giorni 0,70	Tenuta disinfezione strumenti 30 giorni	2,90
Rilascio di ticket attestante le varie fasi di stoccaggio dello strumento	punti 2	Ticket rilasciato completo di tutte le informazioni necessarie 2,00	Ticket rilasciato completo di tutte le informazioni necessarie 2,00	Ticket rilasciato completo di tutte le informazioni necessarie	2,00
Apertura con codice d'accesso o codice a barre	punti 1	Apertura con codice 1,00	Apertura con codice 1,00	Apertura con codice	1,00
Connessioni strumento/armadio compatibili con connessioni strumento/lava-endoscopi	si: punti 2 no: punti 0	Connessioni compatibili 2,00	Connessioni compatibili 2,00	Connessioni compatibili	2,00
TOTALE 15 PUNTI		totale punteggio assegnato 10,00	totale punteggio assegnato 10,70	totale punteggio assegnato 11,90	

TRACCIABILITA'					
Descrizione	Parametri				
Sistema in grado di interfacciarsi integralmente con tutte le apparecchiature per la gestione integrata dei dati acquisiti, e la loro archiviazione remota.	si: 4 punti no: 0 punti	Si; previsto cambio pompa presso il reparto di Teramo incluso nel progetto senza aggravio di costi 4,00	Si 4,00	Si; previsto cambio lavandino presso il reparto di Teramo incluso nel progetto senza aggravio di costi	4,00
Monitoraggio centralizzato ed in real time dello stato degli strumenti endoscopici in uso e dello stato delle altre singole apparecchiature in dotazione in questa specifica fornitura di gara.	si: 3 punti no: 0 punti	Si 3,00	Si 3,00	Si 3,00	3,00
Comunicazione tra i vari nodi del sistema tramite protocollo TCP/IP attraverso rete LAN	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00	1,00
Accessibilità da remoto ai nodi del sistema, tramite protocollo, ai fini dell'assistenza tecnica e della manutenzione evolutiva	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00	1,00
Fornitura inclusiva di un server da installare localmente di caratteristiche idonee a garantire la completa e sicura gestione di tutti i dati acquisiti	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00	1,00
TOTALE 10 PUNTI		totale punteggio assegnato 10,00	totale punteggio assegnato 10,00	totale punteggio assegnato 10,00	10,00



SISTEMA AUTOMATIZZATO DI LAVAGGIO					
Descrizione	Parametri				
Numero e gestione programmi memorizzabili	punti max 2 (il punteggio sarà direttamente proporzionale al numero dei programmi di lavaggio; il punteggio max sarà attribuito al numero massimo di lavaggi proposti)	1 programma 0,33	5 programmi 1,67	6 programmi	2,00
Dosaggio automatico liquidi e loro controllo	si: 2 punti no: 0 punti	Si 2,00	Si 2,00	Si 2,00	2,00


Alberto... *...* *...*

Test di tenuta in continuo	si: 2 punti no: 0 punti	Si 2,00	Si 2,00	Si 2,00
Controllo del ciclo in esecuzione e rilevamento informazioni	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00
Banco lavello, porte scorrevoli e vasca in acciaio inox con possibilità realizzativa su misura	2 punti	Si 2,00	Si 2,00	Si 2,00
Tubazione per irrigazione dei canali rimovibile ed autoclavabile	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00
TOTALE 10 PUNTI		totale punteggio assegnato 8,33	totale punteggio assegnato 9,67	totale punteggio assegnato 10,00

Descrizione	Parametri						
Eventual migliorie proposte per ciascuna apparecchiatura	punti max 3	La Commissione Giudicatrice ritiene che le caratteristiche proposte dalla ditta non apportano significative migliorie al sistema proposto	0,00	La Commissione Giudicatrice ritiene che le caratteristiche proposte dalla ditta non apportano significative migliorie al sistema proposto	0,00	Si apprezzano in particolar modo le caratteristiche migliorative del sistema di lavaggio: altezza regolabile; doppia pistola aria e acqua; piano in Corian; ogni singola vasca sviluppata in lunghezza rende ergonomicamente più agevole le operazioni di reprocessing; sostituzione dell'attuale lavello del Servizio di Endoscopia di Teramo con due lavelli come da offerta.	3,00
TOTALE 3 PUNTI		totale punteggio assegnato 0,00	totale punteggio assegnato 0,00	totale punteggio assegnato 3,00			

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO ASSEGNATO	57,77	58,87	66,05
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	61,22	62,39	70,00



VERBALE del 30/11/2021

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo. CIG 8190582A14.

Seduta pubblica telematica di apertura offerte economiche.

Il giorno 30 novembre 2021 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1, la Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, funzionario dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, RUP della procedura in oggetto, unitamente ai componenti la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016 con provvedimento prot. n. 90094/21 per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in intestazione nelle persone di:

- Dott. Carmelo Barbera – Direttore UOC Gastroenterologia Teramo (Presidente)
- Sig.ra Tania Pecorale – Coll. Prof. Sanitario Infermiere – Coordinatore Gastroenterologia P.O. Teramo (Componente)
- Sig.ra Antonella Fagnani – Coll. Prof. Sanitario Infermiere – Coordinatore Gastroenterologia P.O. Teramo (Componente)

si riunisce in seduta pubblica telematica, a decorrere dalle ore 14:30, per procedere allo svolgimento delle attività di cui all'art. 22 del disciplinare di gara e, in particolare, per la valutazione dell'offerta economica.

I Componenti la Commissione presenziano in collegamento da remoto per il tramite delle credenziali di accesso messe loro a disposizione ed il presidente dà mandato al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, di aprire sulla piattaforma telematica le buste economiche dando visione del valore complessivo delle offerte presentate.

Il RUP preso atto delle risultanze della valutazione tecnica delle offerte degli operatori economici partecipanti così come da verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente verbale (all. 1), e collegatosi al sistema della piattaforma telematica della S.A.,

- procede, dopo aver inserito la relativa password criptata, all'apertura telematica delle offerte economiche,
- verifica la conformità della documentazione economica a quanto richiesto nel disciplinare di gara,
- da visione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi riportandone le risultanze nel prospetto seguente:

Concorrente	Punteggio qualitativo	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio quantitativo	Punteggio complessivo (qualitativo + quantitativo)
CANTEL MEDICAL (ITALY)	61,22	€ 980.200,00	30,00	91,22
NUOVA FARMEC SRL	62,39	€ 1.501.500,00	19,58	81,97
PAOLETTI SRL	70,00	€ 1.813.500,00	16,21	86,21
Punteggio complessivo massimo				91,22
Migliore offerta				€ 980.200,00

Preso atto che la ditta CANTEL MEDICAL (ITALY) ha conseguito un punteggio tecnico e un punteggio economico (punteggio tecnico 70,00 – punteggio economico 28,902) entrambi superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 50/2016, art. 97, comma 3 (soglia punteggio tecnico 56 e soglia punteggio economico 24), si darà avvio al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5, del citato D. Lgs. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione viene rinviata all'esito del procedimento di anomalia dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 90094/2021 ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura emargina in oggetto, composta dal **Dott. Carmelo Barbera** – Direttore UOC Gastroenterologia P.O. Teramo – in qualità di presidente, dalla **Sig.ra Tania Pecorale** – Coll. Prof. Sanitario Infermiere – Coordinatore Gastroenterologia P.O. Teramo – e dalla **Sig.ra Antonella Fagnani** – Coll. Prof. Sanitario Infermiere P.O. di Teramo – in qualità di componenti, e dalla **Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio**, Funzionario della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, si è riunita presso la sede ASL di Teramo, in sedute riservate, nei seguenti giorni:

- 14 luglio 2021 (di seguito alla seduta pubblica telematica di apertura busta tecnica)
- 12 ottobre 2021
- 29 ottobre 2021
- 16 novembre 2021
- 23 novembre 2021

per procedere alla valutazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi del materiale proposto in sede di gara dalle ditte concorrenti: CANTEL MEDICAL (ITALY), NUOVA FARMEC e PAOLETTI SRL UNIPERSONALE.

Premesso che:

- con delibera n. 1444/2019 è stata indetta procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura in service di sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili occorrenti all'Asl di Teramo;
- successivamente alla pubblicazione della procedura sul portale appalti dell'ASL (gara n. G00488 del 10/02/2020), causa lo stato di emergenza sanitaria nazionale, il termine per la presentazione delle offerte è stato rinviato a data da destinarsi (avvisi GUUE 2020 s 057-136014 e GURI 33/2020);
- a seguito dell'esame delle richieste di chiarimento pervenute, si è reso necessario procedere ad una rivisitazione tecnico/economica del lotto di gara (stralcio delle lavasonde TEE) con conseguente adeguamento dei relativi atti di gara precedentemente approvati con deliberazione n. 1444/2019;
- le suddette integrazioni sono state approvate con deliberazione n. 699/2021 e sono state oggetto di pubblicazione sulla GUUE bando 2021/S 077-197204 e sulla GURI n. 43/2021;
- con i suddetti bandi il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato all' 11/06/2021 ore 13:00;
- entro il nuovo termine di scadenza (11/06/2021 ore 13:00) hanno presentato offerta le seguenti ditte:
 - 1 CANTEL MEDICAL (ITALY)
 - 2 NUOVA FARMEC
 - 3 PAOLETTI SRL UNIPERSONALE



- i membri della suddetta Commissione Giudicatrice sono stati invitati a dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis lettera c) del D. Lgs. 165/2001 e a prendere visione del Regolamento e del Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione n. 101 del 28.01.2014, disponibile sul sito aziendale;
- sono stati acquisiti agli atti d'ufficio le prescritte dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà debitamente sottoscritte;

la **Commissione Giudicatrice**, nelle sedute come sopra indicate, sulla base dei criteri di valutazione di cui agli atti di gara, di quanto descritto nella documentazione tecnica proposta dagli operatori economici partecipanti e delle prove pratiche dei sistemi proposti effettuate nei periodi sotto elencati:

	Denominazione concorrente	Data esecuzione prova pratica
1	CANTEL MEDICAL (ITALY)	da lunedì 06/09/2021 a sabato 11/09/2021
2	NUOVA FARMEC SRL	da lunedì 13/09/2021 a sabato 18/09/2021
3	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	da lunedì 20/09/2021 a sabato 25/09/2021

ha proceduto, all'unanimità, all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.


Dott. Carmelo Barbera – Presidente



Sig.ra Tania Pecorale– Componente



Sig.ra Antonella Fagnani – Componente



Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Segretario non componente con funzione verbalizzante

Procedura aperta, a lotto unico, ex art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in service di "sistemi completi per il trattamento, la conservazione e la tracciabilità degli endoscopi flessibili" occorrenti all'Asl di Teramo
 Numero Gara Simog 7476253

CRITERI DI VALUTAZIONE TOTALE PUNTEGGIO MAX 70		DITTE CONCORRENTI					
		CANTEL MEDICAL (ITALY)		NUOVA FARMEC		PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	
LAVA-ENDOSCOPI							
Descrizioni	Parametri						
Tempo minimo durata ciclo	punti 5	18 minuti	4,44	16 minuti	5,00	18 minuti	4,44
Possibilità di lavaggio	lavaggio a spruzzo: 1 punto lavaggio a immersione: 1 punto lavaggio abbinato: 3 punti	lavaggio abbinato	3,00	lavaggio abbinato	3,00	lavaggio a spruzzo	1,00
Ergonomia e praticità d'uso	punti 8	Caricamento della macchina dall'alto meno ergonomico per movimentazione spalle.	4,00	Caricamento dall'alto meno ergonomico per movimentazione spalle. Inoltre non presenta lo stesso sistema di connessione pompe di lavaggio e lavaendoscopi. Ad ogni operazione tra pompe e lavaendoscopi è necessario ricollegare tutti i canali.	3,00	Ottima ergonomia e praticità d'uso; si apprezza in particolare la disposizione per l'agevole alloggiamento degli strumenti: caricamento e prelievo dello strumento frontale senza movimento di spalle; porta come piano d'appoggio; per Teramo si apprezza la proposta di macchine lavaendoscopi passanti che permettono la realizzazione del percorso sporco-pulito	8,00
Sistema che effettui in automatico il test di tenuta dello strumento	controllo in continuo: punti 3 controllo a spot: punti 0	Controllo in continuo	3,00	Controllo in continuo	3,00	Controllo in continuo	3,00
Temperatura di processo costante e non superiore a 40°	punti 2	Temperatura di processo 25° (+/-5°)	2,00	Temperatura di processo 40°	1,50	Temperatura di processo 35°	1,71
Possibilità di poter eseguire test microbiologici tramite apposita procedura	punti 3	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00
Lavaggio indipendente di tutti i canali e verifica di sicurezza di tutte le fasi del ciclo	si: punti 3 no: punti 0	Si	3,00	Si	3,00	Si	3,00
Ciclo di autodisinfezione impostabile in modo autonomo e che interessi non solo la vasca di lavaggio ma anche l'intera linea d'acqua da ingresso muro a scarico in fognatura	punti 5	Presente	5,00	Presente	5,00	Presente	5,00
Scarico in rete fognaria libero e documentato, senza pretrattamento	punti 2	Presente	2,00	Presente	2,00	Presente	2,00
TOTALE 32 PUNTI		totale punteggio assegnato	29,44	totale punteggio assegnato	28,50	totale punteggio assegnato	31,15
ARMADI DI STOCCAGGIO							
Descrizioni	Parametri						

Capacità di stoccaggio	punti max 4 attribuiti all'ottimizzazione degli spazi in relazione al numero di endoscopi in dotazione ai vari presidi	2,00	2,00	Il progetto proposto è più performante in relazione al processo di utilizzo degli strumenti	4,00
Presenza Lampade UV	più di 1: punti 3 uguale a 1: punti 1 uguale a 0: punti 0	No 0,00	Si 3,00	No 0,00	0,00
Garanzia di tenuta disinfezione per almeno 72 ore	punti 3	Tenuta disinfezione strumenti 31 giorni 3,00	Tenuta disinfezione strumenti 7 giorni 0,70	Tenuta disinfezione strumenti 30 giorni	2,90
Rilascio di ticket attestante le varie fasi di stoccaggio dello strumento	punti 2	Ticket rilasciato completo di tutte le informazioni necessarie 2,00	Ticket rilasciato completo di tutte le informazioni necessarie 2,00	Ticket rilasciato completo di tutte le informazioni necessarie	2,00
Apertura con codice d'accesso o codice a barre	punti 1	Apertura con codice 1,00	Apertura con codice 1,00	Apertura con codice	1,00
Connessioni strumento/armadio compatibili con connessioni strumento/lava-endoscopi	si: punti 2 no: punti 0	Connessioni compatibili 2,00	Connessioni compatibili 2,00	Connessioni compatibili	2,00
TOTALE 15 PUNTI		totale punteggio assegnato 10,00	totale punteggio assegnato 10,70	totale punteggio assegnato 11,90	

TRACCIABILITA'					
Descrizione	Parametri				
Sistema in grado di interfacciarsi integralmente con tutte le apparecchiature per la gestione integrata dei dati acquisiti, e la loro archiviazione remota.	si: 4 punti no: 0 punti	Si; previsto cambio pompa presso il reparto di Teramo incluso nel progetto senza aggravio di costi 4,00	Si 4,00	Si; previsto cambio lavandino presso il reparto di Teramo incluso nel progetto senza aggravio di costi	4,00
Monitoraggio centralizzato ed in real time dello stato degli strumenti endoscopici in uso e dello stato delle altre singole apparecchiature in dotazione in questa specifica fornitura di gara.	si: 3 punti no: 0 punti	Si 3,00	Si 3,00	Si 3,00	3,00
Comunicazione tra i vari nodi del sistema tramite protocollo TCP/IP attraverso rete LAN	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00	1,00
Accessibilità da remoto ai nodi del sistema, tramite protocollo, ai fini dell'assistenza tecnica e della manutenzione evolutiva	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00	1,00
Fornitura inclusiva di un server da installare localmente di caratteristiche idonee a garantire la completa e sicura gestione di tutti i dati acquisiti	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00	1,00
TOTALE 10 PUNTI		totale punteggio assegnato 10,00	totale punteggio assegnato 10,00	totale punteggio assegnato 10,00	10,00

SISTEMA AUTOMATIZZATO DI LAVAGGIO					
Descrizione	Parametri				
Numero e gestione programmi memorizzabili	punti max 2 (il punteggio sarà direttamente proporzionale al numero dei programmi di lavaggio; il punteggio max sarà attribuito al numero massimo di lavaggi proposti)	1 programma 0,33	5 programmi 1,67	6 programmi	2,00
Dosaggio automatico liquidi e loro controllo	si: 2 punti no: 0 punti	Si 2,00	Si 2,00	Si 2,00	2,00

Test di tenuta in continuo	si: 2 punti no: 0 punti	Si 2,00	Si 2,00	Si 2,00
Controllo del ciclo in esecuzione e rilevamento informazioni	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00
Banco lavello, porte scorrevoli e vasca in acciaio inox con possibilità realizzativa su misura	2 punti	Si 2,00	Si 2,00	Si 2,00
Tubazione per irrigazione dei canali rimovibile ed autoclavabile	si: 1 punto no: 0 punti	Si 1,00	Si 1,00	Si 1,00
TOTALE 10 PUNTI		totale punteggio assegnato 8,33	totale punteggio assegnato 9,67	totale punteggio assegnato 10,00

Descrizione	Parametri						
Eventual migliorie proposte per ciascuna apparecchiatura	punti max 3	La Commissione Giudicatrice ritiene che le caratteristiche proposte dalla ditta non apportano significative migliorie al sistema proposto	0,00	La Commissione Giudicatrice ritiene che le caratteristiche proposte dalla ditta non apportano significative migliorie al sistema proposto	0,00	Si apprezzano in particolar modo le caratteristiche migliorative del sistema di lavaggio: altezza regolabile; doppia pistola aria e acqua; piano in Corian; ogni singola vasca sviluppata in lunghezza rende ergonomicamente più agevole le operazioni di reprocessing; sostituzione dell'attuale lavello del Servizio di Endoscopia di Teramo con due lavelli come da offerta.	3,00
TOTALE 3 PUNTI		totale punteggio assegnato 0,00	totale punteggio assegnato 0,00	totale punteggio assegnato 3,00			

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO ASSEGNATO	57,77	58,87	66,05
---	--------------	--------------	--------------

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	61,22	62,39	70,00
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

