

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

20 SET. 2022

Il giorno, il Dott. Domenico Lori, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 642 del 30/03/2021, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente Ordinanza.

ORDINANZA n° **1484**.....

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI N. 8 PUNTI DI USO DI PERMEATO PRESSO LA SALA TECNICA DI EMODIALISI DEL P.O. DI TERAMO. CIG: Z8B37C3358 – CUP: G48I22000720005.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con l'allegata nota prot. n. 0034993/22 del 22/03/2022 il Dott. Luigi Amoroso, Direttore della UOC Nefrologia e Dialisi, ha richiesto l'installazione di n. 8 punti di uso di permeato presso la sala tecnica di emodialisi del P.O. di Teramo, al fine provvedere alla manutenzione e disinfezione dei monitor di riserva (**All. n. 1**);
- in data 09/06/2022 il Direttore Sanitario Aziendale ha approvato l'intervento in parola (**All. n. 2**);

DATO ATTO che, nell'ambito della procedura, è stato individuato l'Ing. Maurizio Baratiri in qualità di RUP e Direttore dei Lavori;

VISTI gli artt:

- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto”;*
- 1 comma 1 del DL 76 del 11/07/2020 convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. che testualmente recita *“al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;*
- 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020 convertito in L. 120 del 11/09/2020 ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei*

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: **a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.** In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

DATO ATTO delle modalità di scelta del contraente e delle principali condizioni contrattuali, qui riassunte:

- affidamento diretto ex art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020, ad un'impresa individuata dal Responsabile del Procedimento, in possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 10.000,00;
- le principali condizioni contrattuali risultano essere:
 - a) rispetto del D.Lgs. 50/2016 e della L. 120/2020;
 - b) termine ultimazione dei lavori 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori;
 - c) rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
 - d) accettazione patto di integrità;
 - e) pagamento in un'unica soluzione a seguito del collaudo, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
 - f) trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/16;
 - g) applicazioni di penali pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non superiore al 10% dell'importo di contratto;

VISTE le linee guida n. 4 emanate dall'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.L. 32/2019 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

DATO ATTO che per quanto sopra è stata interpellata l'impresa Evos Srl Società Uninominale, che possiede i requisiti tecnico-professionali e la necessaria esperienza per l'esecuzione di lavori di che trattasi, la quale si è resa immediatamente disponibile ed ha rimesso l'allegato preventivo di spesa n. 006/2022/REV del 10/06/2022 per € 8.010,00 oltre Iva (**All. n. 3**);

PRESO ATTO che in data 14/09/2022 (cfr verbale n. 24) i componenti del tavolo gestore dei fabbisogni hanno autorizzato, tra l'altro, i lavori in argomento;

CONSIDERATO che il RUP, Ing. Maurizio Baratiri, con la sottoscrizione del presente atto, ritiene l'offerta della ditta Evos Srl Società Uninominale, in allegato, congrua e tecnicamente rispondente alle necessità richieste;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16 sul possesso dei requisiti dell'impresa Evos Srl Società Uninominale che, in caso di esito negativo, comporterà la decadenza dell'affidamento;

RITENUTO pertanto di:

- affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., l'installazione di n. 8 punti di uso di permeato presso la sala tecnica di emodialisi del P.O. di Teramo alla ditta Evos Srl Società Uninominale con sede legale in Montesilvano (PE), Via Verrotti 2, P.Iva 01827330687, per un importo complessivo pari a € 8.010,00 oltre IVA;
- nominare l'Ing. Maurizio Baratiri in qualità di RUP e Direttore dei lavori in argomento;
- dare mandato alla UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni di provvedere all'emissione dell'ordine informatizzato e liquidare alla ditta Evos Srl Società Uninominale l'importo pari ad € 8.010,00 oltre IVA, a seguito della regolare esecuzione dei lavori - accertata dal direttore dei lavori - e della verifica della regolarità del DURC;

- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde permettere l'esecuzione dei lavori di cui trattasi nel più breve tempo possibile;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., l'installazione di n. 8 punti di uso di permeato presso la sala tecnica di emodialisi del P.O. di Teramo alla ditta Evos Srl Società Uninomiale con sede legale in Montesilvano (PE), Via Verrotti 2, P.Iva 01827330687, per un importo complessivo pari a € 8.010,00 oltre IVA;
- 2) **NOMINARE** l'Ing. Maurizio Baratiri in qualità di RUP e Direttore dei lavori in argomento;
- 3) **DARE ATTO** che sono in corso le verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16 sul possesso dei requisiti dell'impresa Evos Srl Società Uninomiale che, in caso di esito negativo, comporterà la decadenza dell'affidamento;
- 4) **APPROVARE** lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;
- 5) **DARE MANDATO** alla UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni di provvedere all'emissione dell'ordine informatizzato e liquidare alla ditta Evos Srl Società Uninomiale l'importo pari ad € 8.010,00 oltre IVA, a seguito della regolare esecuzione dei lavori - accertata dal direttore dei lavori - e della verifica della regolarità del DURC;
- 6) **DARE ATTO** che per il pagamento dei lavori in oggetto (**€ 9.772,20 iva 22% inclusa**) è stata acquisita l'autorizzazione n. 2022/1 sub 123, come indicato nello schema contabile del presente atto;
- 7) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati al presente atto sono costituiti da n. 9 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Nota prot. n. 0034993/22 del 22/03/2022 del Direttore della UOC Nefrologia e Dialisi (pagg. 2)

Allegato n. 2 – Approvazione del Direttore Sanitario Aziendale (pagg. 1)

Allegato n. 3 – Offerta della ditta Evos Srl Società Uninominale (pagg. 3)

Allegato n. 4 – Schema di Contratto (pagg. 3)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maurizio Baratin





Dott.ssa Rosella Malandra
Responsabile UOS Terapia
Emodepurativa

Dott.ssa Manuela Magnano

Dott. Paolo Felaco

Dott.ssa Martina Complesse

Dott. Nicola Spetrino

Studio Medici

Tel 0861/429.750-1

Coordinatrice Infermieristica

Sig.ra Milva Di Giovanni

Tel 0861/429.745

Ambulatorio Medico

Tel 0861/429.746

Degenza Nefrologica

Tel 0861/429.205

Dialisi Peritoneale

Tel 0861/429.744

Emodialisi

Tel 0861/429.749

Fax

0861 429.747

Dott. Maurizio Brucchi

Direttore Sanitario ASL Teramo

Dott. Pietro Romualdi

Direttore Sanitario PO Teramo

Dott. Domenico Lori

UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ASL Teramo

Preg.mi,

al fine di migliorare la “catena dell’igiene” in emodialisi (trattamento delle acque e disinfezione monitor per emodialisi) tenendo presente il sempre maggior ricorso a trattamenti emodialitici effettuati con metodiche che necessitano di un liquido di dialisi ultrapuro e che sono sottoposti a terapia emodialitica pazienti HCV ed HIV positivi, si chiede di installare nell’attuale sala tecnica di emodialisi, sita al piano seminterrato del PO di Teramo, n° 8 punti di uso di permeato per permettere la manutenzione e disinfezione dei monitor di riserva.

Attualmente i punti d’uso presenti risultano insufficienti per le disinfezioni dei monitor che attualmente vengono garantite in maniera alternata lasciando vuoti i tubi di connessione delle apparecchiature stesse con il rischio di contaminazione batterica. Inoltre per l’esecuzione della disinfezione (durata 45/50 min), viene impiegato il personale infermieristico che deve lasciare la sala dialisi.

L’installazione dei punti di utilizzo aggiuntivi permetterebbe:

- a) La possibilità di collegare contemporaneamente tutte le apparecchiature di riserva ed i monitor dedicati ai pazienti positivi;
- b) Ridurre i rischi di contaminazione dei tubi non collegati;
- c) Programmare disinfezioni automatizzate senza l’intervento del personale infermieristico;






REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale – Teramo
PO “G Mazzini” Teramo
UOC Nefrologia e Dialisi
Direttore Dott. Luigi Amoroso

- d) Garantire tempi di disinfezioni certi come previsto dai manuali operativi per i dispositivi medici.

Certo di un vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti.

Dott. Luigi Amoroso

Teramo 22.03.22


U.O.C. Nefrologia e Dialisi
Dott. Luigi Amoroso
67-54-1517



dirsan

Da: Lori Domenico
Inviato: martedì 7 giugno 2022 16:47
A: evoservice1@vigilio.it
Cc: dirsan; Amoroso Luigi
Oggetto: Richiesta preventivo installazione 8 punti di uso di permeato

In riferimento al colloquio intercorso in merito a quanto in oggetto, si conferma la richiesta di preventivo per l'installazione nella sala tecnica di emodialisi, sita al piano seminterrato del PO di Teramo, di n°8 punti di uso di permeato.

Cordiali saluti

Domenico Lori

Azienda Sanitaria Locale n. 4 - Teramo

Direttore U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Tel. 0861.420320

Mobile 3287029152

domenico.lori@aslteramo.it



M. Brucchi
IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Maurizio Brucchi
06/06/22

Ns. rif 066/2022/Rev

ASL TERAMO
U.O.C. Patrimonio, lavori e
manutenzioni
Circonvallazione Ragusa I
64100 TERAMO

c.a. Dir. U.O.C Patrimonio lavori e Manutenzioni
Domenico Lori
Email: domenico.lori@aslteramo.it

Montesilvano 10/06/2022

OGGETTO: Preventivo per implementazione di n°8 stacchi rene su anello di distribuzione permeato in PEX esistente ed installazione scarichi c/o stanza tecnica al piano seminterrato reparto dialisi P.O. Teramo (TE)

Come da vostra gentile richiesta via email del 09/06/2022 vi sottoponiamo la nostra migliore per l'implementazione di n° 8 stacchi rene anello distribuzione permeato in PEX esistente. installazione scarichi c/o stanza tecnica reparto Dialisi .

Dettaglio Lavori:

- Implementazione anello di distribuzione permeato esistente con tubo in PEX staffato in canale 80/60 per n.8 Stacchi rene;
- Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario come meglio specificato in seguito
- installazione e collegamento scarichi monitors;
- prova tenuta impianto;
- disinfezione circuito.





EVOS srl

Società uninomiale

Dettaglio materiale occorrente

Descrizione	Q.tà
TUBO PEX 25	Mt 30
ANELLO OTTONE	Pz 20
CONDOTTO CURVATO 45+ MOLLE FISSAGGIO	Pz 6
CONDOTTO CURVATO 90 + MOLLE FISSAGGIO	Pz 10
CANALINA SEMISFERICA 25	Mt 30
COLLARE FISS. D. 1/2"	Pz 40
RACCORDO A U PER PEX - INOX 316	Pz 2
RACCORDO A T - 1/2" CLAMP - INOX 316	Pz 8
RACCORDO GOMITO 90° PER PEX - INOX 316	Pz 6
RACCORDO TUBO/TUBO - INOX 316	Pz 3
STACCO RENE SINGOLO INOX 316	Pz 8
VALVOLE GEMU a MEMBRANA STACCO RENE	Pz 8
INNESTO FEMMINA c/portagomma	Pz 8
TERMINALE LOOP +VALVOLA + 2 ATT. 1/4"	Pz 2
CANALE CHIUSO 80X60 TA80.60W	Mt 30
ANGOLO PIANO 80 X 60 W	Pz 8
ANGOLO ESTERNO 80 X 60 W	Pz 4
ANGOLO INTERNO 80 X 60 W	Pz 4
TERMINALE P/CANALE 80x60	Pz 4
TASSELLO NYLON D.6 x 35 cof 100	Pz 1
MORSETTO CLAMP INOX 1/2"	Pz 8
GUARNIZIONE SILICONICO 1/2" PER CLAMP	Pz 8
RACCORDO SCARICO INOX AD U	Pz 8
DISINFETTANTE ACIDO PERACETICO lt5	Pz 2

Dettaglio Costi

Materiale occorrente	€ 7.340.00
Manodopera	€ 1.280.00
Viaggio-Trasferta	€ 280.00

Totale preventivo € 8.900,00 (Ottomilanovecentoeuro/00) + IVA a norma di legge.

Il lavoro verrà effettuato con la presenza di n°2 tecnici per 2gg in orario non di dialisi per non interrompere le attività dialitiche

A seguito di richiesta via email del dott. Ing. Domenico Lori si applica uno sconto incondizionato pari al 10%.

Prezzo scontato € 8.010,00 (ottomiladiecimila) + iva

Il seguente preventivo comprende tutto il materiale occorrente, manodopera, trasferte, vitto e alloggio. NON prevede il carotaggio delle pareti ed eventuali opere murarie.

Si garantisce lavoro svolto a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Pagamento: bonifico bancario 60gg data fattura f. m.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti

Claudio Di Marcello
Evos srl
Società unipersonale
EVOS S.r.l.
SOCIETÀ UNIPERSONALE



U. O. C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Direttore: Dott. Domenico Lori
Tel. 0861 420320 Fax. 0861 420338

SCHIME DI CONTRATTO

Spett.le Ditta
Evos Srl Società Uninominale
Via Verrotti 2
Montesilvano (PE)
evoservice1@virgilio.it

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI N. 8 PUNTI DI USO DI PERMEATO PRESSO LA SALA TECNICA DI EMODIALISI DEL P.O. DI TERAMO. CIG: Z8B37C3358 – CUP: G48I22000720005.

Si comunica che con ordinanza n. ____ del _____ è stato disposto l'affidamento a codesta Ditta dei lavori in oggetto, alle condizioni di cui nel seguito e del preventivo di spesa n. 006/2022/REV del 10/06/2022, che è parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto anche se qui non materialmente allegato, per un importo di € 8.010,00 oltre IVA.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il lavoro dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori entro giorni 30 dalla data del verbale di consegna lavori.

REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dei Lavori attesterà la corretta esecuzione del lavoro di cui trattasi a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La penale non potrà mai superare il 10% dell'importo di contratto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato a saldo in un'unica soluzione, a seguito di emissione del C.R.E., entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura, risultante dalla registrazione presso il Settore Economico Finanziario.

ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'affidatario si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.

2. L'affidatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Entro sette giorni dall'accensione del conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, l'affidatario comunica allo scrivente ufficio gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'affidatario si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori, qualora autorizzati, e subcontraenti, stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, della presente lettera-contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve essere inserita a pena di nullità assoluta del contratto e l'affidatario si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante copia dei citati contratti.

4. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni ne dà immediata comunicazione allo scrivente ufficio ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Teramo.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente lettera-contratto.

FATTURAZIONE

Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, devono essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. La fattura elettronica dovrà presentare l'annotazione "scissione dei pagamenti" e dovrà contenere CIG: **Z8B37C3358** e Codice univoco d'ufficio: **UFPLOH**.

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal codice di comportamento dell'AUSL 4 di Teramo, approvato con Deliberazione n. 101 del 28 gennaio 2014. Tale codice di comportamento, sebbene non materialmente allegato, si ritiene accettato in ogni disposizione contenuta ed è considerato parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Ente a risolvere la Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

PATTO DI INTEGRITA'

L'affidatario dichiara di accettare integralmente le clausole contenute nel "Patto di integrità" pubblicato sul sito dell'Azienda USL di Teramo.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente lettera-contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

RECESSO

Le parti convengono che l'eventuale carenza o assenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, riscontrata a seguito dei controlli presso le autorità competenti, nei riguardi dell'Impresa, comporterà l'invalidità e l'inefficacia del presente contratto ovvero la risoluzione dello stesso per fatto e colpa dell'affidatario. In tale circostanza l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,

purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A i sensi del Regolamento Europeo 679/16 in materia di Sicurezza del Trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti da questo Ente, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente procedura. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento Europeo 679/16.

Teramo _____

Il R.U.P.
(Ing. Maurizio Baratiri)

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Di Giosia)

Il Direttore della UOC
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
(Dott. Domenico Lori)

L'impresa
Evos Srl Società Uninomiale





A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2022 € 9.772,20 sottoconto 010102030200 autorizzazione 2022/1 sub 123

Fonte di finanziamento: FSN

Data 15/9/2022

Il Dirigente




U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.



Data: 15-9-2022

Il Contabile



Il Dirigente

U.O.C. Attività Economiche e Finanzia...
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



ORIGINALE


Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. *Simone De Santis*



Il Resp.le del Procedimento
Ing. *Maurizio Baratiri*



Il Direttore U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dott. *Domenico Lori*




PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data **20 SET. 2022** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data

