

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale f.f.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **0180** del **31 GEN. 2020**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di "pompe infusionali e relativo materiale di consumo" per le esigenze dell'ASL di Teramo. N. gara Simog 7215398. Provvedimento di aggiudicazione e approvazione quadro economico.

Data 23.01.2020 Firma [Signature] Data 23.01.2020 Firma [Signature]  
Il Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 23.1.2020 Firma [Signature]  
Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30/1/2020



Firma [Signature]  
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30/1/2020



Firma [Signature]  
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci


REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
 C.F. 00115590671  
 Direttore Generale f.f.: Dott. Maurizio Di Giosia

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazioni n. 1574 de 9/10/2018 e successiva integrazione n. 1657 del 19/10/2018 è stata indetta apposita procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 4 (quattro) lotti per l'affidamento della fornitura di "pompe infusionali e relativo materiale di consumo" per le esigenze dell'ASL di Teramo da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 3 del citato D. Lgs. 50/2016;
- il valore complessivo stimato per l'acquisto dei suddetti dispositivi è stato determinato in complessivi € 4.781.525,00 al netto dell'iva, riferito alla sua durata quinquennale oltre alle opzioni di rinnovo biennale, di proroga tecnica e di estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità ai sensi degli artt. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016, così suddiviso:

	valore quinquennale a base di gara	rinnovo biennale	quinto d'obbligo art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016	proroga tecnica art. 106 c. 11 d.lgs. 50/2016	valore complessivo di gara
LOTTO N. 1: noleggio pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e sistemi modulari di impiantabilità e acquisto relativi materiali di consumo					
	Euro 1.944.00,00	Euro 777.600,00	Euro 544.320,00	Euro 194.400,00	Euro 3.460.320,00
LOTTO N. 2: noleggio pompe per infusione a siringa TCI – Blocco Operatorio					
	Euro 61.250,00	Euro 24.500,00	Euro 17.150,00	Euro 6.125,00	Euro 109.025,00
LOTTO N. 3: nutripompe in service gratuito per nutrizione enterale e relativi deflussori					
	Euro 420.000,00	Euro 168.000,00	Euro 117.600,00	Euro 42.000,00	Euro 747.600,00
LOTTO N. 4: sistemi per nutrizione enterale a gravità – deflussori e sacche					
	Euro 261.000,00	Euro 104.400,00	Euro 73.080,00	Euro 26.100,00	Euro 464.580,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 2.686.250,00</b>	<b>Euro 1.074.500,00</b>	<b>Euro 752.150,00</b>	<b>Euro 268.625,00</b>	<b>Euro 4.781.525,00</b>



- con i richiamati atti deliberativi n. 1574/2018 e n. 1657/2018 sono stati altresì approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., schema di disciplinare di gara e schema capitolato speciale d'appalto;
- sono stati quindi assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto, con pubblicazione e invio dell'avviso di gara e del bando secondo le prescrizioni e procedure previste dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 (GUUE n. 2018/S 197-446646 del 12.10.2018 e n. 2018-OJS207-473729-it del 26.10.2018 – G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 119 del 12.10.2018 e n. 125 del 26.10.2018) e la documentazione di gara è stata oggetto di pubblicazione sul profilo del committente alla sezione "bandi di gara e procedure";
- nei termini previsti dall'art. 2.2 del disciplinare di gara sono stati forniti i chiarimenti inerenti alla procedura in argomento mediante pubblicazione sul profilo del committente (agli atti);
- entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte, fissato all'art.13 del disciplinare per il giorno 14.12.2018 ore 13:00, sono pervenuti n. 9 (nove) plichi da parte dei seguenti operatori economici:

*D'Ag*

- ABBOTT SRL;
- ALEA;
- B. BRAUN MILANO SPA;
- BECTON DICKINSON ITALIA SPA;
- CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL;
- FRESENIUS KABI ITALIA SRL;
- GADA ITALIA SPA;
- NESTLE' ITALIANA SPA;
- NUTRICIA ITALIA SPA;

- con verbale di seduta pubblica del 20/12/2018, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'apertura e alla verifica della documentazione contenuta nella "busta n. 1 – contiene documentazione amministrativa" ammettendo alle ulteriori fasi di gara tutti gli operatori economici suelencati;
- con provvedimento prot. n. 123088/18 (agli atti), è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/16, la commissione giudicatrice nella composizione appresso riportata:
  - Dott. Francesco Taraschi – Presidente
  - Dott. Pasqualino Spinosi – Componente
  - Dott. Valerio Di Giamberardino – Componente
  - Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio – segretario non componente;
- con verbale di seduta pubblica del 21/02/2019, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza della Commissione Giudicatrice nominata con il succitato provvedimento n. 123088/2018, ha proceduto all'apertura e alla verifica della documentazione contenuta nella "busta n. 2 – contiene documentazione tecnica", riscontrando la conformità della documentazione tecnica prodotta a quanto richiesto all'art. 16 del Disciplinare di Gara;

**VISTI:**

il verbale riepilogativo ed esplicativo redatto dalla Commissione Giudicatrice in esito alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti e conseguente attribuzione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa (allegato n. 1);

il verbale di seduta pubblica datato 19/11/2019 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procedeva all'apertura delle offerte economiche delle ditte concorrenti ammesse alla successiva fase di gara di apertura offerte economiche, le cui risultanze sono riportate nell'allegato prospetto riassuntivo (allegato n. 2);

**PRESO ATTO** che, in esito al giudizio di valutazione tecnica e all'apertura delle offerte economiche di cui al precedente punto, dopo aver effettuato le verifiche ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2019, si è proceduto, con nota prot. 114983/2019, all'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti delle Ditte prime in graduatoria: B. BRAUN MILANO SPA (lotto 1), FESENIUS KABI ITALIA SRL (lotto 2) e NUTRICIA ITALIA SPA (lotti 3 e 4);

**ATTESO** che le giustificazioni prodotte dalle Ditte B. BRAUN MILANO SPA, FRESENIUS KABI ITALIA SRL e NUTRICIA ITALIA SPA, depositate agli atti della proponente UOC, a seguito di opportuna valutazione, sono state ritenute idonee e sufficienti a dimostrare la congruità delle offerte presentate e che risultano quindi, serie e sostenibili, tali da escludere l'incongruità dell'offerta, come riportato nel verbale del RUP redatto in data 10/01/2020 (agli atti);

**VISTE** le apposite dichiarazioni, agli atti, rese dai legali rappresentanti dei succitati operatori economici BRAUN MILANO SPA, FRESENIUS KABI ITALIA SRL e NUTRICIA ITALIA SPA in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, è in corso la verifica, in capo alle citate ditte affidatarie della fornitura in oggetto, del possesso dei requisiti di cui al citato articolo;

**VISTO** il regolamento aziendale adottato con deliberazione nr. 1549 del 30/08/2019;

**RITENUTO**, alla luce delle suesposte risultanze di gara:

- procedere alla proposta di aggiudicazione della presente procedura in favore degli operatori economici:
  - B. BRAUN MILANO SPA per il lotto n. 1 (noleggio pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e sistemi modulari di impilabilità e acquisto relativi materiali di consumo),
  - FRESENIUS KABI ITALIA SRL per il lotto n. 2 (noleggio pompe per infusione a siringa TCI – Blocco Operatorio),
  - NUTRICIA ITALIA SPA per i lotti n. 3 (nutripompe in service gratuito per nutrizione enterale e relativi deflussori) e n. 4 (sistemi per nutrizione enterale a gravità – deflussori e sacche);

*D. E. U.*

- procedere alla conseguente aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di "pompe infusionali e relativo materiale di consumo" per le esigenze dell'ASL di Teramo in capo agli operatori economici:
  - B. BRAUN MILANO SPA per il lotto n. 1 (noleggio pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e sistemi modulari di impiantabilità e acquisto relativi materiali di consumo),
  - FRESENIUS KABI ITALIA SRL per il lotto n. 2 (noleggio pompe per infusione a siringa TCI – Blocco Operatorio),
  - NUTRICIA ITALIA SPA per i lotti n. 3 (nutripompe in service gratuito per nutrizione enterale e relativi deflussori) e n. 4 (sistemi per nutrizione enterale a gravità – deflussori e sacche);

ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relative schede tecniche nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti da ciascuna offerta formulata in sede di gara, come da offerte economiche allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);

- doversi nominare, ai sensi della vigente normativa, il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al presente provvedimento e relativi assistenti;
- approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
VALORE DI GARA			
A1	Importo soggetto a ribasso		2.686.250,00 €
A2	Importo proroga tecnica semestrale		268.625,00 €
A3	Importo quinto d'obbligo		752.150,00 €
A4	Importo rinnovo		1.074.500,00 €
A5	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A6	Importo di aggiudicazione		1.908.520,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2+A3+A4+A5		4.781.525,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		21.962,78 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		10.745,00 €
B3	Spese pubblicità		7.000,00 €
B4	Contributo Anac		600,00 €
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A6	419.874,40 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	1.540,00 €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		461.722,18 €
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		2.370.242,18 €

- dare atto che le attività di collaborazione, supporto amministrativo e assistenza all'istruttoria nell'ambito del presente intervento sono svolte dal Dott. Severino Di Sabatino Garbati, Assistente Amministrativo in servizio presso l'unità operativa proponente;
- dover rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione in considerazione della necessità di dare tempestivo avvio alla fornitura oggetto del presente affidamento,

### DELIBERA

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

*D.ey*

1. **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa.
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura acquisitiva per l'affidamento della fornitura di "pompe infusionali e relativo materiale di consumo" occorrenti all'Asl di Teramo per un valore complessivo quinquennale di € 1.908.520,00 iva esclusa, come di seguito specificato:

lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria	Importo complessivo quinquennale iva esclusa
1	noleggio pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e sistemi modulari di impiantabilità e acquisto relativi materiali di consumo	B. BRAUN MILANO SPA	€ 1.551.645,00
2	noleggio pompe per infusione a siringa TCI – Blocco Operatorio	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	€ 39.475,00
3	nutripompe in service gratuito per nutrizione enterale e relativi deflussori	NUTRICIA ITALIA SPA	€ 189.000,00
4	sistemi per nutrizione enterale a gravità – deflussori e sacche	NUTRICIA ITALIA SPA	€ 128.400,00

e per l'effetto:

3. **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la suddetta gara, ai patti e condizioni di cui al disciplinare di gara, al capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dalle offerte formulate in sede di gara, agli operatori economici di cui al precedente punto 2 per i lotti a margine indicati.

**APPROVARE** il quadro economico così come in premessa riportato.

**DARE ATTO** che le attività di collaborazione, supporto amministrativo e assistenza all'istruttoria nell'ambito del presente intervento sono svolte dal Dott. Severino Di Sabatino Garbati, Assistente Amministrativo in servizio presso l'unità operativa proponente.

6. **PRECISARE** che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso;
- i numeri di C.I.G. che identificano la presente procedura sono i seguenti:
  - Lotto 1: CIG 765454170E
  - Lotto 2: CIG 7654545A5A
  - Lotto 3: CIG 76545595E9
  - Lotto 4: CIG 7654569E27
- in base a quanto previsto negli atti di gara, la fornitura in oggetto avrà durata quinquennale (sessanta mesi) a decorrere dalla data di effettivo inizio che verrà stabilita in sede di stipula;

7. **DETERMINARE** la spesa complessiva quinquennale per la fornitura di pompe infusionali e relativo materiale di consumo occorrenti all'Asl di Teramo in € 2.328.394,40 iva inclusa, così suddivisi:

- Lotto n. 1: € 1.893.006,90 iva inclusa (€ 1.514.105,40 canoni di noleggio + € 378.901,50 materiale di consumo)
- Lotto n. 2: € 48.159,50 iva inclusa (€ 32.940,00 canoni di noleggio + € 15.219,50 materiale di consumo)
- Lotto n. 3: € 230.580,00 iva inclusa (deflussori)
- Lotto n. 4: € 156.648,00 iva inclusa (sacche e deflussori)

*Deuy*

8. **PRENOTARE** la spesa complessiva quinquennale di € 1.547.045,40 iva inclusa relativa ai canoni di noleggio per le apparecchiature di cui ai lotti n. 1 e n. 2 al Bilancio dell'Ente nei rispettivi esercizi di competenze così come da prospetto finanziario in calce.
9. **DARE ATTO**, altresì, che alla spesa complessiva quinquennale di € 781.349,00 iva inclusa, relativa alla fornitura del materiale di consumo di cui alla procedura in oggetto (siringhe per pompe, deflussori e sacche), si farà fronte con le prenotazioni di spesa già assunte dalla Farmacie Ospedaliere in sede di contrattazione di budget con l'UOC Controllo di Gestione dell'ASL di Teramo per l'acquisto di dispositivi in argomento, come da prospetto finanziario in calce al presente provvedimento.
10. **NOMINARE** ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di cui al presente provvedimento nella persona Dott.ssa Emanuela Di Francesco, Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera del P.O. di Atri e quali Assistenti al DEC: il Dott. Pasqualino Spinosi, Direttore della Farmacia Ospedaliera del P.O. di Teramo, la Dott.ssa Giovanna Di Sabatino, Dirigente Responsabile della Farmacia Ospedaliera del P.O. di Sant'Omero e il Dott. Maurizio Turchetti, Dirigente Responsabile della Farmacia Ospedaliera del P.O. di Giulianova.
11. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza rappresentata.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole,



**DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

*Dott. Maurizio Di Giosia*

*Dby*

Regione Abruzzo  
Azienda Unità Sanitaria Locale 4  
Teramo  
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

---


1. Allegato n. 1: verbale di valutazione tecnica redatto dalla Commissione Giudicatrice
2. Allegato n. 2: verbale di seduta pubblica di apertura offerte economiche e relativi allegati
3. Allegato n. 3: offerte economiche.

*Allegati n. 109.18*

*D. G. G.*

*Deuy*





**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di pompe infusionali e relativo materiale di consumo occorrenti all'Asl di Teramo. Gara Simog 7215398 .**

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 123088/2019, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura emargina in oggetto, composta dal Dott. Francesco Taraschi – Direttore U.O.C. Anestesia e TIPO Cardiocirurgica P.O. Teramo, in qualità di presidente, dal Dott. Pasqualino Spinosi – Direttore U.O.C. Farmacia P.O. Teramo – e dal Dott. Valerio Di Giamberardino – Coordinatore Infermieristico Anestesia e TIPO Cardiocirurgica P.O. Teramo – in qualità di componenti, e dalla Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, Funzionario della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante, si è riunita presso il Presidio Ospedaliero di Teramo – 3° lotto – nei seguenti giorni:

- 15 maggio 2019
- 1° luglio 2019 esecuzione prova pratica
- 2 luglio 2019 esecuzione prova pratica
- 1° agosto 2019
- 27 agosto 2019
- 19 settembre 2019
- 10 ottobre 2019

per procedere alla valutazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi dei beni proposti in sede di gara dalle ditte concorrenti (ABBOTT SRL, ALEA, B. BRAUN MILANO, BECTON DICKINSON ITALIA, CARDINAL HEALTH ITALY 509, FRESENIUS KABI ITALIA, GADA ITALIA, NESTLE' ITALIANA, NUTRICIA).

**Premesso che:**

- con delibera n. 1574/2018 e successiva integrazione n. 1657/2018 è stata indetta procedura aperta suddivisa in n. 4 lotti per la fornitura quinquennale di "pompe infusionali e relativo materiale di consumo" per le esigenze dell'ASL di Teramo;
- entro la data di scadenza (14.12.2018 ore 13:00) presentavano offerta le seguenti ditte:
  - 1 ABBOTT SRL: lotti 3 e 4
  - 2 ALEA: lotti 1 e 2
  - 3 B. BRAUN MILANO: lotto 1
  - 4 BECTON DICKINSON ITALIA: lotti 1 e 2
  - 5 CARDINAL HEALTH ITALY 509: lotto 3
  - 6 FRESENIUS KABI ITALIA: lotti 2, 3 e 4
  - 7 GADA ITALIA: lotto 1
  - 8 NESTLE' ITALIANA: lotto 3
  - 9 NUTRICIA: lotti 3 e 4


Dei



- i membri della suddetta Commissione Giudicatrice sono stati invitati a dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis lettera c) del D. Lgs. 165/2001 e a prendere visione del Regolamento e del Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione n. 101 del 28.01.2014, disponibile sul sito aziendale;
- sono stati acquisiti agli atti d'ufficio le prescritte dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà debitamente sottoscritte;


la Commissione Giudicatrice, nelle predette sedute, sulla base dei criteri di valutazione di cui agli atti di gara, di quanto descritto nella documentazione tecnica proposta dai suelencati operatori economici e a seguito dell'effettuazione delle prove pratiche dei beni proposti, ha proceduto, all'unanimità, all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Dott. Francesco Taraschi – Presidente




---

Dott. Pasqualino Spinosi – Componente




---

Dott. Valerio Di Giamberardino – Componente



---

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio  
Segretario non componente con funzione verbalizzante



---





D. G. G.

		Valutazione						
Caratteristiche tecnico - funzionali (pompe) - P.ti: 40		punteggio parziale	B.BRAUN MILANO	BECTON DICKINSON	GADA ITALIA	ALEA		
3-1.1	caratteristiche tecniche e prestazioni (solo per pompe volumetriche): interfaccia utente, ampiezza/luminosità e immediatezza della lettura del display con visualizzazione parametri in unica schermata e non in successione, facilità nelle procedure di pulizia e disinfezione, gestione libreria farmaci, sistemi sicurezza, silenziosità, durata batterie, porte connessione PC, possibilità allarmi a colori e riduzione luminosità display e volume allarmi, possibilità di collegamento a rete informatica per trasmissione dati anche in modalità wi-fi, numero librerie programmabili, precisione infusione. Capacità di infondere attraverso un bolo programmabile ed automatico, rapidità autotest iniziale	25	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: discreta ampiezza del display durata delle batterie: 16h a 25ml/h numero librerie programmabili: 50 presente possibilità collegamento a rete informatica anche in modalità wifi	24,50	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: la maggiore ampiezza del display permette un'ottima visualizzazione dei parametri durata delle batterie: 6h a 25ml/h numero librerie programmabili: 30	23,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: buona ampiezza del display durata delle batterie: 12h 5ml/h numero librerie programmabili: 30	22,00
3-1.2	caratteristiche tecniche e prestazioni (solo per pompe siringa): interfaccia utente, ampiezza/luminosità e immediatezza della lettura del display con visualizzazione parametri in unica schermata e non in successione, facilità nelle procedure di pulizia e disinfezione, gestione libreria farmaci, sistemi sicurezza, silenziosità, durata batterie, porte connessione PC, possibilità riduzione luminosità display e volume allarmi, possibilità di collegamento a rete informatica per trasmissione dati etc, rapidità autotest iniziale, numero librerie programmabili, precisione infusione, possibilità di riconoscimento di marca/modello della siringa etc	25	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: buona interfaccia utente discreta ampiezza del display durata delle batterie: 19h a 5ml numero librerie programmabili: 50 presente possibilità collegamento a rete informatica anche in modalità wifi	24,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: ottima interfaccia utente la maggiore ampiezza del display permette un'ottima visualizzazione dei parametri durata delle batterie: 6h a 5ml numero librerie programmabili: 30	23,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: buona interfaccia utente buona ampiezza del display durata delle batterie: 6h a 5ml numero librerie programmabili: 30	22,00
3-2	compattezza, ergonomia, facilità di trasporto, peso ridotto (per pompe a siringa e pompe volumetriche)	10	Ottima compattezza del dispositivo, ergonomia e facilità di trasporto. Pompa volumetrica: peso 1,4 kg Pompa a siringa: peso 1,4 kg	10,00	Discreta compattezza del dispositivo, ergonomia e facilità di trasporto. Pompa volumetrica: peso 2,5 kg Pompa a siringa: peso 2,7 kg	6,50	Discreta compattezza del dispositivo, ergonomia e facilità di trasporto. Pompa volumetrica: peso 2,0 kg Pompa a siringa: peso 2,0 kg	7,00
3-3	sistema sicurezza di protezione per prevenire il flusso libero accidentale (per pompa a siringa e pompe volumetriche)	5	Presenza di sistema di protezione per prevenire il flusso libero accidentale. Un sistema sul monouso e due sistemi integrati nella pompa. Nella pompa volumetrica presente anche una lama antiriflusso libero.	5,00	Presenza di sistema di protezione per prevenire il flusso libero accidentale. Un sistema sul monouso e due sistemi integrati nella pompa	3,00	Presenza di sistema di protezione per prevenire il flusso libero accidentale. Un sistema sul monouso e due sistemi integrati nella pompa	3,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO ((media somma punti B-1.1 + B-1.2) + B-2 + B-3))			39,25		32,50		32,00	
Caratteristiche tecnico - funzionali (sistemi impilabilità) - P.ti: 30		punteggio parziale						
3-4	possibilità controllo glicemia e preferibilmente integrato nel rack, possibilità centralizzazione allarmi e preallarmi su stazione dedicata, possibilità di connessione sistemi tramite rete Wi-Fi/TCP/IP/Wireless, possibilità di alloggiamento in carrello per Risonanza magnetica	10	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Presenti: possibilità controllo glicemia integrato al rack e possibilità alloggiamento in carrello per risonanza magnetica	10,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Non presente: possibilità controllo glicemia integrato al rack	7,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Non presente: possibilità controllo glicemia integrato al rack e possibilità alloggiamento in carrello per risonanza magnetica	5,00
3-5	caratteristiche tecniche e prestazioni (peso, dimensione, sistema di sicurezza visivo ed acustico dello stato di funzionamento pompe, caratteristiche informatiche e di interfacciabilità, sistema alimentazione elettrica. Possibilità presenza lettore codice a barre. Preferibilmente, l'alloggiamento della singola pompa deve essere universale per poter ospitare indifferentemente sia la pompa a siringa che volumetrica)	8	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: Peso: 4,7 kg Dimensioni del rack molto contenute Possibilità di utilizzo lettore codice a barre Alloggiamento delle pompe universale sia per pompa a siringa che volumetrica	8,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: Peso: 5,0 kg Dimensioni del rack discretamente contenute Non presente possibilità di utilizzo lettore codice a barre Gli alloggiamenti delle pompe sono di dimensioni diverse (1 per pompa a siringa - 1 per pompa volumetrica)	5,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: Peso: 6,0 kg Dimensioni del rack discretamente contenute Non presente possibilità di utilizzo lettore codice a barre Gli alloggiamenti delle pompe sono di dimensioni diverse (1 per pompa a siringa - 1 per pompa volumetrica)	4,50
B-6	passaggio automatico dell'infusione di una pompa ad una seconda per evitare interruzione terapia.	4	Dispositivo conforme a quanto richiesto.	4,00	Non presente modalità di passaggio automatico dell'infusione da una pompa ad una seconda	0,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto.	4,00
B-7	semplicità e rapidità di aggancio e sgancio delle apparecchiature	4	Semplice e rapido il sistema di aggancio e sgancio delle pompe	4,00	Semplice e rapido il sistema di aggancio e sgancio delle pompe	4,00	Semplice e rapido il sistema di aggancio e sgancio delle pompe	4,00
B-8	compattezza e solidità del sistema, praticità del sistema di trasporto	4	Sistema compatto, solido e pratico	4,00	Sistema compatto, solido e pratico	4,00	Sistema compatto, solido e pratico	4,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (somma da B-4 a B-8)			30,00		20,00		21,50	
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO ASSEGNATO			69,25		52,50		53,50	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA			70,00		53,07		54,08	

Tra la campionatura richiesta a pena di esclusione per la prova pratica/visione delle apparecchiature proposte ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara che testualmente recita: "Per la partecipazione alla presente procedura è richiesta, pena l'esclusione, la prova pratica di sistemi identici a quelli offerti in sede di gara, completi di tutto quanto richiesto e indicato nell'allegato tecnico", la Ditta ALEA non ha consegnato il RACK.

DS


N.V.

Amor

W

Buy

Manuel



Dey

LOTTO 2 - NOLEGGIO Pompe per infusione a siringa TCI per BLOCCO OPERATORIO. ACQUISTO relativi materiali di consumo

Valutazione

<u>Caratteristiche tecnico - funzionali - punteggio max totale 70 punti</u>		punteggio parziale	ALEA		BECTON DICKINSON		FRESENIUS	
3-1	caratteristiche tecniche e prestazioni : parametri visualizzati su di un'unica videata e non in sequenza, interfaccia utente, ampiezza/luminosità e immediatezza della lettura del display, facilità nelle procedure di pulizia e disinfezione, gestione libreria farmaci, presenza o meno alimentatore esterno, sistemi sicurezza, silenziosità, durata batterie, porte connessione PC, possibilità riduzione luminosità display e volume allarmi, possibilità di collegamento a rete informatica per trasmissione dati, numero librerie programmabili, precisione infusione etc.	20,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: durata delle batterie: 4h 25ml/h gestione libreria farmaci: non definito numero librerie programmabili: non definito alimentazione solo in rete, non presente alimentatore esterno	10,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: durata delle batterie: 6h 5ml/h numero librerie programmabili: 40 profili alimentazione solo in rete	19,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: durata delle batterie: 11h 5ml/h numero librerie programmabili: 19 profili presente alimentatore esterno	20,00
3-2	maneggevolezza, ergonomia, facilità di trasporto	5,00	Sistema compatto, ergonomico e facile da trasportare	5,00	Sistema compatto, ergonomico e facile da trasportare	5,00	Sistema compatto, ergonomico e facile da trasportare	5,00
3-3	sistema sicurezza anti urto del pistone	10,00	Discreto sistema di sicurezza anti urto del pistone	6,00	Buon sistema di sicurezza anti urto del pistone	8,00	Ottimo sistema di sicurezza anti urto del pistone	10,00
3-4	possibilità centralizzazione allarmi e preallarmi su stazione dedicata, possibilità di connessione sistemi tramite rete, possibilità di alloggiamento in carrello per Risonanza magnetica	5,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Non presente la possibilità di alloggiamento in carrello per risonanza magnetica	3,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto.	5,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto.	5,00
3-5	caratteristiche tecniche e prestazioni (peso, dimensione, efficienza sistema di sicurezza visivo ed acustico dello stato di funzionamento pompe, caratteristiche informatiche e di interfacciabilità, sistema alimentazione elettrica)	5,00	Il dispositivo proposto presenta caratteristiche tecniche e prestazioni conformi a quanto richiesto e adeguate all'uso di destinazione	5,00	Il dispositivo proposto presenta caratteristiche tecniche e prestazioni conformi a quanto richiesto e adeguate all'uso di destinazione	5,00	Il dispositivo proposto presenta caratteristiche tecniche e prestazioni conformi a quanto richiesto e adeguate all'uso di destinazione	5,00
3-6	semplicità e rapidità di aggancio e sgancio delle apparecchiature	5,00	Semplice e rapido il sistema di aggancio e sgancio delle pompe	5,00	Semplice e rapido il sistema di aggancio e sgancio delle pompe	5,00	Semplice e rapido il sistema di aggancio e sgancio delle pompe	5,00
3-7	protocolli TCI: Marsh per Propofol (1 e 2%) - Minto per remifentanil - Schnider per propofol. e protocolli pediatrici (Pedfusor, Kataria mod.)	20,00	Protocolli richiesti inclusi	20,00	Protocolli richiesti inclusi	20,00	Protocolli richiesti inclusi	20,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO ASSEGNATO (somma da B-1 a B-7)</b>			<b>54,00</b>		<b>67,00</b>		<b>70,00</b>	
<b>TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA</b>			<b>54,00</b>		<b>67,00</b>		<b>70,00</b>	

Buy

4

*[Handwritten signatures and initials]*



Day

Valutazione

Caratteristiche tecnico - funzionali - punteggio max totale 70 punti	punteggio parziale	ABBOTT		CARDINAL HEALTH ITALY 508		FRESENIUS KABI ITALIA		NESTLE' ITALIANA		NUTRICA	
-1 presenza varie modalità di infusione (ml/h, calcolo dose)	5,00	Modalità di infusione conforme a quanto richiesto e adeguate alla destinazione d'uso	5,00	Modalità di infusione conforme a quanto richiesto e adeguate alla destinazione d'uso	5,00	Modalità di infusione conforme a quanto richiesto e adeguate alla destinazione d'uso	5,00	Modalità di infusione conforme a quanto richiesto e adeguate alla destinazione d'uso	5,00	Modalità di infusione conforme a quanto richiesto e adeguate alla destinazione d'uso	5,00
-2 caratteristiche tecnico e prestazioni (ampiezza/uminosità e immediatezza della lettura del display, facilità nella procedura di pulizia e disinfezione, sistemi sicurezza, silenziosità, durata batterie, possibilità riduzione luminosità display o volume allarmi, possibilità di fornitura software per la gestione o tracciabilità delle nutripompe, possibilità di programmare lavaggio e idratazione attraverso seconda via)	27,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: durata delle batterie: 24h a 125ml/h discreta ampiezza e immediatezza di lettura del display sufficientemente facili le operazioni di pulizia e disinfezione non presente sw per la gestione e tracciabilità dello nutripompe non presente possibilità di programmare lavaggio e idratazione attraverso una seconda via	16,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: la maggiore ampiezza e del display permette un'ottima visualizzazione dei parametri facili le operazioni di pulizia e disinfezione durata delle batterie: 18h a 125ml/h non presente sw per la gestione e tracciabilità delle nutripompe presente possibilità di programmare lavaggio e idratazione attraverso una seconda via	24,25	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: durata delle batterie: 24h a 125ml/h discreta ampiezza e immediatezza di lettura del display facili le operazioni di pulizia e disinfezione non presente sw per la gestione e tracciabilità delle nutripompe non presente possibilità di programmare lavaggio e idratazione attraverso una seconda via	17,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: durata delle batterie: 24h a 125ml/h sufficiente ampiezza e immediatezza di lettura del display discretamente facili le operazioni di pulizia e disinfezione non presente sw per la gestione e tracciabilità delle nutripompe non presente possibilità di programmare lavaggio e idratazione attraverso una seconda via	16,50	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: durata delle batterie: 24h a 125ml/h sufficiente ampiezza e immediatezza di lettura del display discretamente facili le operazioni di pulizia e disinfezione presente sw per la gestione e tracciabilità delle nutripompe non presente possibilità di programmare lavaggio e idratazione attraverso una seconda via	19,50
-3 maneggevolezza, peso, ergonomia, facilità di trasporto	15,00	Discreta maneggevolezza Peso: 490 gr Discreta ergonomia e facilità di trasporto	11,00	Ottima maneggevolezza Peso: 770 gr Ottima ergonomia e facilità di trasporto	13,00	Discreta maneggevolezza Peso: 610 gr Discreta ergonomia e facilità di trasporto	10,50	Discreta maneggevolezza Peso: 499 gr Discreta ergonomia e facilità di trasportare	11,00	Ottima maneggevolezza Peso: 392 gr Ottima ergonomia e facilità di trasporto	14,00
-4 facilità inserimento deflussori	3,00	Discreta facilità di inserimento dei deflussori	1,00	Buona facilità di inserimento dei deflussori	2,00	Ottima facilità di inserimento dei deflussori	3,00	Discreta facilità di inserimento dei deflussori	1,00	Buona facilità di inserimento dei deflussori	2,00
-5 caratteristiche del materiale monouso valutato sulla campionatura (qualità materiali, accesso laterale del deflussore per la somministrazione di liquidi con raccordo ENFIT maschio, camera di gocciolamento, tenuta connessioni)	20,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: buona qualità del materiale non presente camera di gocciolamento	18,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: buona qualità del materiale non presente camera di gocciolamento	18,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: ottima qualità del materiale presente camera di gocciolamento	20,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: buona qualità del materiale non presente camera di gocciolamento	18,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Si evidenzia: ottima qualità del materiale presente camera di gocciolamento	20,00
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGI ASSEGNATO (somma da B-1 a B-5)		51,00		62,25		55,50		51,50		60,50	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO AI SENSI DELL'ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA		57,35		70,00		62,41		57,91		68,03	

*Alfano*  
*Dez*  
*Q*


*Dez*  
*bs*

Buy



LOTTO 4 - sistemi per nutrizione enterale a gravità: Deflussore e sacca

Valutazione




<u>Caratteristiche tecnico - funzionali (pompe)- P.ti: 40</u>		punteggio parziale	ABBOTT	FRESENIUS KABI ITALIA	NUTRICIA			
3-1	caratteristiche del materiale monouso (deflussore): qualità materiali, accesso laterale per la somministrazione di liquidi con raccordo ENFIT maschio, camera di gocciolamento, tenuta connessioni	40,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Discreta qualità dei materiali, non presente accesso laterale per somministrazione liquidi con attacco ENFIT maschio, presenza di camera di gocciolamento, buona tenuta delle connessioni	28,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Discreta qualità dei materiali, accesso laterale per somministrazione liquidi con attacco ENFIT maschio, presenza di camera di gocciolamento, buona tenuta delle connessioni	38,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Ottima qualità dei materiali, accesso laterale per somministrazione liquidi con attacco ENFIT maschio, presenza di camera di gocciolamento, ottima tenuta delle connessioni	40,00
3-2	caratteristiche del materiale monouso (sacca): qualità materiali, bocca grande, occhio di aggancio su sacca o tappo e gamma volumi sacca	30,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Discreta qualità dei materiali, bocca piccola e discreto sistema di aggancio Gamma volumi: 1,0 lt	22,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Buona qualità dei materiali e buon sistema di aggancio Gamma volumi: 1,5 lt	25,00	Dispositivo conforme a quanto richiesto. Ottima qualità dei materiali e ottimo sistema di aggancio Gamma volumi: 2,0 lt	30,00
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO ASSEGNATO (somma da B-1 a B-2)			50,00	61,00	70,00			

*Handwritten signatures:*  
 1. A. P. ...  
 2. ...  
 3. Doug

*Handwritten signature:*  
 4. ...

*Handwritten signature:*  
 5. Doug



*Doy*

VERBALE del 19/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 7215398.

*Seduta pubblica di apertura offerte economiche.*

Il giorno 19 del mese di novembre 2019 alle ore 9.30 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa 1, la Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, funzionario dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, RUP della procedura in oggetto, assistito dal Sig. Romano Pellone, funzionario dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo, alla presenza della Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 123088/18, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura per l'acquisizione di pompe infusionali e relativo materiale di consumo, nelle persone di:

- Dott. Francesco Taraschi – Direttore UOC Anestesia e TIPO Cardiocirurgica P.O. Teramo (Presidente)
- Dott. Pasqualino Spinosi – Direttore UOC Farmacia P.O. di Teramo (Componente)
- Dott. Valerio Di Giamberardino – Coordinatore Infermieristico Anestesia e TIPO Cardiocirurgica P.O. Teramo (Componente)

procede allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 21 del disciplinare di gara e, specificatamente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche

Sono presenti i rappresentanti di seguito elencati:

- Sig. Osvaldo Alzini per la ditta ABBOTT;
- Dr. Aldo Di Sario per la ditta B. BRAUN;
- Dott. Riccardo Ammirati per la ditta BECTON DICKINSON ITALIA;
- Dott. Angelo Sciaudone per la ditta CARDINAL HEALTH ITALY 509;
- Dott. Salvatore Borrelli per la ditta FRESENIUS;
- Sig. Giuseppe Canistro per la ditta GADA ITALIA;
- Sig.ra Ernesta Plebani per la ditta NUTRICIA ITALIA.

Il RUP verificato che le offerte economiche delle ditte concorrenti sono state conservate in armadio chiuso a chiave:

- procede alla consegna della copia del verbale riepilogativo ed esplicativo di valutazione di tecnica redatto dalla Commissione Giudicatrice all'uopo nominata ai suelencati operatori economici;
- prende atto che la Ditta ALEA, relativamente al lotto n. 1, è stata esclusa dalla procedura di gara in oggetto per le motivazioni riportate nel verbale di valutazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e pertanto, non viene ammessa alla successiva fase di gara (apertura offerta economica).

Successivamente, verificata l'integrità delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse, si procede all'apertura delle stesse dandone lettura e trascrivendone le risultanze nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.


Preso atto che le ditte B. BRAUN (lotto n. 1), FRESENIUS (lotto n. 2) e NUTRICIA (per i lotti n. 3 e 4) hanno conseguito un punteggio tecnico e un punteggio economico entrambi superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 50/2016, art. 97, comma 3 (soglia punteggio tecnico 56 e soglia punteggio economico 24), si darà avvio al procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5, del citato D. Lgs. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione viene rinviata all'esito del procedimento dell'anomalia dell'offerta.


Al termine delle operazioni, le offerte vengono riposte in apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza e la chiave viene custodita dal R.U.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche con funzione verbalizzante


Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Sig. Romano Pellone



7  
D'Aug



Deuy

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 7215398


VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA  
soglia anomalia tecnica: 56 punti  
soglia anomalia economica: 24 punti  
ex art. 97 D. Lgs. 50/2016

DITTE AGGIUDICATARIE	ELENCO LOTTI AGGIUDICATI
B. BRAUN	1
FRESENIUS	2
NUTRICIA	3 - 4

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala






Drey

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 7215398								
LOTTO 1								
DITTA	TOTALE PUNTI Off.Tec.	OFFERTA ECONOMICA		RIEPILOGO		OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA	DITTA	TOTALE
		Prezzo €	TOT. PUNTI O.E.	TOTALE PUNTI O.T.+O.E.	dif. PL			
B.BRAUN MILANO	70,00	€ 1.551.645,00	26,368	96,368	0,00	96,37	B.BRAUN MILANO	€ 1.551.645,00
BECTON DICKINSON	53,07	€ 1.363.800,00	30,000	83,070	-13,30			
GADA ITALIA	54,08	€ 1.699.050,00	24,081	78,161	-18,21			
ALEA	N.V.	NON VALUTATA						
punteggio massimo	70,00	€ 1.363.800,00						
	Offerta Massima	€ 1.699.050,00		96,37				

1 1,00

*DBup*

*DBup*  
6



*Dej*

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 7215398								
LOTTO 2								
DITTA	TOTALE PUNTI Off.Tec.	OFFERTA ECONOMICA		RIEPILOGO		OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA	DITTA	TOTALE
		Prezzo €	TOT. PUNTI O.E.	TOTALE PUNTI O.T.+O.E.	diff. Pt.			
ALEA	54,00	€ 56.875,00	20,822	74,822	-25,18	100,00	FRESENIUS	€ 39.475,00
BECTON DICKINSON	67,00	€ 43.425,00	27,271	94,271	-5,73			
FRESENIUS	70,00	€ 39.475,00	30,000	100,000	0,00			
punteggio massimo	70,00	€ 39.475,00						
	Offerta Massima	€ 56.875,00		100,00				

1

3,00

*Deup*

*Deup*  
10



*Day*

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 7215398								
LOTTO 3								
DITTA	TOTALE PUNTI Off.Tec.	OFFERTA ECONOMICA		RIEPILOGO		OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA	DITTA	TOTALE
		Prezzo €	TOT. PUNTI O.E.	TOTALE PUNTI O.T.+O.E.	diff. PL			
ABBOTT	57,35	€ 294.000,00	19,286	76,636	-21,39	98,03	NUTRICIA	€ 189.000,00
CARDINAL HEALTH ITALY 509	70,00	€ 211.050,00	26,866	96,866	-1,16			
FRESENIUS	62,41	€ 241.500,00	23,478	85,888	-12,14			
NESTLE' ITALIANA	57,91	€ 273.000,00	20,769	78,679	-19,35			
NUTRICIA	68,03	€ 189.000,00	30,000	98,030	0,00			
punteggio massimo	68,03	€ 189.000,00						
Offerta Massima		€ 189.000,00		98,03				

1 5,00

*DBuy*

*DBuy*  
11



*Dey*

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO. N. GARA SIMOG 7215398								
LOTTO 4								
DITTA	TOTALE PUNTI Off.Tec.	OFFERTA ECONOMICA		RIEPILOGO		OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA	DITTA	TOTALE
		Prezzo €	TOT. PUNTI O.E.	TOTALE PUNTI O.T.+O.E.	diff. Pt.			
ABBOTT	50,00	€ 221.400,00	15,366	65,366	-31,13	96,50	NUTRICIA	€ 128.400,00
FRESENIUS KABI	61,00	€ 113.400,00	30,000	91,000	-5,50			
NUTRICIA	70,00	€ 128.400,00	26,495	96,495	0,00			
punteggio massimo	70,00	€ 113.400,00						
Offerta Massima		€ 221.400,00		96,50				

1

3,00

*Deuy*

*Deuy 12*



*D. Guy*

N. GARA SIMOG 7215398 - CIG 765454170E .

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presunta	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto	Canone di noleggio mensile offerto, comprensivo di assistenza tecnica ful risk	Canone noleggio complessivo quinquennale (iva esclusa)
1	POMPE VOLUMETRICHE INFUSIONALI IMPILABILI	Pezzo	160	B.BRAUN	Z12030301	23754/R	8713050	INFUSOMAT SPACE	€ 28,33	€ 271.968,00
		Pezzo	160	B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8713110D	ALIMENTATORE SPACE III		
		Pezzo	160	B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8713130	POLE CLAMP SP		
		vedere nota sotto riportata *	B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8727902	BRAUNOSTAT U			
			B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8721106	FM MOBIL - PIANTANA SU RUOTE			
			B.BRAUN	Z12030306	87692/R	8713140	SPACE STATION			
			B.BRAUN	Z12030306	88092/R	8713145	SPACE COVER COMFORT			
B.BRAUN	Z12030306	88015/R	8713142	SPACE STATION CON SPACECOM						
<p>*Le quote di noleggio annuo delle pompe sono comprensive della fornitura di 175 moduli da 4 unità, come da richiesta di capitolato. Le configurazioni dei sistemi di alloggiamento potranno essere:                      1) postazione da 4 pompe ( cod. 8713145 Space Cover Comfort + cod. 8713142 SpaceStation con SpaceCom + cod. 8727902 Braunostat)                      2) postazione da 8 pompe ( cod. 8713145 Space Cover Comfort + cod. 8713142 SpaceStation con SpaceCom + cod. 8713140 SpaceStation + cod. 8721106 FM Mobil Piantana su ruote)                      La scelta della configurazione rispetterà le esigenze del singolo reparto.</p>										

*Deuy*  
13

05 DIC 2018

**B. Braun Milano S.p.A.**  
 Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 Milano  
 C.F. - P.IVA/00674840152  
 Giuseppe Rottolizzi  
 Procuratore

*Deuy*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



*Dony*

2	POMPE INFUSIONALI A SIRINGA IMPILABILI	Pezzo	510	B.BRAUN	Z12030302	Z3766/R	8713030	PERFUSOR SPACE	€	31,67	€ 969.102,00
		Pezzo	510	B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8713110D	ALIMENTATORE SPACE III			
		Pezzo	510	B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8713130	POLE CLAMP SP			
		vedere nota sotto riportata*	B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8727902	BRAUNOSTAT U				
			B.BRAUN	Z12030380	N.A.	8721106	FM MOBIL - PIANTANA SU RUOTE				
			B.BRAUN	Z12030306	87692/R	8713140	SPACE STATION				
			B.BRAUN	Z12030306	88092/R	8713145	SPACE COVER COMFORT				
			B.BRAUN	Z12030306	88015/R	8713142	SPACE STATION CON SPACECOM				


\*Le quote di noleggio annuo delle pompe sono comprensivo della fornitura di 175 moduli da 4 unità, come da richiesta di capitolato. Le configurazioni dei sistemi di alloggiamento potranno essere:  
 1) postazione da 4 pompe ( cod. 8713145 Space Cover Comfort + cod. 8713142 SpaceStation con SpaceCom + cod. 8727902 Braunostat)  
 2) postazione da 8 pompe ( cod. 8713145 Space Cover Comfort + cod. 8713142 SpaceStation con SpaceCom + cod. 8713140 SpaceStation + cod. 8721106 FM Mobil Piantana su ruote)  
 La scelta della configurazione rispetterà le esigenze del singolo reparto.


€ 1.241.070,00

*Day*  
14

05 DIC 2018

**B. Braun Milano S.p.A.**  
 Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 Milano  
 C.F. - P.IVA 00674840152  
 Giuseppe Potenzoni  
 Procuratore

*Day*  
  
  

*Dey*

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presunta quinquennale	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto	Prezzo di listino	% di sconto applicata	Prezzo scontato (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Totale complessivo per quantità complessiva presunta
1	deflussori standard	pezzo	15.500	B.BRAUN	A03010302	12133/R	8700087SP	SET INFUSOMAT SP PUNTO INIEZIONE	€ 8,80	30,68%	€ 6,10	€ 94.550,00
2	deflussori farmaci fotosensibili	pezzo	1.000	B.BRAUN	A03010105	514346/R	8250437SP	SET INFUSOMAT SP PUR UV-PROTEC.P.TO INIE	€ 7,40	17,57%	€ 6,10	€ 6.100,00
3	deflussori farmaci incompatibili PVC	pezzo	8.250	B.BRAUN	A03010105	118377/R	8700110SP	SET INFUSOMAT SP PUR PUNTO INIEZ. NO AGO	€ 7,20	15,28%	€ 6,10	€ 50.325,00
4	siringhe da 50 ml	pezzo	255.000	B.BRAUN	A020102020102	371910/R	4617509F	OMNIFIX 50ML LLM	€ 0,90	51,11%	€ 0,44	€ 112.200,00
5	siringhe da 50 ml ambrate	pezzo	60.000	B.BRAUN	A020102020102	1471298/R	4617510F-06	OMNIFIX 50ML,LL,UV-PROTECT	€ 1,50	47,33%	€ 0,79	€ 47.400,00
											€ 310.575,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (CANONE NOLEGGIO QUINQUENNALE + MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI) VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE</b>											€ 1.551.645,00	

Rispetto all'entità della base d'appalto ribassata la quota percentuale di incidenza delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è pari al 0,22 %

Quota in percentuale di incidenza sulla manodopera 19,05 %

05 DIC 2018

(DATA, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

**B. Braun Milano S.p.A.**  
Via Vincenzo da Segno, 18 - 20161 Milano  
C.F. - P.IVA 00674840152  
Giuseppe Potenzoni  
Procuratore

Davy  
15

*[Handwritten signature]*  
Davy



*Dey*

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO.

N. GARA SIMOG 7215248 - CIG 7654545654

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 2

Impresa: FRESENIUS KABI ITALIA SRL, VIA CAMAGRE 41, 37063, ISOLA DELLA SCALA (VR). Partita IVA e Codice Fiscale: 03524050238

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presunta	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto	Canone di noleggio mensile offerto, comprensivo di assistenza tecnica ful risk (IVA 22% esclusa) per singola apparecchiatura	Canone noleggio complessivo quinquennale (IVA 22% esclusa)
1	POMPE PER INFUSIONE A SIRINGA TCI	Pezzo	20	FRESENIUS KABI AG	Z12030302	1601236/R	Z018860	AGILIA SP TIVA	€ 22,50	€ 27.000,00
										€ 27.000,00

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presunta quinquennale	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto	Prezzo di listino	% di sconto applicata	Prezzo scontato (IVA 22% esclusa) riferito alla UDM Indicata*	Totale complessivo per quantità complessiva presunta (IVA 22% esclusa)
1	siringhe da 50 ml	pezzo	25.000	FRESENIUS KABI AG	A020102020102	32991/R	9000711	INJECTOMAT SPRITZE 50 ML	€ 3,00	86,00%	€ 0,42	€ 10.500,00
2	siringhe da 50 ml ambrate	pezzo	2.500	FRESENIUS KABI AG	A020102020101	46001/R	9000731	INJECTOMAT SPRITZE 50 ML, CON AGO, OPACA	€ 4,00	80,25%	€ 0,79	€ 1.975,00
										€ 12.475,00		
<b>TOTALE COMPLESSIVO (CANONE NOLEGGIO QUINQUENNALE + MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI) VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE (IVA 22% esclusa)</b>											€ 39.475,00	

Rispetto all'entità della base d'appalto ribassata la quota percentuale di incidenza delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è pari al 2,00%, € 789,50.

Costi della manodopera: 7,90% del valore offerto totale, pari a € 3.118,52

ISOLA DELLA SCALA (VR), 27/11/2018  
Ns. prot. AF/IB/fm/5291/18


(DATA, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)



Fresenius Kabi Italia S.r.l.  
Dott. Andrea Ferrara  
Procuratore Speciale

Fresenius Kabi Italia S.r.l.  
Isabella Bruni  
Procuratore Speciale

DUBIA C-PI-1



*Deuf*

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO.

N. GARA SIMOG 7218396 - CIG 76629585E9

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 3

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presunta	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto	
1	POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE	Pezzo	210	NUTRICIA	Z12030303	44528/R	35676	Nutripompa Flocare Infinity	SERVICE GRATUITO

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presunta quinquennale	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto	Prezzo di listino	% di sconto applicata	Prezzo scontato (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Totale complessivo per quantità complessiva presunta
1	deflussore per nutrizione enterale	pezzo	105.000	NUTRICIA	A030403	1499799	89825	Deflussore per pack e bottiglia per nutripompa Infinity	€ 10,50	82,857142858	€ 1,80	€ 189.000,00

TOTALE COMPLESSIVO VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE	€ 189.000,00
---	--------------

Rispetto all'entità della base d'appalto ribassata la quota percentuale di incidenza delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è pari al 0,21%

MILANO, 04/12/2018

NUTRICIA ITALIA S.p.A. - Via Carlo Farini n. 41 - 20159 MILANO - C.F. e P.IVA 11667890153

Un Legale Rappresentante Giuliano Aristide Villa

NUTRICIA ITALIA S.p.A.  
Legale Rappresentante  
Giuliano Aristide Villa

(DATA, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)



*DBuy R*

*Dej*  
*A. Villa*

*[Firma]*



*D. Deij*

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO.

N. GARA SIMOG 7215398 - CIG 7654569E27

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 4

Riga	Descrizione	Unità di misura	Q.tà presunta quinquennale	Marca	CND	RDM	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto	Prezzo di listino	% di sconto applicata	Prezzo scontato (IVA esclusa) riferito alla UDM Indicata	Totale complessivo per quantità complessiva presunta
1	deflussore per enterale a gravità	pezzo	57.000	NUTRICIA	A030403	1498235	89755	Deflussore per sacche preriempite (pack) e bottiglie a gravità	€ 6,43	82,892690514	€ 1,10	€ 62.700,00
2	sacca per enterale 1000/2000 ml circa	pezzo	30.000	NUTRICIA	A080201	804094/R	70056	Sacca in EVA con accesso ENPlus	€ 4,45	50,786516854	€ 2,19	€ 65.700,00
											€ 128.400,00	

TOTALE COMPLESSIVO VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE	€ 128.400,00
---	--------------

Rispetto all'entità della base d'appalto ribassata la quota percentuale di incidenza delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è pari al 0,21%

MILANO, 04/12/2018

NUTRICIA ITALIA S.p.A. - Via Carlo Farini n. 41 - 20159 MILANO - C.F. e P.IVA 11667890153 Un Legale Rappresentante Giuliano Aristide Villa

NUTRICIA ITALIA S.p.A.  
Legale Rappresentante  
Giuliano Aristide Villa

(DATA, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)




*Deuy 18*

*Deuy* *Aristide Villa* *[Firma]* *[Firma]*



Day

U.O. Proponente	U.O. Gestione Econ.Fin.
<p>Spesa 2020 € 21.962,78 Sottoconto 07 08 02 010302 Incentivo art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016</p> <p>Spesa 2020 € 10.745,00 Sottoconto 01 01 02 090401 Innovazione tecnologica art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016</p>	<p>Prenotazione n. <u>448/1</u> /2020</p> <p>Prenotazione n. <u>448/2</u> /2020</p>
<p><b>LOTTO N. 1: noleggio pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e sistemi modulari di impilabilità e acquisto relativi materiali di consumo</b></p>	
<p><b>AGGIUDICATARIA: B. BRAUN MILANO SPA</b></p>	
<p><b>1. Noleggio pompe infusionali volumetriche, pompe a siringa e sistemi modulari di impilabilità – importo complessivo quinquennale iva inclusa € 1.514.105,40</b></p>	
<p>Spesa anno 2020 € 227.115,81 Sottoconto 07 04 02 010200 (decorrenza contratto aprile 2020)</p>	<p>Prenotazione n. <u>448</u> /2020</p>
<p>Spesa anno 2021 € 302.821,08 Sottoconto 07 04 02 010200</p>	<p>Prenotazione n. <u>448</u> /2021</p>
<p>Spesa anno 2022 € 302.821,08 Sottoconto 07 04 02 010200</p>	<p>Prenotazione n. <u>448</u> /2022</p>
<p>Spesa anno 2023 € 302.821,08 Sottoconto 07 04 02 010200</p>	<p>Prenotazione n. <u>448</u> /2023</p>
<p>Spesa anno 2024 € 302.821,08 Sottoconto 07 04 02 010200</p>	<p>Prenotazione n. <u>448</u> /2024</p>
<p>Spesa anno 2025 € 75.705,27 Sottoconto 07 04 02 010200 (fine contratto marzo 2025)</p>	<p>Prenotazione n. <u>448</u> /2025</p>
<p><b>2. Materiale di consumo – importo complessivo quinquennale iva inclusa € 378.901,50</b></p>	
<p>Spesa anni "aprile 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024 - marzo 2025" da imputare nei rispettivi esercizi in coerenza con le esigenze delle unità operative utilizzatrici</p>	<p>Prenotazioni</p> <p>n. 101 settore F10</p> <p>n. 102 settore F20</p> <p>n. 103 settore F30</p> <p>n. 104 settore F40</p>
<p>CND A</p> <p></p>	

LOTTO N. 2: noleggio pompe per infusione a siringa TCI – Blocco Operatorio e relativo materiale di consumo

AGGIUDICATARIA: FRESENIUS KABI ITALIA SRL

1. Noleggio pompe per infusione a siringa TCI – Blocco Operatorio – importo complessivo quinquennale iva inclusa € 32.940,00

Spesa anno 2020 € 4.941,00 Sottoconto 07 04 02 010200  
(decorrenza contratto aprile 2020)

Spesa anno 2021 € 6.588,00 Sottoconto 07 04 02 010200

Spesa anno 2022 € 6.588,00 Sottoconto 07 04 02 010200

Spesa anno 2023 € 6.588,00 Sottoconto 07 04 02 010200

Spesa anno 2024 € 6.588,00 Sottoconto 07 04 02 010200

Spesa anno 2025 € 1.647,00 Sottoconto 07 04 02 010200  
(fine contratto marzo 2025)

Prenotazione n. 449 /2020

Prenotazione n. 449 /2021

Prenotazione n. 449 /2022

Prenotazione n. 449 /2023

Prenotazione n. 449 /2024

Prenotazione n. 449 /2025

2. Materiale di consumo – importo complessivo quinquennale iva inclusa € 15.219,50

Spesa anni "aprile 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024 - marzo 2025" da imputare nei rispettivi esercizi in coerenza con le esigenze delle unità operative utilizzatrici

Prenotazioni

n. 101 settore F10

n. 102 settore F20

n. 103 settore F30

n. 104 settore F40

CND A

LOTTO N. 3: nutripompe in service gratuito per nutrizione enterale e relativi deflussori

AGGIUDICATARIA: NUTRICIA ITALIA SPA

1. Deflussori per nutripompe – importo complessivo quinquennale iva inclusa € 230.580,00

Spesa anni "aprile 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024 - marzo 2025" da imputare nei rispettivi esercizi in coerenza con le esigenze delle unità operative utilizzatrici

Prenotazioni

n. 101 settore F10

n. 102 settore F20

n. 103 settore F30

n. 104 settore F40

CND A

*Deuy*

LOTTO N. 4: sistemi per nutrizione enterale a gravità – deflussori e sacche

AGGIUDICATARIA: NUTRICIA ITALIA SPA

1. Deflussori e sacche – importo complessivo quinquennale iva inclusa  
€ 156.648,00

Spesa anni "aprile 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024 - marzo 2025" da imputare  
nei rispettivi esercizi in coerenza con le esigenze delle unità operative utilizzatrici

Prenotazioni

n. 101 settore F10

n. 102 settore F20

n. 103 settore F30

n. 104 settore F40

CND A

Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale

Referente UO proponente: Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Li 23.1.2020

Il Dirigente Responsabile  
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Li 28-1-2020

Il Contabile  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
Il Dirigente  
ASL4 TERAMO  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Antonella Di Giovanni

D'Buy

Dalla sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 31 GEN. 2020 con prot. n. 472/2020 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1999

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma \_\_\_\_\_  
L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		